

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 24.07.2017r.

Wysokie Mazowieckie dn. 21.07.2017r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: **postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: usługa na przeglądy, konserwację oraz naprawy sprzętu medycznego.**

Nr sprawy 9/2017

Pytanie 1, dotyczy istotnych postanowień umowy § 2 pkt 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w/w punktu na punkt o następującej treści:
„Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej reakcji od otrzymania urządzenia w celu podjęcia działań naprawczych. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy od momentu otrzymania aparatu wynosi 24 godziny (dni robocze), przy czym przez podjęcie reakcji strony rozumieją przystąpienie do czynności przeglądowo – konserwacyjnych lub naprawczych”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy

Pytanie 2, dotyczy istotnych postanowień umowy § 2 pkt 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu napraw do 5 dni roboczych, a w przypadku naprawy wymagającej zastosowania części zamiennych 10 dni roboczych ?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy

Pytanie 3, dotyczy istotnych postanowień umowy § 2 pkt 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w/w punktu na punkt o następującej treści:
„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas wykonywania przeglądu lub naprawy sprzętu zastępczego tożsamego z posiadanym przez zamawiającego jeżeli termin wykonania przeglądu lub naprawy będzie dłuższy niż 3 dni robocze”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy

Pytanie 4, dotyczy istotnych postanowień umowy § 2 pkt 14

Czy Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej w wysokości 5000 zł w przypadku dostarczenia aparatu zastępczego na czas przeglądu lub naprawy?

Uzasadnienie: Dostarczenie aparatu zastępczego zapewni ciągłość pracy w Pracowni Endoskopii.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy

Pytanie 5, dotyczy istotnych postanowień umowy § 5 pkt 2

W związku z tym, iż zastrzeżenie kar umownych ma na celu zdyscyplinowanie strony, nie zaś niezasadne wzbogacenie jednej ze stron, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar do kwot:

- 500 zł brutto z tytułu nie podjęcia reakcji w terminie określonym niniejszą umową
- 100 zł brutto, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu, konserwacji lub naprawy
- 2500 zł brutto z tytułu nienależytego wykonania przeglądu, konserwacji lub naprawy w wyniku którego zwrócony sprzęt będzie niesprawny (wykazywał te same dysfunkcje co przed naprawą)
- 5000 zł brutto w przypadku odstąpienia od umowy?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy

Pytanie 6, dotyczy pakietu nr 1, poz.104,115 i 265 – szyna Artromot ®

Czy Zamawiający w trosce o umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej usługi naprawy, konserwacji i przeglądu urządzeń należącej do specyficznej grupy szyn ortopedycznych CPM-Artromot®, odróżniających się znacząco od pozostałych

przedmiotów zamówienia pod względem zastosowania terapeutycznego, poziomu technologicznego, oprogramowania, warunków certyfikacyjnych, rejestracyjnych, stawki VAT oraz co w tej kwestii najistotniejsze opieki serwisowej, instalacji, szkolenia personelu, przeglądów, napraw i konserwacji wymaganych zgodnie z Ustawą o Wyrobach medycznych wyodrębni z pakietu nr 1 urządzenie z pozycji 104,115 i 265: szyny Artromot® w formie oddzielnej części? Dzięki takiemu rozwiązaniu Zamawiający będzie miał szansę na wybór takiego Wykonawcy, który zrealizuje usługę naprawy i przeglądu rzetelnie, profesjonalnie, w pełnej zgodności z zaleceniami serwisowymi producenta (załączamy autoryzację serwisową)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Kierownik Zamawiającego