

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 26.07.2017r.

Wysokie Mazowieckie dn. 24.07.2017r.

## **Wg rozdzielnika**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: usługa na przeglądy, konserwację oraz naprawy sprzętu medycznego.**

**Nr sprawy 9/2017**

### **Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 1**

Prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu respiratora Savina z pakietu nr 1 poz. 87. Umożliwi to złożenie oferty przez autoryzowany serwis.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 2**

Zgodnie z § 6 ust.6 Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia wykonywały osoby przeszkolone w zakresie przeglądów urządzeń. Prosimy o potwierdzenie że osoby te powinny zostać przeszkolone przez producenta aparatury lub jego autoryzowanego dystrybutora. Szkolenia odbyte u producenta aparatury medycznej gwarantują maksymalne bezpieczeństwo pracy personelu medycznego i pacjentów, oraz jednocześnie potwierdzają iż Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę do wykonywania zleconych czynności.

**Odpowiedź: Wymagania zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dokumentacją serwisową opracowaną przez producenta sprzętu, która stanowi podstawę do prawidłowego wykonania przeglądu technicznego?

**Odpowiedź: Wymagania zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji potencjału technicznego Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z formularza cenowego pakiet nr 16 przedstawienia: urządzeń kontrolno – pomiarowych do sprawdzenia aparatury medycznej wraz z aktualnymi dokumentami kalibracji? Urządzenia powinny być zgodne z listą urządzeń wymienionych w instrukcji wykonania przeglądów opracowanej przez producenta sprzętu.

**Odpowiedź: Wymagania zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 5**

Czy zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych części zamiennych?

**Odpowiedź: Wymagania zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 6**

Ustawa o wyrobach medycznych w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta. Czy Zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta dla urządzeń z formularza cenowego pakiet nr 16 zostały wymienione części zużywalne według harmonogramu podanego w instrukcji obsługi? Tylko wykonanie pełnej procedury przeglądowej zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje bezpieczeństwo pracy aparatu.

**Odpowiedź: Wymagania zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 7**

Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta wymagają wymiany części eksploatacyjnych. Czy zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców

zgodzi się dla urządzeń z formularza cenowego pakiet nr 16 na dodanie wymogu wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia, według listy poniżej. Części te mogą być wyszczególnione dalej w raporcie serwisowym i na fakturze. Wymóg ten będzie obowiązywał wszystkich Wykonawców .

Pakiet 16 pozycja 1 Fabius GS Premium

|         |                             |      |   |
|---------|-----------------------------|------|---|
| MX08152 | ZESTAW – 1-ROCZNY FABIUS GS | Szt. | 1 |
|---------|-----------------------------|------|---|

Pakiet 16 pozycja 2 Fabius GS

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| MX08153 | ZESTAW – 3-Letni FABIUS GS    | Szt. | 1 |
| MX08878 | Maintenance –Kit COSY 2.n, 2y | Szt. | 1 |
| MX08834 | FILTR 37 mm                   | Szt. | 1 |

Pakiet 1 pozycja 87 Savina

|         |                                 |      |   |
|---------|---------------------------------|------|---|
| MX08659 | ZESTAW SERWISOWY SAVINA 2-LETNI | Szt. | 1 |
|---------|---------------------------------|------|---|

**Odpowiedź: Wymagania zgodnie z SIWZ**

### **Pytanie 8**

Prosimy o informacje czy podczas przeglądu aparatów do znieczuleń z pakietu nr 16 mają zostać wykonane przeglądy monitorów, analizatorów gazów oraz parowników. Jeżeli tak prosimy o podanie typów oraz numerów seryjnych tych urządzeń. jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że dla ewentualnie wymienionych monitorów, analizatorów gazów parowników maja zostać wymienione części ( określone w instrukcji obsługi) podczas wykonywania przeglądów technicznych .

**Odpowiedź: przegląd należy wykonać dla:**

**-Aparat do znieczuleń Fabius ARUM 0125: monitor Infinity Delta nr 5395340460, analizator gazów ARUM 0157**

**-Aparat do znieczuleń Fabius GS Premium : monitor Infinity Delta 6004052582, analizator gazów ASCF 0078**

**zgodnie z zaleceniami Producenta.**

### **Pytanie 9 dotyczy pakietu nr 1**

Zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 89 i 205 nie podał ilości urządzeń oraz liczby przeglądów w okresie 12 miesięcy. Prosimy o podanie tych wartości.

**Odpowiedź:**

**Poz. 89 Respirator Bres PN 40314-1A: ilość urządzeń -1, liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy - 1**

**Poz 205 Stół operacyjny Sz.01.0: ilość urządzeń -1, liczba przeglądów w okresie 12 miesięcy - 1**

### **Pytanie 10. , dotyczy Pakietu nr 23**

Wykonawca prosi o podanie czy w aparacie AESPIRE VIEW z wyżej wymienionego pakietu w ostatnim roku został wymieniony akumulator? Informacja ta jest niezbędna w celu oszacowania konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Prosimy o doprecyzowania pytania , pakiet 23 dotyczy stacji uzdatniania wody, zaś pytanie dotyczy aparatu do znieczuleń Aespire View**

### **Pytanie 11. dotyczy Pakietu nr 23**

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o podanie informacji czy będzie wymagał od Wykonawcy przy przeglądzie aparatów przeglądu monitorów zainstalowanych przy aparatach? W przypadku pozytywnej odpowiedzi Wykonawca prosi o podanie modeli monitorów oraz modułów zainstalowanych w monitorach. Informacja ta jest niezbędna w celu oszacowania konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Prosimy o doprecyzowania pytania , pakiet 23 dotyczy stacji uzdatniania wody, zaś pytanie dotyczy aparatu do znieczuleń Aespire View**

### **Pytanie 12. dotyczy Pakietu nr 23**

Czy podczas przeglądu Zamawiający będzie wymagał od każdego Wykonawcy wymiany poniższych

części zgodnie z wymaganiami producenta tzn.:

ASPIRE VIEW: Filtr zasilania gazowego linii x3, Uszczelka O2 na butlę x1, Uszczelka N2O na butlę x1, Filtr brązowy zasilania wysokiego ciśnienia x2, Filtr, 2-microny x1, Uszczelki gniazd parowników x1, Akumulator x1

CAM: filtr przeciw kurzowy boczny x1, filtr przeciw kurzowy ekranu x1, filtr powietrza NIBP x1, pułapka wodna d-fend x1, linia próbkująca x1, zestawy serwisowe 8001760 x1

**Odpowiedź: Prosimy o doprecyzowania pytania , pakiet 23 dotyczy stacji uzdatniania wody, zaś pytanie dotyczy aparatu do znieczuleń Aespire View**

**Pytanie 13. dotyczy Pakietu nr 23**

Wykonawca prosi o podanie kiedy dokładnie były wykonywane ostanie przeglądy aparaturze z powyższego pakietu. Informacja ta jest niezbędna w celu oszacowania konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Prosimy o doprecyzowania pytania , pakiet 23 dotyczy stacji uzdatniania wody, zaś pytanie dotyczy aparatu do znieczuleń Aespire View**

**Pytanie 14. dotyczy Pakietu nr 23**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy będzie wymagał od każdego Wykonawcy na etapie składania ofert certyfikatów szkoleń odbytych w siedzibie producenta z zakresu wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia dla poszczególnych pakietów w celu rzetelnego wykonania zamówienia?

**Odpowiedź: Prosimy o doprecyzowania pytania , pakiet 23 dotyczy stacji uzdatniania wody, zaś pytanie dotyczy aparatu do znieczuleń Aespire View**

**Pytanie 15 – Dotyczy zapisów SIWZ**

Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Kierownik Zamawiającego**