

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 26.07.2017r.

Wysokie Mazowieckie dn. 26.07.2017r.

### **Wg rozdzielnika**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych.**

**Nr sprawy 7/2017**

**Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 2, poz.1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze dł. 22 cm i 16 cm, pozostałe parametry bez zmian, typ Herkules, nr katalogowy 40-875-28?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 2, poz.2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze nr katalogowy 40-854-01, 40-854-02 ?

**Odpowiedź: dopuści dla tępo zakończonych, wymaga również ostro**

**Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 2, poz.3:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, młotek, 900g/265mm, 560g/250 mm i 300g, śr. 30mm/235 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 2, poz.4:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, odgryzacz, dł. 175 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 2, poz.6:**

Czy Zamawiający wymaga odgryzacz słabo, czy mocno zagięty?

**Odpowiedź: mocniejszy kąt zagięcia**

**Pytanie 6, dotyczy pakietu nr 2, poz.7:**

Czy Zamawiający wymaga odgryzacz prosty, czy zagięty?

**Odpowiedź: wymaga Adson prosty**

**Pytanie 7, dotyczy pakietu nr 2, poz.8:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, odgryzacz, nazwa własna Mini Friedman, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 8, dotyczy pakietu nr 2, poz.10:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, dłuto 270 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy dł. 270 mm, z rączką**

**Pytanie 9, dotyczy pakietu nr 2, poz.13:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pilnik 240 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy dł. 240 mm**

**Pytanie 10, dotyczy pakietu nr 2, poz.14:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, dłuto 175 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy dł. 175 mm**

**Pytanie 11, dotyczy pakietu nr 2, poz.15:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżeczka 275 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 12, dotyczy pakietu nr 2, poz.18 i poz. 19:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak 220 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 13, dotyczy pakietu nr 2, poz.21, 22, 23:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze bez nazwy własnej nr katalogowy 40-858-18, 40-858-20, 40-858-24 ?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 14, dotyczy pakietu nr 2, poz.24:**

Czy Zamawiający może podać nr katalogowy, lub zamieścić zdjęcie wymaganego narzędzia ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 15, dotyczy pakietu nr 2, poz.24:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu co zwiększy konkurencyjność i pozwoli na złożenie większej ilości ofert ?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 16, dotyczy pakietu nr 14, poz.2:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki 160 mm, lub 180 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 17, dotyczy pakietu nr 14, poz.6:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki 140 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 18, dotyczy pakietu nr 14, poz.7:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki, nazwa własna Halsted Mosquito, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 19, dotyczy pakietu nr 14, poz.8:**

Czy Zamawiający wymaga kleszczyki z ząbkami, czy bez ?

**Odpowiedź: bez ząbków Crile**

**Pytanie 20, dotyczy pakietu nr 14, poz.9:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki, nazwa własna Crille Rankin, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 21, dotyczy pakietu nr 14, poz.14:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze, nazwa własna Ball Socet, pozostałe parametry bez zmian, nr katalogowy 15-805-11, 15-805-14 ?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 22, dotyczy pakietu nr 14, poz. 15:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło, nazwa własna Mayo Hegar, dł. 240 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje imadła Hegar**

**Pytanie 23, dotyczy pakietu nr 14, poz.16:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło, dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszcza dł. 200 mm**

**Pytanie 24, dotyczy pakietu nr 14, poz.18:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło, dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszcza dł. 180 mm**

**Pytanie 25, dotyczy pakietu nr 14, poz. 19, 20:**

Czy Zamawiający wymaga kosz perforowany ?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 26, dotyczy pakietu nr 14, poz.21:**

Jakiej długości zamawiający wymaga by były zaoferowane łyżki ?

**Odpowiedź: 310 mm**

**Pytanie 27, dotyczy pakietu nr 14, poz.22:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rozszerzaczy dwustronnych ?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 28, dotyczy pakietu nr 14, poz.24:**

Czy Zamawiający może podać nr katalogowy, lub zamieścić zdjęcie wymaganego narzędzia ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 29, dotyczy pakietu nr 14, poz. 28:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pensety, dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dł. 140 mm i oczekuje pensety chir. standard**

**Pytanie 30, dotyczy pakietu nr 14, poz. 29 i 30:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki, nazwa własna Ochsner Kocher, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kleszczyków Kocher**

**Pytanie 31, dotyczy pakietu nr 14, poz. 32:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pean, dł. 13-16 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 32, dotyczy pakietu nr 14, poz.33:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło, dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 33, dotyczy pakietu nr 14, poz. 35:**

Czy Zamawiający wymaga nożyczki proste czy zagięte ?

**Odpowiedź: zagięte**

**Pytanie 34, dotyczy pakietu nr 14, poz. 36:**

Czy Zamawiający wymaga nożyczki tępe, ostre ?

**Odpowiedź: ostre standard**

**Pytanie 35, dotyczy pakietu nr 14, poz.39:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki, dł. 160 mm, lub 170 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nożyczki dł. 160 mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ**

**Pytanie 36, dotyczy pakietu nr 14, poz.40:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżeczka, dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 37, dotyczy pakietu nr 14, poz. 41:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, penseta, dł. 145 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 38, dotyczy pakietu nr 14, poz. 43:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki 13-16 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 39, dotyczy pakietu nr 2, poz. 44:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, taca wym. 290x80x52, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 40, dotyczy pakietu nr 14, poz. 45:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, taca wym. 460x80x50 mm, pozostałe parametry bez

zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 41, dotyczy pakietu nr 14, poz. 46:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, miarka 150 mm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 42, dotyczy zapisu pod pakietem nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od depozytu gwoździ śródszpikowych, płytek DSB, DSK na rzecz sukcesywnych zamówień - dot. poz. nr 1-8? Z uwagi na niewielkie ilości ww. implantów przewidzianych do zakupu prosimy o uwzględnienie naszej prośby. Zamawiający przewidział do zakupu po 2 szt. gwoździ i płyt DSB/DSK na okres 12 miesięcy co pozwala sugerować, że zabiegi z wykorzystaniem implantów w ww. pakiecie będą wykonywane około raz na pół roku w związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

**Odpowiedź: zamawiający odstąpi dla płytek DSB DSK, oczekuje dla gwoździ śródszpikowych.**

**Pytanie 43, dotyczy pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 poz. nr 26÷42 i utworzenie oddzielnego pakietu np. 1A?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 44, dotyczy istotnych postanowień umowy:**

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6:

- a. Ust. 2 lit. a) z 0,07% wartości dostawy na 0,1% wartości niedostarczonego w terminie towaru,
- b. Ust. 2 lit. b) z 0,07% wartości dostawy na 0,1% wartości reklamowanego towaru,
- c. Ust. 2 lit. c) z 20% na 10%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art.353<sup>1</sup>k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c. Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy**

**Pytanie 45, dotyczy istotnych postanowień umowy:**

Czy Zamawiający zmieni wysokość odsetek określonych w §6 ust. 3 z odsetek umownych na odsetki ustawowe?

Przepisy k.c. dopuszczają możliwość stosowania odsetek umownych. Jednakże powszechnie stosowane są odsetki ustawowe. Ponadto uzasadnieniem do zastosowania odsetek ustawowych jest potrzeba zachowania przynajmniej minimalnej proporcjonalności między karami umownymi, a odsetkami.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy**

**Pytanie 46, dotyczy istotnych postanowień umowy:**

Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 2 tiret 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy**

**Pytanie 47, dotyczy istotnych postanowień umowy:**

Czy Zamawiający dookreśli w §10 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy**

**Pytanie 48, dotyczy istotnych postanowień umowy:**

Czy Zamawiający dookreśli, iż w przypadku implantów przechowywanych w „Banku implantów” faktura zostanie wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia (§5 ust.2)? Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie w którym momencie ma być wystawiona faktura na dostarczony i zaimplantowany towar.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy**

**Pytanie 49, dotyczy istotnych postanowień umowy:**

Czy Zamawiający dookreśli w §5 umowy, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania-dotyczy asortymentu oddanego w depozyt?

Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy**

**Pytanie 50, dotyczy pakietu nr 2, poz. 1**

Kleszcze o dł. 260 mm zamiast 280 mm, bez nazwy własnej, identyczne z wymaganymi

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 51, dotyczy pakietu nr 2, poz. 3**

-młotek 900g/265 mm

**Odpowiedź: dopuszczamy**

- młotek 770 g/230 mm lub 540g/225 mm

**Odpowiedź: dopuszczamy dł. 770g/230**

-młotek 300 g typu Bergman śr. 30 mm/225 mm

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 52, dotyczy pakietu nr 2, poz. 15**

Łyżeczka Bruns o tych samych parametrach lub łyżeczka o dł. 230 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 53, dotyczy pakietu nr 2, poz. 19**

Hak o dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza hak o dł. 220 mm**

**Pytanie 54, dotyczy pakietu nr 2, poz. 21**

Kleszcze o dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 55, dotyczy pakietu nr 2, poz. 22**

Kleszcze o dł. 210 mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 56, dotyczy pakietu nr 2, poz. 23**

Kleszcze o dł. 230 mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 57, dotyczy pakietu nr 14, poz. 2**

Nożyczki o dł. 165 mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 58, dotyczy pakietu nr 14, poz. 3**

Nożyczki o dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 59, dotyczy pakietu nr 14, poz. 6**

Nożyczki o dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 60, dotyczy pakietu nr 14, poz. 7**

Kleszczyki Halsted – Mosquito, identyczne z wymaganymi

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 61, dotyczy pakietu nr 14, poz. 9**

Kleszczyki Crile-Rankin, identyczne z wymaganymi

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 62, dotyczy pakietu nr 14, poz.11**

Kleszczyki Rochester-Pean, identyczne z wymaganymi

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga kleszczy Pean.**

**Pytanie 63, dotyczy pakietu nr 14, poz. 14**

Kleszczyki bez nazwy własnej, zakończone z jednej strony kulką a z drugiej sakiewką, pozostałe parametry bez zmian lub kleszcze Lorna Edna, zakończone płasko, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 64, dotyczy pakietu nr 14, poz. 15**

Imadło Mayo- Hegar o dł. 240 mm

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje imadła Hegar**

**Pytanie 65, dotyczy pakietu nr 14, poz. 16**

Imadło o dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 66, dotyczy pakietu nr 14, poz. 18**

Igłotrzymacz o dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 67, dotyczy pakietu nr 14, poz. 19**

Kosze druciane o wym. 240x255x50mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 68, dotyczy pakietu nr 14, poz. 20**

Kosze druciane o wym. 480x255x50 mm lub 405x255x70mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: dopuszcza wymiar 405x255x70**

**Pytanie 69, dotyczy pakietu nr 14, poz. 21**

Czy zamawiający wymaga łyżki sztywne czy elastyczne?

**Odpowiedź: sztywne**

**Pytanie 70, dotyczy pakietu nr 14, poz. 29,30**

Kleszczyki o dł. 140mm lub 160 mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza dł. 160 mm**

**Pytanie 71, dotyczy pakietu nr 14, poz. 31,32**

Pean o dł. 13-16 cm

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 72, dotyczy pakietu nr 14, poz. 33**

Imadło o dł. 160 mm

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 73, dotyczy pakietu nr 14, poz. 38**

Nożyczki o dł. 180 mm

**Odpowiedź: dopuszczamy dł. 180 mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ**

**Pytanie 74, dotyczy pakietu nr 14, poz. 42**

Kleszczyki o dł. 12,5-14 cm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 75, dotyczy pakietu nr 14, poz. 43**

Kleszczyki o dł. 13-16 cm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 78, dotyczy pakietu nr 14, poz.44**

Taca o wymiarach 290x80x52mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 79, dotyczy pakietu nr 14, poz. 45**

Taca o wymiarach 460x80x52 mm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 80, dotyczy pakietu nr 14, poz. 46**

Miarka o dł. 150 mm

**Odpowiedź: dopuszczamy**

**Pytanie 81, dotyczy pakietu nr 25**

Czy Zamawiający dopuści silikonową, jednoczęściową protezę stawu śródstopno-paliczkowego. Dostępne protezy do pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w minimum 4 rozmiarach i mniejszych stawów śródstopno-paliczkowych w min. 4 rozmiarach. Proteza posiada wcięcia w miejscu zgięcia w części grzbietowej i podeszwowej. Kile protezy tempo zakończone. W zestawie instrumentarium przymiary do resekcji powierzchni stawowych .

**Odpowiedź: Nie , zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 82, dotyczy zapisów istotnych postanowień umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2:

2.Dostawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

a)w wysokości 0,07% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej części dostawy;

b)w wysokości 0,07% wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek zgodnie z terminami określonymi w niniejszej umowie, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej części dostawy;

c)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy- w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy**

**Pytanie 82, dotyczy zapisów istotnych postanowień umowy**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia dostawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 10 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy**

**Kierownik Zamawiającego**