

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 03.08.2017r.

Wysokie Mazowieckie dn. 28.07.2017r.

### **Wg rozdzielnika**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych.**

**Nr sprawy 7/2017**

**Pytanie 1, dotyczy zapisów SIWZ**

Czy Zamawiający w rozdziale XIV pkt. 4 SIWZ oraz w formularzu ofertowym zał. nr 2 do SIWZ wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw w odniesieniu do asortymentu narzędziowego z zadania nr 14 i zastosuje kryterium oceny ofert: „termin dostawy” taki sam jak do narzędzi z pakietu nr 2 tj. w zakresie od 5 dni roboczych do 40 dni roboczych? Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania specjalistycznego sprzętu narzędziowego, który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany lub sprowadzany na zamówienie w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek TÖNNIS-ADSON 17cm z utwardzoną wkładką? Produkt równoważny, proponowany parametr nie zmienia właściwości funkcjonalnych narzędzia.

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w poz. nr 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie Iglotrzymacza prostego MAYO-HEGAR 24cm? Produkt równoważny, proponowany parametr nie zmienia właściwości funkcjonalnych narzędzia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dł. 24 cm, wymaga Hegara**

**Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w poz. nr 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie Iglotrzymacza z utwardzoną wkładką - Mayo-Hegar 20cm? Produkt równoważny, proponowany parametr nie zmienia właściwości funkcjonalnych narzędzia.

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w poz. nr 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie Iglotrzymacza Mayo-Hegar 18cm utwardzony? Produkt równoważny, proponowany parametr nie zmienia właściwości funkcjonalnych narzędzia.

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 6, dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w poz. nr 19 wyrazi zgodę na zaoferowanie Tacy z drutu stalowego 255x250x50mm? Produkt równoważny, proponowany parametr nie zmienia właściwości funkcjonalnych narzędzia.

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 7, dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w poz. nr 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie Tacy z drutu stalowego 405x250x50mm? Produkt równoważny, proponowany parametr nie zmienia właściwości funkcjonalnych narzędzia.

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 8, dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w poz. nr 24 wyrazi zgodę na zaoferowanie Kleszczyków jelitowych Allis 4:5 15cm? Produkt równoważny, proponowany parametr nie zmienia właściwości funkcjonalnych narzędzia.

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 9, dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w poz. nr 29 wyrazi zgodę na zaoferowanie Kleszczyków Ochsner-Kocher 16cm proste? Produkt równoważny, proponowany parametr nie zmienia właściwości funkcjonalnych narzędzia.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kleszczyków Kochera**

**Pytanie 10, dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w poz. nr 30 wyrazi zgodę na zaoferowanie Kleszczyków Ochsner-Kocher 16cm zakrzywione? Produkt równoważny, proponowany parametr nie zmienia właściwości funkcjonalnych narzędzia.

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje kleszczyków Kochera**

**Pytanie 11, dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w poz. nr 33 wyrazi zgodę na zaferowanie Iglotrymacza prostego MAYO-HEGAR 16cm? Produkt równoważny, proponowany parametr nie zmienia właściwości funkcjonalnych narzędzia.

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 12, dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w poz. nr 34 wyrazi zgodę na zaferowanie Trzonka nr 4L o dł.22 cm? Produkt równoważny, proponowany parametr nie zmienia właściwości funkcjonalnych narzędzia.

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 13, dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w poz. nr 41 wyrazi zgodę na zaferowanie Pincety anatomicznej Standard - wąska, 14,5cm? Produkt równoważny, proponowany parametr nie zmienia właściwości funkcjonalnych narzędzia.

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 14, dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w poz. nr 44 wyrazi zgodę na zaferowanie Tacy z drutu stalowego 290x80x52mm z pokrywą? Produkt równoważny, proponowany parametr nie zmienia właściwości funkcjonalnych narzędzia.

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 15, dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w poz. nr 45 wyrazi zgodę na zaferowanie Tacy z drutu stalowego 460x80x52mm z pokrywą? Produkt równoważny, proponowany parametr nie zmienia właściwości funkcjonalnych narzędzia.

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 16, dotyczy pakietu nr 14**

Czy Zamawiający w poz. nr 46 wyrazi zgodę na zaferowanie suwmiarki o długości 150 mm jako produkt niemedyczny, nie do sterylizowania?

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie 17, dotyczy pakietu nr 22 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania innej wielkości opakowania, z odpowiednim przeliczeniem wielkości w górę?

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie 18, dotyczy pakietu nr 22 poz.1**

Czy Zamawiający wymaga aby substytut kości były jednocześnie nośnikiem antybiotyku – min. 150 mg gentamycyny?

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie 19, dotyczy pakietu nr 22 poz.2**

Czy Zamawiający dopuści substytut kości w postaci macierzy komórkowej na bazie hydroksyapatytu (70%) i beta-trójfosforanu wapnia (30%) bezbiałkowy, bezkolagenowy, nieorganiczny, osteokondukcyjny, biowchłaniający (12-24 m-ce) w postaci cylindrów o średnicy 10,15,30 mm i długości 15 mm?

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie 20, dotyczy pakietu nr 18**

Czy Zamawiający dopuści nieorganiczna macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typu I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata- zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka – zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenyzy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikroślamaniami w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego, w rozmiarze: 25x30 mm o grubości 2 mm, z możliwością docięcia, w zależności od wielkości ubytku ( w tym także do rozmiaru 2x2 cm). Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

**Odpowiedź: nie**

**Pytanie 21, dotyczy zapisu pod pakietem nr 1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy oraz depozytu płyt blokowanych i wkrętów do nich dedykowanych na rzecz dostarczenia implantów na zabieg w odniesieniu do poz. Nr 26-42 w uzgodnionym terminie od otrzymania zamówienia? Z uwagi na niewielkie ilości płyt blokowanych przewidzianych do zakupu prosimy o uwzględnienie naszej prośby.

**Odpowiedź: tak**

**Kierownik Zamawiającego**