

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego
Nr post. 12/2017**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „**Rozbudowa i modernizacja Szpitala Ogólnego przy ul. Szpitalnej 5 w Wysokim Mazowieckiem – Etap II - Budowa pracowni tomografii komputerowej wraz z dostawą i instalacją tomografu.**”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 Sekcja XII Punkt 229. Mechanizm automatycznego przesyłania (przywracania) poprzednich badań pacjenta z wymaganego archiwum do pamięci podręcznej systemu PACS i systemu dystrybucji obrazów na podstawie danych z rejestracji badania odebranych z systemu RIS, co umożliwia ich szybkie wyświetlenie na stacjach diagnostycznych i w systemie dystrybucji obrazów.

Czy Zamawiający dopuści system, który wszystkie badania przechowuje w pamięci online, co skutkuje tym, że nawet najstarsze badanie jest dostępne na bieżąco i nie ma potrzeby jego przywracania pomiędzy różnymi typami pamięci?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 2 Sekcja XII Punkt 268. Powiększanie wybrane fragmentu obrazu wraz z możliwością jednoczesnej i płynnej zmiany parametrów okna, stopnia powiększenia oraz wielkości obszaru powiększania (lupa)

Czy Zamawiający dopuści system z funkcją lupy powiększającej fragment obrazu, z możliwością płynnej zmiany wielkości powiększanego obrazu jak i stopnia powiększenia, ale bez możliwości równoczesnych zmian parametrów okna wewnątrz obszaru?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 3 Sekcja XII Punkt 294. Funkcjonalność zmiany wielkości miniatur podglądu (co najmniej 3 wielkości)

Czy Zamawiający dopuści system, w którym miniaturki są w zadanej wielkości, gdzie podgląd miniaturki można włączać i wyłączać?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 4 Sekcja XII punkt 307

Czy Zamawiający dopuści system, w którym modyfikacja jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń i inwersji obrazu może się odnosić do pojedynczego obrazu lub serii, ale nie całego badania (chyba, że najpierw połączymy wszystkie serie w jedną)?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 5 Sekcja XII punkt 313

Czy Zamawiający dopuści system, który ma funkcjonalność wyświetlenia informacji o wartości pikseli na przestrzeni różnych obrazów danej serii, oraz odniesienia punktowego pomiędzy seriami (zaznaczeni tego samego miejsca w różnych seriach / obrazach) ale bez mapowania całych obszarów?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 6 Sekcja XII punkt 314

Czy Zamawiający dopuści system, który umożliwia import badań z nośników CD/DVD/USB/wskazanego katalogu, plików graficznych, oraz dokumentów w postaci plików PDF (w tym tekstowych PDFów)?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 7 Sekcja XII punkt 315

Czy Zamawiający uzna system, który tą funkcjonalność spełni poprzez automatyczną synchronizację serii i możliwość ich jednoczesnego synchronicznego przewijania?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 8 Sekcja XII punkt 319

Czy Zamawiający dopuści system, który jednocześnie może drukować różne układy zdjęć z obrębu danego badania, ale bez możliwości jednoczesnego wydrukowania obrazów z różnych badań, w tym różnych modalności, czy pacjentów oraz gdzie nagłówek i stopka zależą od informacji zawartych w plikach badania, bez możliwości ręcznej ich rekonfiguracji?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 9 sekcja XII punkt 322

Czy Zamawiający dopuści system umożliwiający wykonanie rekonstrukcji MIP i MinIP ale bez funkcjonalności AveIP ani odwracania kolejności obrazów w rekonstrukcji jednym kliknięciem?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 10 Sekcja XII punkt 330

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które do uruchomienia wymaga użycia przeglądarki Internet Explorer?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 11 Sekcja XII punkt 332

Czy Zamawiający dopuści system, który pracuje na systemach Windows? (Od Windows 7 i nowszych).

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 12 Sekcja XII punkt 333

Czy Zamawiający dopuści system, który inicjuje się z poziomu przeglądarki, ale samo obrazowanie ma miejsce w desktopowej aplikacji?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 13 Sekcja XII punkt 340

Czy Zamawiający dopuści system z możliwością wyszukania po ponad 60 parametrach, ale bez możliwości wylistowania tylko badań z obrazami kluczowymi, przy możliwości otwarcia i wyświetlenia samych obrazów kluczowych, jeżeli takowe w badaniu się znajdują?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 14 Sekcja XII punkt 347

Czy Zamawiający dopuści system, który posiada możliwość dodawania uwag i komentarzy do badania i opisu jednak bez możliwości wyboru tytułu uwagi? Z możliwością dodania predefiniowanych tekstów jako adnotacji na obrazach.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 Sekcja XII punkt 367

Czy Zamawiający dopuści system bez opisanej funkcjonalności?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 Sekcja XII punkt 222

Prosimy o określenie zarówno ilości badań wykonywanych w roku oraz ilości urządzeń, które można podłączyć do systemu bez dodatkowych kosztów.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 16

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 Punkt X Szkolenia i INNE ppkt 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania duplikator z zasobnikiem podawczym na minimum 50/50 płyt?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 17

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 18 dot. sekcji X. SZKOLENIA i INNE pkt2. Specyfikacji Technicznej

„Czy zamawiający będzie wymagał objęcia wstrzykiwacza środków kontrastowych, opisanego w punktach 8-18, zdalną diagnostyką serwisową poprzez łącze internetowe i udostępni takie łącze”?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 18

Zamawiający dopuszcza nie wymaga powyższego rozwiązanie.

Pytanie nr 19 dot. sekcji X. SZKOLENIA i INNE pkt8. Specyfikacji Technicznej

„Czy zamawiający zaakceptuje wstrzykiwacz środków kontrastowych Medrad Stellant CT o następujących parametrach:

- automatyczny przesuw tłoków oraz napełnianie wkładów
- przechowywanie w pamięci i wywoływanie 250 protokołów
- iniekcje wielofazowe (do 6 faz)
- zintegrowana iniekcja testowa soli fizjologicznej
- łatwe do nałożenia wkłady (jednorazowego lub wielorazowego użytku MP – do 12 godzin)
- Funkcja Dual Flow - równoczesna iniekcja soli fizjologicznej i środka kontrastowego w celu uzyskania jednoczesnego, równomiernego zakontrastowania obu komór serca

- W zestawie – dotykowy panel sterujący połączony ze wstrzykiwaczem za pomocą kabla sygnałowo- zasilającego
- zasilanie sieciowe?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 19

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 20 dot. sekcji X. SZKOLENIA i INNE pkt 9,11,13. Specyfikacji Technicznej

„Czy zamawiający odstąpi od punktowania opisanych parametrów?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21 dot. sekcji X. SZKOLENIA i INNE pkt 17. Specyfikacji Technicznej Pkt. 5

„Czy zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez wstrzykiwacz środków kontrastowych funkcji KVO (Keep Vein Open)?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 21

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 22 dot. sekcji X. SZKOLENIA i INNE pkt 18. Specyfikacji Technicznej

„Wnosimy o wprowadzenie punktacji w opisanym parametrze: Możliwość pracy z wielogodzinnymi materiałami zużywalnymi o gwarancji sterylności do 8 godzin- 0pkt, możliwość pracy zarówno z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności do 12 godzin jak i zestawami wkładów jednorazowych- 30pkt”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 22

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ zakres X Szkolenia i inne pkt 7

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie by zarządzanie pracą duplikatora odbywało się za pośrednictwem stacji sterującej podłączonej do sieci LAN?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 23

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 24 Zakres XII. RIS i PACS – RIS Ogólne

1. Pkt 3

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i dopuści rozwiązanie działające w architekturze webowej lecz wymagającej instalacji oprogramowania wspomagającego np. typu Java?

2. Pkt 4

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z aktualizacją centralną lecz wykorzystującą pośrednie aplikacje do wykonania instalacji nowej wersji systemu?

3. Pkt 5

Prosimy o informacje jaki system klasy HIS użytkuje obecnie Zamawiający oraz kto będzie pokrywał ewentualne koszty integracji pomiędzy systemami?

4. Pkt. 7

Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w wymagania i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

5. Pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez ustawień częstotliwości odświeżania list dokumentów?

6. Pkt. 48

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

7. Pkt. 50

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

8. Pkt. 71

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

9. Pkt. 72

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

10. Pkt. 76

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie by wymagana funkcjonalność realizowana była spod systemu PACS?

11. Pkt. 96

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

12. Pkt 102

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

13. Pkt. 103

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji przekazywania dokumentu badania z załączonym plikiem dźwiękowym do transkrypcji?

14. Pkt. 151

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

15. Pkt. 152

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

16. Pkt 185

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 24

Ad.1 – Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Ad.2 - Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Ad.3 – Zamawiający posiada System HIS, czyli system do ewidencji , statystyk , rozliczeń z NFZ procedur medycznych firmy „OPTIMED”, producent COMARCH i oczekuje uwzględnienia kosztów ewentualnej integracji po stronie Wykonawcy.

Ad.4-9 - Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad.10 - Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Ad.11 – 12 - Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ

Ad.13 - Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Ad.14 – 16 - Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 25 (dotyczy „System Pacs”)

1. Pkt. 234

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

2. Pkt. 239

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 25

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 (dotyczy „Stacja diagnostyczna”)

1. Pkt. 247

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie oparte na koncepcji przyznawania licencji stacji roboczej?

2. Pkt. 252

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

3. Pkt. 254

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

4. Pkt. 255

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

5. Pkt. 257

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

6. Pkt. 263

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

7. Pkt. 287

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 26

Ad.1 Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Ad.2-7 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 (dotyczy System dystrybucji na oddziały szpitalne)

1. Pkt. 328

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

2. Pkt. 330

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

3. Pkt. 350

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

4. Pkt. 351

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu i zaakceptuje system bez opisanej funkcjonalności?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 27

Ad.1-4 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 28 Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ „Formularz ofertowo-cenowy Wykonawcy” w związku z Załącznikiem nr 9 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”
Gwarancja § 8 –ust. 1**

„Oświadczamy, że udzielimy miesięcznej (min 36m-cy) gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia odbioru końcowego robót.”

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy na okres 36 m-cy.”

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów przedmiotowych punktów poprzez zmianę punktu w Załączniku nr 3 do SIWZ „Formularz ofertowo-cenowy Wykonawcy”, w następujący sposób:

„Oświadczamy, że udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia odbioru końcowego robót.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 28

Zamawiający ujednolicił zapisy Załącznika nr 3 do SIWZ „Formularz ofertowo-cenowy” w następujący sposób:

„Oświadczamy, że udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia odbioru końcowego robót.”

Skorygowany Formularz ofertowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 29 Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ „Formularz ofertowo-cenowy Wykonawcy

Zwracamy się z prośbą o usunięcie oczywistej omyłki edytorskiej polegającej na wstawieniu

do formularza ofertowo-cenowego następującego zapisu:

„Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 29

Zamawiający dokonał korekty formularza w tym zakresie poprzez usunięcie w/w zapisu. Skorygowany Formularz ofertowo-cenowy stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 30 Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ „Specyfikacja techniczna tomografu komputerowego” pkt. XI 3 w związku z Załącznikiem nr 9 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” Gwarancja § 8 –ust. 6

„Czas reakcji serwisu do 48 godzin (przyjazd na wezwanie).”

„Serwis i naprawy gwarancyjne sprzętu w okresie gwarancji całkowicie bezpłatne. Przeglądy serwisowe zgodnie z wymogami producenta i standardami ISO obowiązującymi u Zamawiającego, tj. dla urządzeń których okres gwarancji przekracza 12 miesięcy Zamawiający wymaga wykonania jednego przeglądu w ciągu roku, czas reakcji serwisu do 72 godzin.”

Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów przedmiotowych punktów poprzez zmianę punktu nr XI 3 Załącznika nr 2 do SIWZ „Specyfikacja techniczna tomografu komputerowego”, w następujący sposób:

„Czas reakcji serwisu do 72 godzin (przyjazd na wezwanie).”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 30

Zamawiający ujednolicił zapisy w/w załącznika zgodnie z sugestią wykonawcy. Skorygowany załącznik nr 2 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 31 Dotyczy Załącznika do SIWZ „Przedmiary 1

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załącznika w formacie „ATH” dla przedmiarów ogólnobudowlanych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 31

Zamawiający nie posiada przedmiarów w formacie „ATH”.

Pytanie nr 32 Dotyczy Załącznika nr 9 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” Kary umowne § 10 –ust. 5

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki umowne na wypadek opóźnienia w płatności w wysokości 2% w skali roku.”

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu przedmiotowego punktu w następujący sposób:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki umowne na wypadek opóźnienia w płatności w wysokości odsetek ustawowych w skali roku.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 32

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 33 Rozdział V.2.3.1

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku, określonego w SIWZ, w Rozdziale V.2 jeśli Wykonawca wykaże się wykonaniem przynajmniej jednej dostawy tomografu komputerowego, obejmującej instalację i wykonanie prac adaptacyjnych, o wartości co najmniej 1,5 mln zł brutto?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 33

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na etapie oceny ofert.

Pytanie nr 34 (Dotyczy Załącznika nr 2 – parametry techniczne TK)

1. Dotyczy punktów I.2, I.3 i III.12 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie punktacji paramentów I.2, III.10, III.11, które nie dają żadnej klinicznej korzyści Zamawiającemu? Usunięcie punktacji tych parametrów umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

2. Dotyczy punktu II.3 tabeli Załącznika nr 5 do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie punktacji średnicy gantry, a zamiast tego punktację jak najmniejszej odległości ogniska lampy od detektora w proponowanym poniżej kształcie?

3.	Odległość ogniska lampy od detektora (cm)	Podać		< 100 cm – 20 pkt ≥ 100 cm – 0 pkt
----	-------------------------------------------	-------	--	---------------------------------------

3. Dotyczy punktu II.5 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie punktacji za zaoferowanie sterowania ruchami stołu i gantry z tyłu (prawa i lewa strona)?

Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji:

5.	Sterowanie ruchami stołu i gantry min. z lewej i prawej strony gantry i z konsoli sterowni	TAK		Tylko przód – 0 pkt Przód i tył – 20 pkt
----	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	---------------------------------------------

4. Dotyczy punktu III.2 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ

Zamawiający w punkcie III.3 wymaga maksymalnego prądu 400 mA przy napięciu 120 kV. Iloczyn tych parametrów wynosi 48kW. W związku z powyższym prosimy o zmianę parametru granicznego maksymalnej mocy generatora z 50 kW na 48 kW.

5. Dotyczy punktu III.13 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie punktacji grubości warstwy?

6. Dotyczy punktu III.14 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenia, że w punkcie III.14 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ należy podać wartość współczynnika pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu spiralnego dostępnego w protokołach klinicznych dla akwizycji z maksymalną kolimacją detektora (maksymalną jego szerokością).

7. Dotyczy punktu IV.5 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że wymienione nazwy własne są tylko przykładami i Zamawiający dopuszcza inne algorytmy spełniające wymaganie punktu IV.5.

8. Dotyczy punktu IV.8 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ

Prosimy o usunięcie tego parametru, gdyż obecny zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

9. Dotyczy punktu V.3 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ

Wnosimy o poprawienie oczywistej omyłki i zastąpienie słowa „ponad” słowem „minimum”.

Z uwagi na zaproponowaną przez PLTR klasyfikację systemów w zależności od wartości rozdzielczości wysokokontrastowej dla 50% krzywej MTF proponujemy zmianę punktu V.3 tabeli na:

3.	Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie XY przy jednoczesnej akwizycji min. 64 warstw, dla pełnego skanu w matrycy 512x512, w punkcie 50% krzywej MTF [pl /cm]	$\geq 7,5$		$>7,5 - 0$ pkt $>10 - 5$ pkt $>12 - 10$ pkt
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--	---------------------------------------------------

10. Dotyczy punktów V.4 i V.5 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie punktacji w pozycjach V.4 i V.5 tabeli załącznika nr 2 do SIWZ i zastąpienie obecnych zapisów punktacją za zaoferowanie jak najbardziej skutecznego (obniżającego dawkę promieniowania) algorytmu iteracyjnego w bardziej obiektywny sposób:

	Procent redukcji dawki bez pogorszenia jakości obrazowania z użyciem algorytmu wymaganego w punkcie IV.5 – parametr potwierdzony przez producenta tomografu	TAK / podać nazwę i procent redukcji dawki bez pogorszenia jakości obrazowania		$\geq 40\% \text{ i } \leq 60\% - 0 \text{ pkt}$ $> 60\% - 10 \text{ pkt}$ $> 80\% - 20 \text{ pkt}$
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Dotyczy punktu VI.1 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie punktacji za zaoferowanie dwumonitorowej konsoli operatorskiej?

Proponujemy następującą punktację:

1.	Stanowisko operatorskie min. 1 monitorowe wyposażone w kolorowy(e) monitor(y) z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat o przekątnej min. 19" umożliwiający(e) pracę technika wykonującego badanie i lekarza diagnosty np. w zakresie oceny, rekonstrukcji wykonywanych badań	TAK		1 monitor – 0 pkt 2 monitory – 20 pkt
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	------------------------------------------

12. Dotyczy punktu VI.10 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ

Wnosimy o wykreślenie tego parametru, gdyż obecny zapis uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty.

13. Dotyczy punktu VII.1 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści konsolę diagnostyczną wyposażoną w dwa monitory diagnostyczne o przekątnej pojedynczego monitora 19"?

14. Dotyczy punktu VIII.16 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ

W związku z wymaganiem dotyczącym oprogramowania do oceny zmian ogniskowych prosimy o rozważenie wprowadzenie punktacji za zaoferowanie do automatycznej identyfikacji zmian litych, nielitych i częściowo litych z możliwością automatycznego obliczania części litej i nielitej, która znacznie redukuje czas analizy badania.

Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji:

16a	Automatyczne rozróżnianie guzów litych, nielitych i częściowo litych oraz automatyczne obliczanie objętości litej i nielitej	TAK/NIE		TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--	-----------------------------

15. Dotyczy punktu VIII.17 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ

W związku z wymaganiem dotyczącym oprogramowania do wirtualnej kolonografii prosimy o rozważenie wprowadzenie punktacji za zaoferowanie automatycznego wykrywania polipów w jelicie grubym oraz usuwania resztek kałowych z obrazu jelita (tzw. electronic cleansing) która znacznie redukuje czas analizy badania.

Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji:

17a	Automatyczne wykrywanie polipów w jelicie grubym	TAK/NIE		TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
17b	Automatyczne usuwanie resztek kałowych z obrazu jelita (tzw. electronic cleansing).	TAK/NIE		TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt

16. Dotyczy punktu VIII.20 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ

W związku z wymaganiem dotyczącym oprogramowania do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych prosimy o rozważenie wprowadzenie punktacji za zaoferowanie możliwości tworzenia własnych kryteriów zmian onkologicznych.

Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji:

20a	Tworzenie własnych kryteriów oceny zmian onkologicznych	TAK/NIE		TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
-----	---------------------------------------------------------	---------	--	-----------------------------

17. Z uwagi na specyfikę szpitala prosimy o rozważenie wprowadzenia punktacji za zaoferowanie unikalnej funkcji umożliwiającej przeprowadzenie badań bez konieczności podchodzenia do konsoli operatorskiej.

Proponujemy następującą punktację:

	Tryb badań nagłych z możliwością wyboru pacjenta i protokołu oraz uruchomienia badania bezpośrednio z gantry bez potrzeby używania konsoli operatorskiej.	TAK/NIE		TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--	-----------------------------

18. Dotyczy punktu XI.5 tabeli Załącznika nr 2 do SIWZ

Czy Zamawiający w wyjątkowych przypadkach dopuści czas naprawy do 7 dni roboczych, gdy konieczne okaże się sprowadzenie części zamiennej spoza UE i dokonania odprawy celnej?

19. Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 512 kbit/s, ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

20. W przypadku braku zgody na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie

zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącznie przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

21. Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?
22. Czy Zamawiający podpisze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

- 1) Zamawiający dopuszcza, powyższe rozwiązanie oraz dokonuje stosownej zmiany w załączniku nr 2 do SIWZ.
- 2 - 4) Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.
- 5) Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
- 6) Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.
- 7) Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
- 8-12) Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.
- 13) Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie
- 14-21) Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w tym zakresie.
- 22) Pytanie nie dotyczy wyjaśnień w zakresie treści SIWZ. Ewentualne dodatkowe umowy i dokumenty nie wymienione w niniejszej specyfikacji będą przedmiotem odrębnych postępowań i/lub uzgodnień.

Pytanie nr 35 (Dotyczy Załącznika nr 9 – Wzór umowy)

1. **Dot. par. 2 ust. 2. Pkt. 27 Wzoru Umowy:** Prosimy o potwierdzenie, że wystarczy oznaczenie w j. polskim wymagane w ustawie o wyrobach medycznych z 2010 r. oraz towarzyszących ustawie rozporządzeniach.
2. **Dot. par. 8 ust. 3 Wzoru Umowy:** Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu „we własnym zakresie lub przy pomocy innych podmiotów” na „przy pomocy innego autoryzowanego serwisu”?
3. **Dot. par. 8 ust. 4 Wzoru Umowy:** Prosimy o potwierdzenie, że określony okres rękojmi dotyczy rękojmi na roboty budowlane, a okres rękojmi na sprzęt medyczny jest zgodny z Kodeksem cywilnym.
4. **Dot. par. 8 ust. 6 Wzoru Umowy:** Prosimy o potwierdzenie, że podany termin 72 godzin dotyczy dni roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. **Dot. par. 10 ust. 6 Wzoru Umowy:** W naszej opinii zaproponowana w ust. 6 par. 10 kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 35

1. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. Zamawiający potwierdza, że określony okres rękojmi dotyczy rękojmi na roboty budowlane, a okres rękojmi na sprzęt medyczny jest zgodny z Kodeksem cywilnym.
4. Zamawiający potwierdza, że podany termin 72 godzin dotyczy dni roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36 (Dotyczy HIS pkt 5)

1. Prosimy o podanie nazwy i producenta posiadanego systemu HIS.
Czy Zamawiający pokryje koszty leżące po stronie systemu HIS?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 36

System HIS, czyli system do ewidencji, statystyk, rozliczeń z NFZ procedur medycznych firmy „OPTIMED”, producent COMARCH. Wszelkie koszty związane z instalacją i uruchomieniem oprogramowania leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 37 (Dotyczy HIS)

8. *System powinien dawać możliwość definiowania szablonów dokumentów czyli dokumentów uzupełnionych predefiniowanymi danymi i zapisywania ich pod dowolną nazwą – co najmniej dla:*
 - *Karty pacjenta*
 - *Zlecenia*
 - *Badania*
 - *Kroku badania*
 - *Grafiku*
 9. *Szablony powinny zapisywane jako publiczne (dostęp dla wszystkich użytkowników) oraz prywatne (dostęp tylko dla autora).*
 10. *Podczas definiowania szablonu dokumentu system nie powinien wymagać uzupełniania pól wymaganych.*
 12. *Szablony dokumentu powinny być wykorzystane zarówno podczas tworzenia jak i edycji dokumentu.*
 13. *System powinien pozwalać na oznaczenie szablonu jako domyślny, co oznacza, że nowo tworzony dokument będzie od razu wypełniony zgodnie z tym szablonem.*
 14. *Gdy podczas edycji dokumentu użytkownik chce użyć szablonu, system powinien pozwalać na wyszukiwanie szablonów poprzez podanie dowolnej frazy w nazwie szablonu.*
 15. *System powinien pozwalać skopiować jednym kliknięciem wszystkie dane z formularza otwartego dokumentu i wkleić do formularza nowo tworzonego dokumentu tego samego typu.*
- Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań jako ograniczającego konkurencję i nie mającego zastosowania w pracy szpitala. Szablony wymienione w wymaganiach powinny mieć jednolite brzmienie i kształt dla całego szpitala. Nie dopuszczalna jest sytuacja w której poszczególni lekarze posiadają odmienne szablony zleceń czy karty pacjenta. Dodatkowo jedynie oprogramowanie firmy Infinitt spełnia powyższe wymagania

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 37

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38 Dotyczy System powinien umożliwiać odwzorowanie wymaganej przez klienta struktury zleceń, badań i kroków badań

Prosimy o podanie wymaganej struktury zleceń, badań i kroków badań.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 38

Struktura zleceń, badań i kroków badań zostanie uzgodniona z Wykonawcą po podpisaniu umowy.

Pytanie nr 39 Dotyczy 335. Możliwość jednoczesnej pracy kilku użytkowników na jednym koncie na różnych komputerach

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. Wyżej opisana sytuacja nie powinna mieć miejsca w czasie pracy w szpitalu. Każdy użytkownik powinien pracować na innym koncie z uwagi na fakt identyfikacji użytkowników edytujących dane.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 39

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 40 Dotyczy HIS

Dotyczy

Oprogramowanie zgodnie z profilami IHE min:

- *Scheduled Workflow (SWF)*
- *Imaging Object Change Management (IOCM)*
- *Access to Radiology Information (ARI)*
- *Patient Information Reconciliation (PIR)*
- *Consistent Presentation of Images (CPI)*
- *Cross-enterprise Document Reliable Interchange (XDR)*
- *Cross-enterprise Document Sharing (XDS.b)*
- *Cross-enterprise Document Sharing for Imaging (XDS.b-I)*
- *Patient Identifier Cross-referencing (PIX)*
- *Evidence Documents (ED)*
- *Simple Image and Numeric Report (SINR)*
- *Mammography Image (MAMMO)* możliwość rozbudowy
- *Key Image Note (KIN)*
- *Nuclear Medicine Imaging (NMI)*
- *Audit Trail and Node Authentication (ATNA)*
- *Consistent Time (CT)*
- *Portable Data for Imaging (PDI)*

Prosimy o rezygnację z profili - *Imaging Object Change Management (IOCM)*, - *Cross-enterprise Document Reliable Interchange (XDR)*, - *Nuclear Medicine Imaging (NMI)* wszystkie powyższe profile spełnia jedynie oprogramowanie firmy Infinitt.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 40

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 41 (Dotyczy 153. System powinien nie pozwalać na utworzenie tymczasowej rezerwacji kolidującej z już zajętymi terminami lub blokadami)

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję oraz wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 41

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Niniejszy dokument stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

Kierownik Zamawiającego
Jacek Roleder

Wyk. w 1 egz.

1/ strona internetowa

1/ a/a