

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 25.09.2017r.

Wysokie Mazowieckie dn. 25.09.2017r.

### **Wg rozdzielnika**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: dostawa dwóch ambulansów sanitarnych typ C**

**Nr sprawy 20/2017**

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w drzwi boczne lewe przesuwne wyposażone w zaciemnioną szybę?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans wyposażony w centralną instalację tlenową z zamontowanym na ścianie lewej panelem z 2 punktami poboru typu AGA, manometrem ciśnienia w instalacji z automatycznym przełączeniem butla/butla?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulanse sanitarne z zespołem dwóch akumulatorów do zasilania wszystkich odbiorników prądu, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 190 Ah w tym jeden żelowy?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 4.**

Czy w okresie gwarancji wszystkie przeglądy warunkujące utrzymanie gwarancji na pojazd, zabudowę medyczną i wyposażenie medyczne mają być wliczone do oferty? Jeżeli TAK to czy ww. przeglądy mają być wykonywane przez autoryzowany serwis gwaranta pojazdu bazowego, zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego?

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza serwis autoryzowany, nie wymaga**

**Pytanie 5.**

Czy wymagany fotel obrotowy przy przegrodzie ma posiadać przesuw, który ma być dostępny w każdym momencie eksploatacji bez używania narzędzi czy też bez konieczności odpinania pasa bezpieczeństwa osoby siedzącej na ww. fotelu w trakcie przesuwania fotela (przesuw dostępny tak jak ma to miejsce w przypadku przesuwu fotela kierowcy)?

**Odpowiedź: Nie wymaga, ale dopuszcza**

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści do zaoferowania fabryczne światła do jazdy dziennej, które są realizowane za pomocą oddzielnej żarówki halogenowej w reflektorze halogenowym?

**Odpowiedź: TAK**

**Kierownik Zamawiającego**