

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 06.12.2017r.

Wysokie Mazowieckie dn. 06.12.2017r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania prowadzonego **w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu jednorazowego użytku Nr sprawy 23 / 2017 .**

Pakiet 8 :

Pytanie 1 : Czy Zamawiający w celu zapewnienia możliwości złożenia konkurencyjnej oferty dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach przedstawionych poniżej?

- możliwość stosowania przez 72 godz.
- oznaczenie czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym
- rozmiary cewników kodowane kolorem według standardu ISO
- zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni
- zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm
- zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta
- komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta
- zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania,
- okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej zapewniająca szczelność zestawu
- system stanowiący integralną całość, nierozłączalny

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Kierownik Zamawiającego