

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 07.12.2017r.

Wysokie Mazowieckie dn. 07.12.2017r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania prowadzonego **w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu jednorazowego użytku Nr sprawy 23 / 2017 .**

Pakiet nr 2, pozycja 1 :

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących parametrach:

W skład zestawu wchodzi:

- pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o poj. 250 ml;
- dren o dł. 140 cm z uniwersalną docinaną nie zwężającą światła drenów końcówką łączącą, wykonaną z silikonu, kompatybilną ze wszystkimi drenami Redona od CH 6 – CH 18. Dren umożliwia jednoczesny drenaż dwoma lub czterema drenami.
- skala pomiarowa co 40 ml dla mieszka o poj. 250 ml
- drugi dren łączący o dł. 6 cm zakończony łącznikiem typu large – lock służącym do szczelnego połączenia z workiem na krew. Wyposażony w nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka.
- Worek zbiorczy na krew o poj. 1000 ml, skalowany co 50 – 100 ml, z filtrem 200 µm, wyposażony w zastawkę antyrefleksyjną zapobiegającą cofaniu się krwi oraz w samouszczelniający zawór łączeniowy do igły aparatu Pritrans
- aparat do transfuzji Pritrans z filtrami 10 µm lub 40 µm – z dużą elastyczną komora kroplową, oraz drenem o długości 150 cm z zakończeniem luer – lock oraz precyzyjnym zaciskiem rolkowym;
- własny uniwersalny system podwieszania. ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 2, pozycja 2 :

Czy Zamawiający dopuści worek na krew 1000 ml z filtrem 200 µm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 2, pozycja 3 :

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki zbiorcze z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml, skalowanie co 100 ml?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 2, pozycja 4 :

Czy Zamawiający dopuści worki z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml, skalowane co 100 ml kompatybilne z zestawem opisanym w pytaniu powyżej?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 2, pozycja 8 :

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z silikonu o długości 180 mm x 450mm, pakowany podwójnie?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 2, pozycja 10, 12,13,

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu – pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment?

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 2, pozycja 14 :

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby oprócz cewników Foley'a dołączyć strzykawkę z gliceryną?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 4, pozycja 1 :

Czy Zamawiający dopuści łącznik obrotowy kątowy 100, bez gumowej zatyczki do odsysania?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 5, poz.1, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 5, pozycja 7 :

Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice niejałowe, bezpydrowe nitrylowe o grubości na palcu 0,10mm +/- 0,01mm , na dłoni 0,08mm +/-0,01mm, na mankiecie 0,06mm +/- 0,01mm, parametr wydłużenia przed starzeniem min. 500%, po starzeniu min. 400%, o długości min. dla rozmiaru XS 240mm; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 5, poz. 11 i 12 :

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment .

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 5, poz. 13 :

Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m² oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m² w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 5, poz. 15 :

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi o następujących parametrach :

- Wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii co gwarantuje bardzo wysoką jakość i bezawaryjne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
- Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantuje szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
 - Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową(czerwoną) klapką
 - Elastyczna komora kroplowa, wykonana z PCV
 - Kropłomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
 - Specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200µm
 - Miękki elastyczny dren o długości min. 150cm
 - Uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock
 - Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy
 - Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami
 - Jednorazowego użytku
 - Niepirogenny
 - Nietoksyczny
 - bez ftalanów
 - Sterylizowany tlenkiem etylenu
 - Termin ważności: 5 lat
 - Opakowanie jednostkowe zgodne z normami

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 5, poz. 16 ;

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie spodenek o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź : Tak .

Pakiet 5, poz. 17,18, 18 :

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź ; Nie .

Pakiet 6, poz. 1 :

Czy Zamawiający pod pojęciem zagięta długa ma na myśli końcówkę standardową?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 14, pozycja 1 :

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową o następujących parametrach:

- wykonana z elastycznego PVC
- korpus maski elastyczny z dokładnym opisem (waga pacjenta, rozmiar, objętość mankietu)
- uniwersalny przeźroczysty łącznik 15 mm
- eliptyczny kształt oraz elastyczny mankiet uszczelniający pozwala na prostą i atraumatyczną intubację
- nie zawiera lateksu

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 16 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej posiadającej system zabezpieczeń papierowych ułatwiających precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację folii?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 16 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii odpowiednio w rozmiarach 15cm x 28cm, 45cm x 28cm, 45cm x 55cm, 56cm x 84cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza rozmiary , pozostałe warunki zgodnie z SIWZ .

Pakiet 19, pozycja 1 :

Czy Zamawiający dopuści odwód oddechowy o następujących parametrach:

Wykonany z wysokiej jakości EVA pozbawionego PCV oraz ftalanów

- Uniwersalne połączenie 15F/22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów
- Rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160cm
- Bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 3 litrów (dla dorosłych) lub 1 litrowy (dla dzieci)
- Dodatkowa rozciągliwa rura o długości 100cm
- Kolanko z portem luer-lock
- Sterylny, opakowanie foliowe

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 21, pozycja 1 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 45cm x 45cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet 21, pozycja 4 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 50cm x 75cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza rozmiar , pozostałe warunki zgodnie z SIWZ .

Pakiet 21, pozycja 6 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 100cm x 150cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet 21, pozycja 8 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 100cm x 150cm?

Odpowiedź Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 21, pozycja 9 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z dwu warstwowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 60g/m² w rozmiarze 114x 150cm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 21, pozycja 12 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha o wymiarach dł. 150cm, szerokość 85cm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet 21, pozycja 13 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poniższego zestawu:

- 2 x serweta bez przylepca o wymiarach 90 cm x 120 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m ²
- 6 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m ²
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m ²

- 1 x podkład wysokochłonny wypełniony pulpą celulozową o wymiarach 60 cm x 90 cm
- 1 x fartuch foliowy przedni o wymiarach 80 cm x 130 cm
- 2 x zaciskacz do pępowiny

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 21, pozycja 14, 16 :

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet 21, pozycja 18 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu pościeli o składzie:
Poszewka 70 x 80cm, prześcieradło 150 x 210cm, poszwa 160 x 210cm?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 21, pozycja 19 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompletu z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 28, pozycja 2 :

Czy Zamawiający dopuści wzierniki – rozmiar lejka 2,5 mm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet 28, pozycja 3 :

Czy Zamawiający dopuści wzierniki – rozmiar lejka 4,0 mm?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet 28, pozycja 5 :

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny PCV, wyposażony w wyprofilowany kołnierz oraz zastawkę antyzwrotną o pojemności 1000 ml? Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby produkt był skręcony?

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet 30, pozycja 2 :

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment

Odpowiedź : Nie .

Kierownik Zamawiającego