

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 22.12.2017r.

Wysokie Mazowieckie dn. 21.12.2017r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych.

Nr sprawy 25/2017

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści nieograniczoną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typu I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata- zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka – zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogeny koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrołamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego, rozmiarze: 25x30 mm o grubości 2 mm, z możliwością docięcia, w zależności od wielkości ubytku (w tym także do rozmiaru 2x2 cm). Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi .

Odpowiedź: Nie

Kierownik Zamawiającego