

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 12.01.2018r.

Wysokie Mazowieckie dn. 12.01.2018r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych.

Nr sprawy 25/2017

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 6

Czy dopuszczają Państwo do przetargu (Pakiet nr 6) Spacery, wytworzone fabrycznie i gotowe do założenia, składające się z: w pełni ukształtowanego cementu kostnego na bazie gentamycyny lub mieszaniny gentamycyny i wankomycyny/ mieszanina taka ma najszersze spektrum działania/, polimetakrylanu metylu (PMMA) nie przepuszczającego promieniowania, powleczonego na konstrukcji ze stali nierdzewnej; 6 różnych rozmiarów, 3 z krótkim trzpieniem i 3 z długim trzpieniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Kierownik Zamawiającego