

Data zamieszczenia na stronie internetowej : 12.03.2018r.

Wysokie Mazowieckie dn. 12.03.2018r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup leków
Nr sprawy 2 / 2018 .

Pytanie nr 1 :

Czy Zamawiający w pakiecie 10 Sevofluranum dopuści produkt leczniczy Sevoflurane Baxter 250ml płyn wyposażony w system wlewowy Dreager Fill tj. adapter wielokrotnego użytku (adapter nakręcony na butelkę , stanowi szczelny bezpośredni system napełniania parownika umożliwiający bezpieczne uzupełnianie parowników) w butelce aluminiowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne o zawartości wody poniżej 0,03% (lub 300ppm) wraz z bezpłatnym użyczeniem parowników kompatybilnych z systemem i aparatami do znieczulenia w ilości wymaganej przez Zamawiającego .

Odpowiedź : Tak .

Kierownik Zamawiającego