



Szpital Ogólny
w Wysokim Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Szpitalna 5

Regon 450666236, NIP 722-13-34-542

tel. 864775501, fax 862752047; e-mail: sekretariat@szpitalwysmaz.pl; www.szpitalwysmaz.pl

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 30.04.2018r.

Wysokie Mazowieckie dn. 30.04.2018r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiału szewnego Nr sprawy 4 / 2018 .

Otrzymałmy zapytanie do w/w postępowania następującej treści :

1.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 22 :

Siatkę do chirurgicznego leczenia przepuklin częściowo wchłanialną składającą się w 25% z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz 75% z wchłanialnego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA) czas absorpcji w ciągu 7-10 miesięcy , gramatura przed wchłonięciem 80g/m² , gramatura po wchłonięciu 20g/m² , grubość siatki 0,6mm , porowatość średnia 1059 um , porowatość max. 2030um , w rozmiarach zgodnych z SIWZ .

Odpowiedź ; Zgodnie z SIWZ .

2.Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 26 :

*30 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet , monofilamentowych , polipropylenowych z plastikową osłonką na ramionach , jednorodnych , niewchłanialnych o długości 45 cm , szerokości 1,1cm , porowatość max. 1870um , grubość taśmy 0,33 mm , gramaturze 48g/m² , wytrzymałości na rozciąganie 70N/cm , brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami , wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna , obecność włókien skośnych , podwójna nić wzmacniająca) , oraz

*1szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji przez otwory zasłonowe.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

3.Dotyczy pakietu nr 22 , 26 :

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek lub o możliwości zaofiarowania próbek niesterylnych ze względu na wysoki koszt asortymentu ,

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ . Dopuszczamy próbki niesterylne .

4.Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert , gdyż z powodu przypadających świąt 1 i 3 maja oraz wydłużonego weekendu majowego Wykonawcy będą mieli problem z dostarczeniem oferty na czas (firmy kurierskie nie będą pracowały normalnie) .

Odpowiedź : Wyrażamy zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 09.05.2018r. do godz. 10:00 . Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.05.2018r. o godz. 10:30 .

Dotyczy pakietu nr 1 :

Czy Zamawiający dopuści plecionkę syntetyczną , powlekaną , wchłanialną , mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75% , po trzech tygodniach 50% pierwotnej siły i czasie wchłaniania do 70 dni .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza , pozostałe warunki zgodnie z SIWZ .

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1 :

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 6mm o średnicy 230um , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 24 :

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu .

Odpowiedź : Nie .

Dotyczy Pakietu nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny , wchłaniający , pleciony z kwasu glikolowego , powlekany polikaprolaktonem i steranianem wapnia o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65% , po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania 42 dni .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2,5 :

Czy Zamawiający dopuści podwiązkę 12x75cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Dopuszczamy długość , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 3 , poz. 8,10 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 31mm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 8-10 :

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania igły okrągłej cienkiej .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 11 :

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 14 :

Czy Zamawiający dopuści podwiązkę 3x75cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy Pakietu nr 4 :

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłaniający , syntetyczny , monofilamentowy , niepowlekany , poliamidowy .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 5 :

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły tnącej dopuści również igłę odwrotnie tnącą , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 6 :

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne , monofilamentowe , niepowlekane , wchłaniające się w okresie 90-120dni , składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni (po 7 dniach ok. 70% , po 14 dniach ok. 40% , po 21 dniach ok. 15% , po 28 dniach ok. 5%).

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 6 :

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26mm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 7 :

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do osobnego pakietu .

Odpowiedź : Nie .

Dotyczy pakietu nr 9 :

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny , wchłaniający , pleciony z kwasu glikolowego , powlekany poliakaprolanktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65% , po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania 42dni .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 5 , 6 :

Czy Zamawiający dopuści szew również z igłą okrągłą , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 10 :

Czy Zamawiający dopuści w/w pozycjach szew wchłaniający z kwasu poliglikolowego , plecione , powlekane polikaprolanktonem i stearynianem wapnia , okres wchłaniania 60-90 dni , profil podtrzymywania tkankowego ok. 80% po 14 dniach , ok. 50% po 21 dniach .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 10 :

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70cm dopuści również długość 75 cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza długość nici , pozostałe parametry bez zmian .

Dotyczy Pakietu nr 11 :

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny , wchłaniający z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego , połączony w proporcjach 9:1 pokryty mieszaniną tych kwasów i sterynianem wapnia w stosunku 1:1 o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75% po 21 dniach 50% po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 12 :

Czy zamawiający dopuści szew syntetyczny wchłaniający z polimeru glikolowego i mlekowego , połączony w proporcjach 9:1 pokryty mieszaniną tych kwasów i sterynianem wapnia w stosunku 1:1 o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75% po 21 dniach 50% po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy pakietu nr 12 :

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga aby rozwarstwiającej dopuści igłę okrągłą , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy pakietu nr 13 :

Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenową bez katalogowego udokumentowanego kontrolowanego rozciągania i plastycznego węzła , pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 5 :

Czy Zamawiający dopuści szew również z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Dopuszcza , pozostałe parametry bez zmian .

Dotyczy pakietu nr 14 :

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny jednowłóknowy niepowlekany o okresie podtrzymywania tkanki po 14 dniach 75% po 28 dniach 65-70% po 43 dniach 55-60% , po 57 dniach 40% i czasie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy pakietu nr 21 :

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści siatki polipropylenowe o gramaturze 70g/m² , których wielkość porów wynosi 1,2mm-1,4mm , grubość nici 0,15mm , grubość całkowita siatki 0,56mm.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 21 :

Czy zamawiający w w/w pakiecie dopuści siatki w rozmiarach 8x25 cm (zamiast 8x13) , 10x15cm (zamiast 10x16) , 30x30cm (zamiast (26x36) .

Odpowiedź : Dopuszcza rozmiar siatki , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

Dotyczy pakietu nr 27 :

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny wchłaniający pleciony z kwasu glikolowego powlekany polikaprolaktonem i sterynianem wapnia o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65% , po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania 42 dni.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet nr 21 :

Pozycja nr 3 :

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 10x15cm , pozostałe parametry zgodnie z opisem .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza rozmiar , wymaga siatkę makroporową o dużych oczkach gr.85g/m², zgodny z SIWZ .

Pozycja nr 6 :

1.Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 25x35cm , pozostałe parametry zgodnie z opisem .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza rozmiar , wymaga siatki zgodny z SIWZ .

1.Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na siatki o wymiarach 22,5x35cm , pozostałe parametry zgodnie z opisem .

Odpowiedź : Nie .

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycja 6 dopuści szew o grubości 1 zamiast 2 (pragnę zaznaczyć że obecnie dostarczamy taki szew do Państwa szpitala) .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 21 zamiast produktu wskazanego w formularzu cenowym dopuści : Lekka maproporowa , polipropylenowa , monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin , gramatura 46g/m² , wielkość oczka 2,0x2,4mm.

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 dopuści siatkę 7,5x15cm (zamiast 8x13)

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 dopuści siatkę w rozmiarze 10x15cm (zamiast 10x16cm) .

Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza .

Czy zamawiający w Pakiecie 21 dopuści siatkę 30x30cm (zamiast 20x30cm) Pragnę zaznaczyć , że oferowane siatki można docinać do pożądanego rozmiaru .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Czy zamawiający w Pakiecie 21 dopuści siatkę 45x30cm (zamiast 26x36cm) Pragnę zaznaczyć , że oferowane siatki można docinać do pożądanego rozmiaru .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Czy zamawiający w Pakiecie 23 pozycja 1 dopuści siatkę w rozmiarze 42x32cm (zamiast 42x35cm)

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Czy Zamawiający w Pakiecie 23 pozycje 2,3,4,5 dopuści urządzenie / ładunki , których wchłaniane wkręty mają wysokość całkowitą 5,1 mm (zamiast szerokość wynosi 5,1mm) , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek przez dostawców , którzy w chwili obecnej dostarczają do Państwa szpitala dany rodzaj produktów , na który składają ofertę przetargową .

Argumentem niech będzie fakt , że państwo używacie w chwili obecnej dane produkty i macie pełną informację .

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe :

Mając na uwadze , że w niektórych przypadkach ilość wymaganych próbek stanowi istotną wartość danej pozycji (często jest to jedno opakowanie) prosimy o odstąpienie od wymogu próbek w :

Pakiet nr 23 : wszystkie pozycje .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Kierownik Zamawiającego