

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 07.05.2018r.

Wysokie Mazowieckie dn. 07.05.2018r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiału szewnego
Nr sprawy 4 / 2018 .

Dotyczy Pakietu nr 1 :

1.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 szew syntetyczny pleciony , powlekany , wchłaniany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego , okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni , okres wchłaniania 56- 70 dni , zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach – minimum 75% po 21 dniach – minimum 50% po 28 dniach – minimum 25% .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

2.Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 1 podwójnej igły szpatułkowej z mikroostrzem 6,5mm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

3.Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 2 igły okrągłej 1/2 koła 13mm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

4.Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 3 igły okrągłej oraz nici o długości 70cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza długość nici , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

5.Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 4 nici o długości 75cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

6.Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 5 igły okrągłej rozwarstwiającej oraz nici o długości 70cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

7.Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 6, 7 igły okrągłej rozwarstwiającej 1/2 koła , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

8.Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 8 , 9 igły 31 mm okrągłej rozwarstwiającej 1/2 koła , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

9.Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 10 igły 36mm , okrągłej rozwarstwiającej 1/2 koła , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

10.Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 11 igły okrągłej 1/2 koła oraz nici o długości 75cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

11.Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 12 igły okrągłej wzmocnionej 1/2 koła oraz nici o długości 70cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

12.Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 14 podwiązek o długości 5x70cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

13.Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 15 igły 36mm , okrągłej rozwarstwiającej 1/2 koła , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

14.Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 16 igły okrągłej 1/2 koła , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

15.Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 17 igły 36mm okrągłej wzmocnionej 1/2 koła oraz o długości 90cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

16. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 18 igły 30mm oraz nici o rozmiarze 0 , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

17. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 19 igły okrągłej , wzmocnionej ½ koła , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

18. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 20 igły 31mm , haczykowej J okrągło-tnącej , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

19. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 21 igły 36mm ½ koła , okrągłej , rozwarstwiającej , wzmocnionej , długość nici 90cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

20. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 22 igły ½ koła okrągłej rozwarstwiającej , wzmocnionej , długość nici 90cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

21. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w pakiecie nr 1 poz. 23 igły ½ koła , okrągłej , wzmocnionej , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

22. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 24 pętli z aplikatorem o długości 53cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

23. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 25 podwiązek 2x70cm , przy przeliczeniu ilości i zaferowania w tej pozycji 180 saszetek .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

24. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w pakiecie nr 1 poz. 26 podwiązek 5x70cm igły , przy przeliczeniu ilości i zaferowania w tej pozycji 116 saszetek .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy Pakiet nr 3 :

1. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie jedwabiu naturalnego , plecionego impregnowanego woskiem .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

2. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 1 pojedynczej nici o długości 180 cm , przy zaferowaniu podwójnej ilości saszetek tj. 72 szt. , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

3. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr3 poz. 2 i 5 nici o długości 13 sztuk x60cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza .

4. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 3 i 4 nici o długości 17 sztuk x 45 cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

5. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w pakiecie nr 3 poz. 6 nici o długości 10 sztuk x 75cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

6. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w pakiecie nr 3 poz. 7 nici o długości 180cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

7. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 8 igły okrągłej 31mm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

8. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w pakiecie nr 3 poz. 10 igły okrągłej 31mm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

9. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 11 igły okrągłej 36mm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

10. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 12 igły pojedynczej 90mm, 3/8 koła konwencjonalnie tnącej oraz nici o długości 100cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

11. Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie w pakiecie nr 3 poz. 13 pojedynczej nici o długości 180cm przy zaferowaniu podwójnej ilości saszetek tj. 72 szt. , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

12.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 3 poz. 14 nici o długości 180cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy pakietu nr 6 :

1.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie nr 6 monofilamentu syntetycznego wchłanianego niepowlekanego , okres podtrzymywania tkankowego 21-28 dni , profil podtrzymywania tkankowego 50-60% po 7 dniach , 20-30% po 14 dniach , czas wchłaniania 90-120 dni .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

2.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 1 , 2 , 5 igły 36mm , okrągłej ½ koła oraz nici o długości 70cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

3.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 3 , 4 igły okrągłej wzmocnionej ½ koła oraz nici o długości 70cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

4.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 6 igły 31mm okrągłej ½ koła oraz nici o długości 70cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź ; Zgodnie z SIWZ .

5.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 7 samodociskowy szew do bezwęzłowego , kontrolowanego zamykania ran ze spiralnie biegnącymi kotwicami z igłą na jednym końcu oraz pętlą na drugim , igła 26m , dł. Nici 23 cm , rozmiar 2/0 szew z powleczeniem antybakteryjnym .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 12 :

1.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 12 poz. 4 i 5 igły 40mm ½ koła okrągła rozwarstwiająca wzmocniona , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

2.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 12 poz. 6 i 7 igły 36mm ½ koła okrągła rozwarstwiająca , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza .

3.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie nr 12 poz.8 igły 36mm ½ koła okrągła rozwarstwiająca wzmocniona , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy Pakietu nr 14 :

1.Czy w związku z wycofaniem z oferty pierwotnie specyfikowanego produktu Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 14 poz. 2 igły 48mm ½ koła odwrotnie tnąca , nitka w kolorze czarnym , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

2.Czy w związku z wycofaniem z oferty w Pakiecie nr 14 poz. 3 nitki o rozmiarze 2/0 , pozostałe parametry bez zmian , lub nitki o długości 45cm , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza długość 45cm dla 3/0 , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

Dotyczy Pakietu nr 16 :

1.Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny . jednowłóknowy , wchłaniany wykonany z polidiodksanonu , okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni , okres wchłaniania 182-238 dni , profil podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 80% (3/0 i większe) , 60% (4/0 i mniejsze) po 28 dniach 70% (3/0 i większe) 40% (4/0 i mniejsze) po 42 dniach 60% (3/0 i większe) 35% (4/0 i mniejsze) .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy Pakietu nr 17 :

1.Czy Zamawiający dopuści wchłaniającą gazę hemostatyczną o wartości ph 2,5 – 3,5 , pozostałe parametry bez zmian .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy Pakietu nr 20 :

1.Czy Zamawiający dopuści воск kostny z mieszaniny wosku pszczelego , wosku parafinowego i palmitynianu izopropylu , połączonych w proporcjach 72,45% , 15,05% , 12,50%.

Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy Pakietu nr 24 :

1.Czy Zamawiający dopuści jednorazową automatyczną klipsownicę o długości 23,8cm , klipsy tytanowe w kolorze niebieskim, wzdłużnie i podłużnie , długość zamkniętego klipsa 6,0mm , rozstaw nóżek 4,3mm w klipsownicy 20 klipsów .

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy Pakiet 25:

1. Czy Zamawiający dopuści jednorazową, automatyczną klipsownicę o długości 23,8 cm, klipsy tytanowe w kolorze niebieskim, wzdłużnie i podłużnie rowkowane, długość zamkniętego klipsa 3,8 mm, rozstaw nóżek 2,1 mm, w klipsownicy 20 klipsów?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy pakietu nr 27 :

1. Ze względu na zmiany w asortymencie producenta prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 27 szwu z poliglaktyny powleczonego poliglaktyną i sterynianem wapnia . Czas podtrzymywania tkankowego i czas wchłaniania bez zmian , zgodny z SIWZ .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Kierownik Zamawiającego