

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 30.07.2018r.

Wysokie Mazowieckie dn. 30.07.2018r.

### **Wg rozdzielnika**

Dotyczy: **postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych.**

**Nr sprawy 13/2018**

#### **Pytanie 1 dot. § 6 ust. 3 projektu umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu wg poniższej propozycji:

„W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.”

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy.**

#### **Pytanie 2 dot. Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 tolerancje długości narzędzi chirurgicznych +/-10 mm lub +/- 5 mm ?

Pytanie wynika głównie z tego, że nie wszyscy producenci tych samych wyrobów medycznych posiadają dokładnie te same długości.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dł. +/- 5 mm**

#### **Pytanie 3 dot. Pakietu nr 14**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 tolerancje długości narzędzi chirurgicznych +/-10 mm lub +/- 5 mm ?

Pytanie wynika głównie z tego, że nie wszyscy producenci tych samych wyrobów medycznych posiadają dokładnie te same długości.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dł. +/- 5 mm**

#### **Pytanie 4 dot. Pakietu nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 1 kleszcze do cięcia drutu

- 235 mm utwardzone Ø 2.2 mm
- 180 mm utwardzone Ø 2.0 mm
- typu Herkules 28 cm max 2.0 – 3.5 mm ?

**Odpowiedź:**

- **zgodnie z SIWZ**
- **tak, dopuszcza**
- **tak, dopuszcza**

#### **Pytanie 5 dot. Pakietu nr 2 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 3 młotek ortopedyczny

- 900g/265 mm
- 750g/190 mm
- 300g typu Bergman Ø 30 mm / 240 mm ?

**Odpowiedź:**

- **tak, dopuszcza**
- **tak, dopuszcza**
- **tak, dopuszcza**

#### **Pytanie 6 dot. Pakietu nr 2 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 5 odgryzacz kostny Luer o długości 165 mm ?

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 7 dot. Pakietu nr 2 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 9 dłuto od 13-25 mm / 240 mm ?

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 8 dot. Pakietu nr 2 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 10 dłuto od 16-25 mm / 280 mm ?

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 9 dot. Pakietu nr 2 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 13 dłuto żłobowe o długości 170 mm ?

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 10 dot. Pakietu nr 2 poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 17 hak Volkmann o długości 215 mm ?

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 11 dot. Pakietu nr 2 poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 18 hak Kochera o długości 220 mm ?

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 12 dot. Pakietu nr 14 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 2 nożyczki Standard o długości 165 mm ?

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 13 dot. Pakietu nr 14 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 3 nożyczki o długości 18 cm ?

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 14 dot. Pakietu nr 14 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 15 imadło o długości 240 mm ?

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 15 dot. Pakietu nr 14 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 15 imadło o nazwie własnej MAYO HEGAR ?

**Odpowiedź: nie, zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 16 dot. Pakietu nr 14 poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 16 imadło o długości 200 mm ?

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 17 dot. Pakietu nr 14 poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 18 kosze do narzędzi o wymiarach 255x245x50 mm ?

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 18 dot. Pakietu nr 14 poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 20 kosze do narzędzi o wymiarach 400x255x70 mm ?

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 19 dot. Pakietu nr 14 poz. 21**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 21 mógłby określić czy skrobaczka Recamier ma być sztywna czy giętka ?

**Odpowiedź: sztywna**

**Pytanie 20 dot. Pakietu nr 14 poz. 21**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 21 mógłby określić czy skrobaczka Recamier ma być ostra czy tępą ?

**Odpowiedź: ostra**

**Pytanie 21 dot. Pakietu nr 14 poz. 23**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 23 mógłby określić czy sonda SIMS ma być sztywna czy giętka ?

**Odpowiedź: sztywna**

**Pytanie 22 dot. Pakietu nr 14 poz. 28**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 28 kleszczyki Kochera o długości 140 mm lub 160 mm ?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 23 dot. Pakietu nr 14 poz. 29**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 29 kleszczyki Kochera o długości 140 mm lub 160 mm ?

**Odpowiedź: zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 24 dot. Pakietu nr 14 poz. 31**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 31 tacę z drutu siatkowego o wymiarach:

- 450x70x70 mm ?

- 250x60x50 mm ?

**Odpowiedź:**

- dopuszcza

- dopuszcza

**Pytanie 25 dot. Pakietu nr 14 poz. 36**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 36 Łyżki do usuwania kamieni Luer Koerte w rozmiarach 4.2 mm , 6.7 mm , 8.0 mm , 15 mm ?

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 26 dot. Pakietu nr 14 poz. 40**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 40 rozwieracz o długości 210 mm ?

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 27 dot. Pakietu nr 14 poz. 42**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 42 łyżkę typu Murphy – Lane o długości 300 mm ?

**Odpowiedź: dopuszcza**

**Pytanie 28 dot. Pakietu nr 14 poz.43**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 43 Nożyce Lister o długości 20 cm ?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 29 dot. Pakietu nr 14 poz. 50**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 50 igłotrzymacz MAYO HEGAR o długości 180 mm ?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 30 dot. Pakietu nr 14 poz. 51**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 51 sondę o długości 230 mm ?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 31 dot. Pakietu nr 14 poz. 59**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 59 kleszcze typu Pean o długości 130 mm ?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 32 dot. Pakietu nr 14 poz. 61**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 61 Kleszcze typu Kocher o długości 130 mm ?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 33 dot. Pakietu nr 14 poz. 64**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 64 nożyczki odgięte o długości 11,5 cm ?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 34 dot. Pakietu nr 14 poz. 65**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 65 Nożyczki odgięte o długości 14,5 cm ?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 35 dot. Pakietu nr 14 poz. 67**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 67 pęsetę chirurgiczną o długości 11,5 cm ?

**Odpowiedź: tak**

**Pytanie 36 dot. Pakietu nr 14 poz. 68**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 14 poz. 68 Pęsetę chirurgiczną o długości 14,5 cm ?

**Odpowiedź: tak**

**Kierownik Zamawiającego**