

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 02.08.2018r.

Wysokie Mazowieckie dn. 01.08.2018r.

### **Wg rozdzielnika**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup implantów ortopedycznych, endoprotez i narzędzi medycznych.**

**Nr sprawy 13/2018**

#### **Pytanie 1 dot. pakietu nr 18**

Czy Zamawiający dopuści nieograniczoną macierz kolagenową do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typu I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata- zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka – zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcję bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogeny koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrołamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarze: 25x30 mm . Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi .

**Odpowiedź: Nie**

**Kierownik Zamawiającego**