



Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 27.11.2018r.

Wysokie Mazowieckie dn. 27.11.2018r.

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego  
Nr sprawy 21/2018**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz chorób układu oddechowego – powtórka**

**Pytanie 1. Dot. Zał. nr 1 formularz cenowy poz. 2**

W formularzu asortymentowo - cenowym w poz. 2 zamawiający oczekuje wyceny 2 kpl. urządzenia diatermia krótkofalowa z funkcją terapulsu. Jednak ze szczegółowego opisu oczekiwanego urządzenia, zamieszczonego w dalszej części dokumentu, wynika że oba urządzenia mają różnić się wyposażeniem. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje 2 urządzeń w tej samej konfiguracji (w takim przypadku prosimy o podanie ilości i wielkości termopłod, które mają być dołączone do obu urządzeń), czy mają to być 2 urządzenia, ale z różną ilością termopłod (jeden zestaw z termopłodą 140 mm, drugi zestaw z termopłodami 140 i 80 mm). W drugim przypadku prosimy o zgodę na dokonanie odpowiedniej modyfikacji formularza asortymentowo – cenowego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę by w pozycji cena jednostkowa netto podać oddzielną cenę za każdy komplet. W pozycji wartość netto oraz w pozycji wartość brutto należy podać sumę cen za oba komplety.**

**Kierownik Zamawiającego**