

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 28.02.2019r.

Wysokie Mazowieckie dn. 28.02.2019r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Nr sprawy 23/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup implantów ortopedycznych, narzędzi medycznych i zestawów do wertebroplastyki.

Pytanie 1, pakiet nr 7

Czy w postępowaniu przetargowym zamawiający dopuści Zestaw na 1 poziom: cement kostny z mieszalnikiem, komplet 2 igieł/kaniul do podawania cementu, zestaw strzykawek do podawania cementu.

Cement o podwyższonej lepkości (konsystencji plasteliny), gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej.

Strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła ułatwiające aplikację cementu. W zestawie igły bocznie otwarte, kodowane kolorami o średnicy 8G, 10G, 12G. Dostępne igły o zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte. Igły bocznie otwarte. Do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawek. Kompatybilny z igłami biopsyjnymi.

Bezpieczna technika wprowadzania igieł – prowadzenie po drucie Kirschner'a (prowadnik skalowany).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Kierownik Zamawiającego
Jacek Roleder