



Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 20.03.2019r.

Wysokie Mazowieckie dn. 20.03.2019r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Nr sprawy 13/2019

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia medycznego w zakresie chorób układu kostni – stawowo- mięśniowego oraz układu oddechowego – dostawa szaf lekarskich

Pytanie 1

Zamawiający w załączniku nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy pkt 13 wskazuje: „**Szafy wykonane z materiału o właściwościach bakteriostatycznych**” – zaś powyższe wymagania wskazują jedynie na uchwyty, że mają być wykonane z bakteriostatycznych stopów. Oprócz uchwytów żaden z wymogów nie mówi o bakteriostatyczności, a wręcz przeciwnie jasno precyzuje materiały np. profil anodowany. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie wymogu z pkt 13 załącznika 1, z uwagi na przyznawaną punktację, tak aby oferent wiedział czego wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wskazania w pkt. 13 materiału o właściwościach bakteriostatycznych użytego w oferowanych meblach. Zamawiający nie precyzuje ilości ani rodzaju użytego materiału. Oczekuje jedynie wskazania go w pkt 13 formularza asortymentowo-cenowego

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane korpusy szaf?

Odpowiedź: Wszystkie wymagania w w/w zakresie określone w SIWZ. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Pytanie 3

Zamawiający w załączniku nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy pkt 17. wskazuje wymagany parametr gwarancja min. 12 miesięcy. W umowie zaś Zamawiający w paragrafie 6 pkt. 1 pisze o 60 miesięcznej gwarancji. Prosimy o potwierdzenie iż wymagane jest m.in. 12 miesięcy okresu gwarancyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oczekuje 12 miesięcznej gwarancji.

Pytanie 4

Zamawiający w załączniku nr 1 Formularz asortymentowo-cenowy pkt 7 wskazuje: ”Wszystkie drzwi szklane wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rama drzwi o szer. min. 50 mm zapewniająca jej odpowiednią sztywność.” Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ramy aluminiowej 43 mm spełniającej pozostałe parametry.

Odpowiedź: Nie zgodnie z SIWZ

Kierownik Zamawiającego

Jacek Roleder