

---

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 24.07.2019r.

Znak sprawy: 19/2019

Wysokie Mazowieckie, 24.07.2019r.

**Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Nr post. 9/2019**

**Pytanie Nr 1. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział VII, punkt 1, podpunkt 8) i punkt 9:**

Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – rozdział VII, punkt 1, podpunkt 8) i punkt 9 oraz załącznika nr 4? Dla takiego wyrobu zostanie przedstawione stosowne oświadczenie.

**Odpowiedź: Wymagania zamawiający określił w SIWZ.**

**Pytanie Nr 2. Dotyczy zapisów SIWZ oraz załącznik nr 4 do SIWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu/asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie Nr 3. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej do 10% wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy.**

**Pytanie Nr 4. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 4, podpunkt a):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu skutecznego usunięcia uszkodzenia do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy.**

**Pytanie Nr 5. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 4, podpunkt b):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu skutecznego usunięcia uszkodzenia do 12 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy.**

**Pytanie Nr 6. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu ustępu 5 na następujący: „(...) trzy naprawy gwarancyjne tego samego (...)”?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy.**

**Pytanie Nr 7. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu ustępu 6 na następujący: „(...) trzy naprawy gwarancyjne wyposażenia (...)”?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy.**

**Pytanie Nr 8. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 13:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie 8-letniego dostępu do części zamiennych?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy.**



**Pytanie Nr 9. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 8, ustęp 1, podpunkt 3):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby kara umowna była liczona od wartości asortymentu, którego dotyczy opóźnienie w naprawie?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy.**

**Pytanie Nr 10. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ – formularz cenowy, pakiet 4:**

Czy w przypadku zaoferowania produktów z różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na stosowną modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 23% stawkę podatku VAT?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie Nr 11. Dotyczy pakietu nr 4 (wymagane warunki) punkt 28:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby czas reakcji serwisu był liczony w dniach roboczych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 12. Dotyczy pakietu nr 4 (wymagane warunki) punkt 29, podpunkt a):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu skutecznego usunięcia uszkodzenia do 5 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 13. Dotyczy pakietu nr 4 (wymagane warunki) punkt 29, podpunkt b):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu skutecznego usunięcia uszkodzenia do 12 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 14. Dotyczy pakietu nr 4 (wymagane warunki) pakiet 32:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność części zamiennych przez min. 8 lat od daty sprzedaży?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie Nr 15. Dotyczy pakietu nr 4, optyka laparoskopowa**

punkt 1018 - Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie optyki o następujących parametrach: Optyka, średnica 10 mm, kąt patrzenia 30°, HD, dł. rob. 310 mm; autoklawowalna?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie Nr 16. Dotyczy pakietu nr 4, pompa płucząca**

punkt 1011 - Czy Zamawiający w celu podniesienia funkcjonalności zestawu dopuści zaoferowanie 2 pomp? Jedna z pomp dedykowana do zabiegów histeroskopowych i druga pompa ssąco-płucząca do wykorzystania w zabiegach laparoskopowych?

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie Nr 17. Dotyczy pakietu nr 4**

punkt 1032: Czy w wymienionym zestawie zamawiający dopuści trokar o śr. 5,5 mm dla 5 mm narzędzi laparoskopowych?

**Odpowiedź: Tak**

Kierownik Zamawiającego  
mgr Jacek Bogucki