

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 04.03.2020 r.
Znak sprawy: 1/2020

Wysokie Mazowieckie, 04.03.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego
Nr post. 1/2020**

Pytanie nr 1. Pakiet nr 11, 12, 13, 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do tabeli cenowej kolumny pt. „numer katalogowy” w celu lepszej identyfikacji produktu przy realizacji zamówienia?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2. Pakiet nr 11, 12, 13, 22

Dotyczy pakietów nr 11,12,13,22 Formularze cenowe, wymagania pod tabelą – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia kart charakterystyki substancji niebezpiecznych przy pierwszej dostawie w formie papierowej?

Uzasadnienie: Wykonawca poda w ofercie adres strony internetowej, na której znajdują się aktualne certyfikaty kontroli jakości, deklaracje, ulotki oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, co więcej, towar wysłany jest do Zamawiającego bezpośrednio z magazynu – gdzie pracownicy nie mają wiedzy, która dostawa jest pierwsza.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3. Pakiet nr 12 - podłoża mikrobiologiczne na płytkach i w probówkach, plastikowe paski z gradientem, test do karbapenemaz, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga test posiadał w kontrolę zmętnienia próbki badanej oraz wzorzec wobec którego odczytujemy wynik testu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4. Pakiet nr 13 - podłoża do aparatu Bact Alert 3 D60, poz. 3

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska jest „Podłoża pediatryczne do hodowli z krwi i płynów ustrojowych bakterii tlenowych z inhibitorem antybiotyku” a powinno być „Podłoża pediatryczne do hodowli z krwi dla bakterii tlenowych z inhibitorem antybiotyku” ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje podłoża pediatryczne do hodowli z krwi dla bakterii tlenowych z inhibitorem antybiotyku.

Pytanie nr 5. Pakiet nr 22 - odczynniki do wykonywania badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

Czy Zamawiający pozwoli na modyfikację tabeli formularza cenowego i dodanie wiersza pn. „ usługa serwisowa i przegląd rocznego oferowanego analizatora” ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6. Pakiet nr 22 - odczynniki do wykonywania badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora

Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie jest negatywne to czy Zamawiający pozwoli na modyfikację tabeli i dodanie czterech wierszy zawierających części zużywalne i ich wycenę? Części te wymieniane są podczas rocznego przeglądu rutynowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7. Pakiet nr 22 - odczynniki do wykonywania badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora, poz. 8

Czy Zamawiający umożliwi wpisanie w pozycji 8 formularza asortymentowo-cenowego wynikającej z instrukcji użytkownika analizatora odpowiedniej ilości opakowań testów kontroli jakości pracy

analizatora – QCV? Umożliwiają one co miesięczne sprawdzenia poprawności pracy systemów hydraulicznych i optycznych oferowanego analizatora. Raporty z przeprowadzanej kontroli są jednym z elementów zapewnienia najwyższej jakości wyników uzyskanych na analizatorach miniVidas i dopuszczających analizator do dalszej pracy po uzyskaniu poprawnych wyników testów kontrolnych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §6 ust. 2 lit. c

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy – w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §6 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Całkowita wysokość kar nie może przekroczyć 25% wartości umowy.”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §8 ust. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dostawca obowiązany jest dostarczyć towar do laboratorium szpitalnego do miejsca wskazanego przez osoby upoważnione w terminie dni roboczych od daty złożenia zamówienia w godzinach 8:00–14:00. Za dni robocze w rozumieniu umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.. Po tym terminie Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Dostawcy ma prawo do dokonania zakupu u innego Dostawcy lub Producenta , a różnicą kosztów zakupu oraz dostawy obciążyć Dostawcę”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 11 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §11 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Dostawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia reklamacji, a w przypadku uznania jej zasadności dostarczy odpowiednią partię przedmiotu dostawy na swój koszt i ryzyko w terminie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 12 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §11 ust. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku nie zrealizowania zamówienia w terminie , towar może zostać zakupiony u innego dostawcy po uprzednim zawiadomieniu, zaś różnicą kosztów zakupu obciążony będzie dostawca, z którym została podpisana umowa”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 13 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §12 ust. II.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu: „Strony ustalają pisemny sposób załatwienia reklamacji. Składane one będą mailowo na adres, następnie potwierdzone listem poleconym.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 14 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Dostawcę?

Warto pamiętać, że nadmierne wydłużanie terminów płatności jest kosztowne, a koszty te muszą być przerzucane na klientów przedsiębiorcy, wśród których jest i Zamawiający. Jako że przyjętą praktyką jest regulowanie faktur w terminie 2 tygodni, odstępować od tej zasady winno się tylko z ważnych powodów.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 15 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §6 ust. 2 lit. a), b):

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„za każdy dzień opóźnienia z przyczyn zależnych od Dostawcy”

Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Dostawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 16 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §6 ust. 2 lit. c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej z 20% na 10%?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 17 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych z 30% wartości umowy na 10%?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 18 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §10 ust. 2 tiret trzecie

Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

„za wyjątkiem okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 45 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Dostawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Dostawca na mocy postanowień umowy zobowiązany jest do sukcesywnego świadczenia przedmiotu umowy na rzecz Zamawiającego. Powyższym zapisem Zamawiający dokonał ograniczeń praw Dostawcy przynależnych mu w przypadku nie wykonania zobowiązania Zamawiającego, mianowicie, w przypadku braku zapłaty za dostarczoną część przedmiotu zamówienia. W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 19 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy

Z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, celem właściwego zabezpieczenia dokumentacji przez obie Strony, prosimy o dołączenie do umowy głównej - umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dostęp do danych osobowych przez Dostawcę może nastąpić w sytuacji serwisowania dzierżawionych urządzeń. Inżynier serwisu może mieć wówczas potencjalnie dostęp do danych pacjenta

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 20 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 21 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 22 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §6 ust. 2 lit. a-b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 23 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §6 ust. 2 lit. c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dotyczącego niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 24 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odsetki były naliczane w wysokości określonej w Ustawie o terminach płatności w transakcjach handlowych?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 25 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 26 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §10 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 27 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §10 ust. 2 tiret 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do niniejszego postanowienia umowy następującego zapisu:

„Postanowienie to nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie:

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 28 – dotyczy zapisów Istotnych Postanowień Umowy, §12 pkt II pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego / wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy oraz SIWZ.

Pytanie nr 29. Pakiet nr 1 - odczynniki do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zakres liniowości dla Ca^{2+} od 0,5 – 5,0mmol/L?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30. Pakiet nr 1 - odczynniki do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści 3 kasety z materiałami zużywalnymi zawierające: odczynniki z kalibratorami i kontrolą jakości; elektrody; płyn myjący oraz niezależny pojemnik na ścieki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31. Pakiet nr 1 - odczynniki do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści objętość próbki dla kapilar 100 μl , 195 μl dla strzykawek i 40 μl w trybie mikropróbki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32. Pakiet nr 1 - odczynniki do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści czas pomiaru ok. 190 sek.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33. Pakiet nr 1 - odczynniki do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści system bez zabezpieczenia przed mikroskrzepami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34. Pakiet nr 1 - odczynniki do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora, poz. 25

Czy Zamawiający dopuści kasety bez konieczności monitorowania ilości badań, wymieniane po 1 miesiącu użytkowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35. Pakiet nr 17 - testy immunoenzymatyczne, chromatograficzne lateksowe i kasetkowe, poz. 1 i 2

Czy w pozycji 1 i 2 Zamawiający dopuści opakowanie 150 oznaczeń z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 36. Pakiet nr 17 - testy immunoenzymatyczne, chromatograficzne lateksowe i kasetkowe, poz. 6 i 10

Czy w pozycji 6 i 10 Zamawiający dopuści opakowanie 10 testów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 37. Pakiet nr 17 - testy immunoenzymatyczne, chromatograficzne lateksowe i kasetkowe, poz. 7

Czy w pozycji 7 Zamawiający wymaga zestawu z kontrolą dodatnią i skalowanymi pipetkami do pobierania ciekłego kału?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 38. Pakiet nr 17 - testy immunoenzymatyczne, chromatograficzne lateksowe i kasetkowe, poz. 7

Czy w pozycji 7 Zamawiający wymaga testu w którym próbkę dozuje się tylko do jednej studzienki w celu otrzymania wyniku dla GDH i toksyn A i B?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 39. Pakiet nr 17 - testy immunoenzymatyczne, chromatograficzne lateksowe i kasetkowe, poz. 7

Czy w pozycji 7 Zamawiający wymaga, testu w którym czułość i swoistość jest odniesiona do hodowli bakteryjnej/tkankowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40. Pakiet nr 17 - testy immunoenzymatyczne, chromatograficzne lateksowe i kasetkowe, poz. 7

Czy w pozycji 7 Zamawiający wymaga testu o czułości analitycznej nie gorszej niż: 0,63ng/ml dla toksyny A, 0,16ng/ml dla toksyny B, 0,8ng/ml dla GDH?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 41. Pakiet nr 17 - testy immunoenzymatyczne, chromatograficzne lateksowe i kasetkowe

Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą katalogów/metodyk oferowanych testów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42. Pakiet nr 5 - odczynniki do badania parametrów układu krzepnięcia, poz. 5

Jeśli odczynniki mają wyznaczone ISI przez producenta odczynników, czy Zamawiający wyrazi zgodę na pominięcie w wycenie zestawu referencyjnego do INR (pozycja 5)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 43. Pakiet nr 17 - testy immunoenzymatyczne, chromatograficzne lateksowe i kasetkowe, poz. 6 i 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w pozycji 6 oraz 10 w pakiecie 17 konfekcjonowanych po 10 sztuk w opakowaniu, każdy osobno opakowany w foliową saszetkę?

Odpowiedź: Tak, z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 44. Pakiet nr 17 - testy immunoenzymatyczne, chromatograficzne lateksowe i kasetkowe, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów w pozycji 5 w pakiecie 17 konfekcjonowanych po 25 sztuk w opakowaniu, każdy osobno opakowany w foliową saszetkę?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Kierownik Zamawiającego
Mariola Kucharewicz