

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 27.01.2021 r.

Wysokie Mazowieckie, 27.01.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup i dostawa mebli i wyposażenia na potrzeby Pracowni Endoskopii oraz
Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem**
Znak sprawy: 36/2020

Zapytanie nr 1. Pakiet nr 1: Pracownia Endoskopii, poz. 10 szafa przelotowa

Czy Zamawiający oczekuje by szafa przelotowa była wyposażona w drzwi przeszkłone?

Jest to standard wykończenia drzwi w szafach przeznaczonych do przechowywania endoskopów.

Odpowiedź: Tak.

Kierownik Zamawiającego
Mariola Kucharewicz