

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 13.04.2021 r.

Wysokie Mazowieckie dn. 13.04.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia Publicznego**

**Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Nr sprawy 1/2021**

**Zapytanie nr 1 dot. Pakietu nr 22:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek bez igieł, o końcówce typu Luer?  
Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 2 dot. Pakietu nr 22:**

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z igłami 22G (0,8 mm) o końcówce typu Luer?  
Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 3 dot. Pakietu nr 22:**

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z zaleceniami Clinical Laboratory Standard Institute (dokument C46-A2) strzykawka posiadała funkcję samonapełnienia? Funkcja samonapełnienia pozwala jednocześnie na usunięcie powietrza z próbki poprzez membranę samowentylującą, co gwarantuje wierne odwzorowanie parametrów krytycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

**Zapytanie nr 4 dot. formularza cenowego:**

Zwracamy się z prośbą o dodanie w formularzu kolumny "Cena jednostkowa netto" oraz kolumny "Wartość netto".

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 5 dot. formularza cenowego:**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej do 3 miejsc po przecinku.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 6 dot. rozdziału IX SWZ:**

Prosimy o odstąpienie/wykreślenie zapisu dot. konieczności złożenia na wezwanie informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy PZP. Wyszczególniony przez Zamawiającego zapis, zgodnie z art. 108 ust. 2 dotyczy postępowań o wartości równej lub przekraczającej dla dostaw lub usług 10 000 000 euro.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla złożenie informacji z art. 108 ust. 2.**

**Zapytanie nr 7 dot. § 6 ust. 2 e) wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kary umownej do 10 % wartości niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy.**

**Zapytanie nr 8 dot. § 1 ust. 14 wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości przesłania faktury w formacie pdf na wskazany w umowie adres mailowy.

Wymagany obecnie przez Zamawiającego format faktury „KTO” znacznie ogranicza możliwość złożenia ofert wykonawcom nie posiadającym możliwości wystawienia faktur w wymaganym formacie.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy.**

**Zapytanie nr 9 dot. § 1 ust. 14:**

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści wysyłanie faktur w formacie PDF, na podany adres meilowy?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy.**

**Zapytanie nr 10 dot. Pakietu nr 2 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści koreczek dwufunkcyjny, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi korka, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 11 dot. Pakietu nr 2 poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści koreczek, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się powyżej krawędzi korka, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 12 dot. Pakietu nr 2 poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści koreczek niekapek – bezigłowa zastawka o przestrzeni martwej 0,10 ml, przepływ 400-440 ml/min, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Zgoda na przepływ 400-440 ml/min. Pozostałe warunki b.z.**

**Zapytanie nr 13 dot. Pakietu nr 3 poz. 5:**

Czy z uwagi na fakt, iż wymiociny mogą być materiałem zakaźnym Zamawiający wymaga, aby oferowane worki były w kolorze czerwonym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r., w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z opadami medycznymi?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 14 dot. Pakietu nr 6 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu pakowaną w opakowanie foliowe, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 15 dot. Pakietu nr 14 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści mocowanie rurki tracheostomijnej wykonane z pianki poliuretanowej oraz bawełny od strony skóry pacjenta, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 16 dot. Pakietu nr 31 poz. 1a:**

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga 5 kompletów elektrod, gdyż jedno opakowanie zawiera 2 sztuki elektrod?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ ( 2,5 opakowania = 5 szt.)**

**Zapytanie nr 17 dot. Pakietu nr 31 poz. 1b:**

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga 20 kompletów elektrod, gdyż jedno opakowanie zawiera 2 sztuki elektrod?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ ( 10 opakowań = 20 szt.)**

**Zapytanie nr 18 dot. Pakietu nr 32 poz. 1:**

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga 100 kompletów elektrod, gdyż jedno opakowanie zawiera 2 sztuki elektrod?

**Odpowiedź: 100 szt. = 50 kpl.**

**Zapytanie nr 19 dot. Pakietu nr 32 poz. 1b:**

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga 30 kompletów elektrod, gdyż jedno opakowanie zawiera 2 sztuki elektrod?

**Odpowiedź: n15 kpl. = 30 szt.**

**Zapytanie nr 20 dot. Pakietu nr 53 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści rampę 3-kranikową z pokrętkami o różnych kolorach, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 21 dot. Pakietu nr 53 poz. 4:**

Czy zamawiający dopuści zestaw do precyzyjnej kontroli przepływu z drenem o dł. 150 cm, z komorą kroplową jednoczęściową w całości elastyczną i ze skalą w postaci cylindra (beczuszki) 5-250 ml/h, przy pozostałych parametrach zgodnych w SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 22 dot. Pakietu nr 53 poz. 4:**

Czy zamawiający dopuści zestaw do precyzyjnej kontroli przepływu bez zastawki antyrefluksowej?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 23 dot. Pakietu nr 53 poz. 4:**

Czy zamawiający wydzieli pozycję nr 3 i utworzy z niej osobny pakiet?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 24 dot. Pakietu nr 63 poz. 2:**

Czy zamawiający dopuści maskę silikonową z elastycznym dopasowującym się do kształtu twarzy mankietem wywiniętym na zewnątrz, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 25 dot. Pakietu nr 65 poz. 1:**

Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej pakowany pojedynczo w sztywny blister, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ:

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 26 dot. Pakietu nr 65 poz. 2:**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny zamknięty system do odsysania dostępny w rozmiarach CH 10/12/14/16 o długości 60 cm dla rurki intubacyjnej i w rozmiarach CH 10/12/14/16 o długości 30 cm dla rurki tracheostomijnej, z wbudowanym podwójnie obrotowym łącznikiem o kącie 45°, z zamykanym portem do podawania leków z końcówką Luer oraz z adapterem podpinanym za pomocą złącza Luer Lock?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 27 dot. Pakietu nr 92 poz. 1:**

Czy zamawiający dopuści pas do unieruchamiania chorego z mocnym plastikowym oczkiem, wykonany od wewnętrznej strony z pianki poliuretanowej w rozmiarze 7 cm x 30 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 28 dot. Pakietu nr 97 poz. 6:**

Czy zamawiający dopuści rezerwuar dla dzieci i niemowląt o pojemności 1000, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 29 dot. Pakiet nr 97 poz. 6:**

Czy zamawiający dopuści rezerwuar dla dzieci i niemowląt o pojemności 1600, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 30 dot. Pakietu nr 97 poz. 9:**

Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z PCV, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 31 dot. Pakietu nr 97 poz. 9:**

Czy zamawiający odstąpi od parametru ‘barwny kod rozmiarów’?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 32 dot. Pakietu nr 97 poz. 13:**

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu wykonaną z PCV?, pakowaną w standardową torebkę papierowo – foliową - prostokątną z zgrzewami wokół opakowania, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 33 dot. Pakietu nr 97 poz. 14:**

Czy zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem wykonaną z PCV?, pakowaną w standardową torebkę papierowo – foliową - prostokątną z zgrzewami wokół opakowania, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 34 dot. Pakietu nr 97 poz. 16:**

Czy zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych dostępne tylko w niżej przedstawionych rozmiarach (tabelka), przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

6Fr	2.0mm	2.5 - 3.5	275 mm
10Fr	3.3mm	4.0 - 5.5	340 mm
14Fr	4.7mm	6.0 - 10.0	340 mm

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 35 dot. Pakietu nr 97 poz. 17:**

Czy zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych z możliwością podawania tlenu o dł. 700m w zestawie tylko z łącznikiem 15 mm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 36 dot. Pakietu nr 97 poz. 21:**

Czy zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z PE dostępne w rozmiarach: 00/40mm, 00/50mm, 0/60mm, 2/80mm, 3/90mm, 4/100 mm, 5/110mm i 6/120mm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 37 dot. Pakietu nr 101 poz. 1:**

Czy zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną z PCV, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 38 dot. Pakietu nr 101 poz. 4:**

Czy zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy tylko w rozmiarze 36?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 39 dot. Pakietu nr 101 poz. 6:**

Czy zamawiający dopuści dren T-Kehr wykonany w 100% z silikonu, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 40 dot. Pakietu nr 101 poz. 4:**

Czy zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z silikonowanego PCV o długości 40 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 41 dot. Pakietu nr 104 poz. 2:**

Czy zamawiający dopuści czepek do mycia głowy zapachowy o przyjemnym zapachu, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 42 dot. Pakietu nr 104 poz. 3:**

Czy zamawiający dopuści myjki wykonane z poliestru część przednia 100g/m<sup>2</sup>, część tylna 70g/m<sup>2</sup> o grubości około 0,5 cm i wymiarze 17 x 24,5 cm, przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 43 dot. treści umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. a) wzoru umowy słowa „0,07% wartości brutto zamówienia” zostały zastąpione słowami „0,07% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całej dostawy. W przeciwnym razie, w przypadku zwłoki w realizacji części dostawy, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy.**

**Zapytanie nr 44 dot. treści umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. b) wzoru umowy słowa „0,07% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „0,07% wartości brutto wadliwego towaru”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości wadliwego towaru, nie zaś od wartości całej dostawy. W przeciwnym razie, w przypadku wadliwości tylko części dostawy,

kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru wadliwego, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy.**

**Zapytanie nr 45 dot. treści umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak zmienić ceny również w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?

Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy.**

**Zapytanie nr 46 dot. treści umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy.**

**Zapytanie nr 47 dot. Pakietu nr 94 poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy nie doszło do omyłki w zakresie wagowym czujnika SpO2 do Panda iRes nr fabr. PBWX 71417 wyposażonego w technologie Masimo SET. Zamawiający wymaga czujnika w zakresie wagowym > 1kg firma masimo nie produkuje czujników o takich parametrach czy związku z tym Zamawiający wymaga Czujnika wykonanego w technologii Masimo SET w zakresie Wagowym Neo, < 3 kg lub > 40 kg? Czy Zamawiający również wymaga dostarczenia 1 szt adaptera umożliwiającego stosowanie tych czujników zarówno z urządzeniem Panda iRes nr fabr. PBWX 71417 oraz pulsoksymetrem Masimo Rad 97?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga czujnika wykonanego w technologii Masimo SET w zakresie Wagowym Neo, < 3 kg oraz dostarczenie 1 szt. adaptera umożliwiającego stosowanie tych czujników zarówno z urządzeniem Panda iRes nr fabryczny PBWX 71417 oraz pulsoksymetrem Masimo Rad 97.**

**Zapytanie nr 48 dot. Pakietu nr 128:**

W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, czy Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmako-

pee brytyjską i amerykańską, o chłonności minimum od 130 do 170 L/kg , które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, oraz stopień pylenia nie przekraczał 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna pogarszając jego właściwości pochłaniania oraz wymaga odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. parametry od producenta wapna?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 49 dot. Pakietu nr 42 poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego o długości 200cm?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 50 dot. § 1 ust. 14 wzoru umowy – załącznik nr 5 do SWZ:**

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczania Zamawiającemu faktur w wersji elektronicznej w formacie KT0 lub o dopuszczenie możliwości przesyłania faktur elektronicznych w powszechnie stosowanym formacie .pdf lub formacie zgodnym z Ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych.

Jednocześnie nadmieniamy, iż zgodnie z art. 4. ust 1. ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 51 dot. Pakietu nr 1 poz. 1:**

Czy Zamawiający pod pojęciem długa elastyczna komora będzie wymagał przyrządów z komorą kroplową o długości minimum 6 cm w części przezroczystej?

Prosimy o podanie długości komory ponieważ określenie „długa” jest pojęciem względnym i każdy Wykonawca może interpretować na swój sposób.

Poniżej zdjęcie przedstawiające standardowy przyrząd z komorą minimum 6 cm oraz zdjęcie przyrządu z tzw. komorą długą:



**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 52 dot. Pakietu nr 1 poz. 2-4:**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby przyrządy posiadały komorę kroplową wolną od szkodliwych związków chorobotwórczych jakim jest PVC?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 53 dot. Pakietu nr 1 poz. 2,3:**

Czy na potwierdzenie, że zaoferowane przyrządy do płynów infuzyjnych oraz krwi nie zawierają ftalanów, do oferty należy załączyć kartę charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego, w której są wyszczególnione składniki, w tym również plastyfikatory?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga wyżej wymienionego dokumentu.**

**Zapytanie nr 54 dot. Pakietu nr 1 poz. 4:**

Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia igły biorczej po użyciu w postaci dodatkowej pochewki znajdującej się w zaciskaczu, a nie możliwości zabezpieczenia poprzez wciśnięcie igły biorczej między dren a zaciskacz?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 55 dot. Pakietu nr 3 poz. 6:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieliszków w opakowaniach A.80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zgoda na op. a 80 szt.**

**Zapytanie nr 56 dot. Pakietu nr 3 poz. 3:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaciskaczy pakowany w opakowanie foliowe?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 57 dot. Pakietu nr 4 poz. 4:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca na ramię C aparatu RTG bez rozcięcia i przylepców, spełniającego pozostałe wymagania SWZ. Prośbę swą kierujemy, ponieważ 1 częściowe rozcięcie (1370 mm) i przylepce są cechami, które posiada produkt opisany w poz. 3 Pakietu nr 4.

**Odpowiedź: Zgoda.**

**Zapytanie nr 58 dot. Pakietu nr 6 poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżek do laryngoskopu nie posiadających numeru seryjnego na łyżce, a z oznaczeniem numeru seryjnego na opakowaniu jednostkowym produktu.

**Odpowiedź: Zgoda**

**Zapytanie nr 59 dot. Pakietu nr 53 poz. 10:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wkłucia do żył centralnych z cewnikiem trójświatłowym 16/18/18 G, spełniającego pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Zgoda.**

**Zapytanie nr 60 dot. Pakietu nr 60 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z kontrastującym tłokiem w kolorze mlecznym?

**Odpowiedź: Zgoda.**

**Zapytanie nr 61 dot. Pakietu nr 60 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z igłą w rozmiarze 0,4x13mm?

**Odpowiedź: Zgoda.**

**Zapytanie nr 62 dot. Pakietu nr 60 poz. 1:**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający nie zastosował omyłkowo wymogu karty charakterystyki bezpieczeństwa chemicznego produktu opisując strzykawki 2-częściowe i czy wymóg ten nie powinien dotyczyć Pakietu nr 1 poz. 1-2 ? Pytanie kierujemy, ponieważ Karta charakterystyki bezpieczeństwa chemicznego produktu dotyczy materiałów, które są stosowane przy produkcji drenów, min drenów przedłużaczy, przyrządów do przetaczania płynów, a nie polipropylenu i polietylenu, z których zbudowane są strzykawki 2-częściowe.

**Odpowiedź: Tak – zaistniała pomyłka.**

**Zapytanie nr 63 dot. Pakietu nr 1 poz. 1-2:**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia karty charakterystyki bezpieczeństwa chemicznego produktu potwierdzającej, iż wykonane są z materiału gwarantującego bezpieczeństwo użytkowania przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga wyżej wymienionego dokumentu.**

**Zapytanie nr 64 dot. Pakietu nr 77 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści wżerniki pakowane w opakowania foliowe?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 65 dot. Pakietu nr 99 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu o długości 200 cm, spełniającego pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Zgoda.**

**Zapytanie nr 66 dot. Pakietu nr 103 poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści cewnik foley pakowany podwójnie: worek foliowy wewnętrznie oraz zewnętrznie worek foliowo- papierowy ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 67 dot. Pakietu nr 101 poz. 8:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie drenu T-Kher wykonanego z lateksu w rozmiarach Ch12-Ch-24

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 68 dot. Pakietu nr 101 poz. 8:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie drenów w rozmiarach 9-21 i z 4 otworami bocznymi dla rozmiarów 9-21 oraz z 6 otworami dla rozmiarów 24-36.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 69 dot. Pakietu nr 103 poz. 5:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pojemników bez podziałki i pola do opisu, spełniających pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 70 dot. Pakietu nr 105 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 18Gx38 mm, spełniającej pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź: Zgoda.**

**Zapytanie nr 71 dot. Pakietu nr 105 poz. 4c:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,6 x 30 mm.

**Odpowiedź: Zgoda.**

**Zapytanie nr 72 dot. Pakietu nr 105 poz. 4:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igieł krótko ściętych w rozmiarze 1,1-1,2.

**Odpowiedź: Zgoda.**

**Zapytanie nr 73 dot. Pakietu nr 53 poz. 13a:**

Czy z powodu braku na rynku kaniul w rozmiarze 26G spełniających parametry opisane w SWZ Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 24G spełniające pozostałe parametry SWZ ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 74 dot. Pakietu nr 53 poz. 13a:**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie 26G z portem i skrzydełkami, jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku, sterylizowane tlenkiem etylenu, igła wykonana ze stali nierdzewnej, osłona igły: polipropylen, cewnik wykonany z teflonu FEP, wyposażona w skrzydełka, z portem bocznym, 2 linie RTG, brak lateksu, zastawka antyzwrotna, jałowa, okres trwałości 5 lat, pakowne po 50 szt.?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 75 dot. Pakietu nr 53 poz. 13a:**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie 26G bez portu bocznego, cewnik wykonany z PTFE, igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, ze zdejmowaną osłonką skrzydełek ułatwiającą używanie, zdejmowana końcówka BD Luer-Lock ze skrzydełkami, sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użytku, nie zawierający lateksu oraz PVC?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 76 dot. Pakietu nr 53 poz. 13a:**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny 10 op. a'50 szt. czy 10 szt. kaniul ?

**Odpowiedź: 10 op. a 50 szt.**

**Zapytanie nr 77 dot. Pakietu nr 2 poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga bezpiecznego zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych posiadającego w swojej budowie filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegającego przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz posiadający filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej z zastawką bezzwrotną?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 78 dot. Pakietu nr 3 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 79 dot. Pakietu nr 1 poz. 1:**

Czy Zamawiający będzie wymagał przyrządu wyposażonego w komorę kroplową bez PVC oraz pozbawionego w całości ftalanów potwierdzone kartą charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego oraz oświadczeniem producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 80 dot. Pakietu nr 1 poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w tej pozycji przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych, z igłą biorczą ściętą dwupłaszczyznowo wykonaną z ABS wzmocnionego włóknem szklanym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zapytanie nr 81 dot. Pakietu nr 5 poz. 1:**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania osłony w rozmiarze: 15 x 250 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 82 dot. Pakietu nr 5 poz. 1:**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania osłony w rozmiarze: 13 x 250 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ.

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 83 dot. wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do wzoru umowy następującego paragrafu:

„1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej."

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy.**

#### **Zapytanie nr 84 dot. wzoru umowy:**

W związku z możliwością problemów z realizacją dostaw w części lub w całości spowodowanych pandemią choroby COVID-19, która znacznie ograniczyła działalność wielu producentów wyrobów prosimy o dodanie w § 6 wzoru umowy proponowanego zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemią Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”.

1)Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie w § 8 wzoru umowy zapisu umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Proponujemy wprowadzenie następującego zapisu: „Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.”

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 1 - 2 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach, Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym

kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

**Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy projektowanych postanowień umowy.**

**Zapytanie nr 85 dot. Pakietu nr 1 poz. 1-4:**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 86 dot. Pakietu nr 1 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczeput na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kołec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 87 dot. Pakietu nr 1 poz. 4:**

- Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ**

- Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS o dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, a całkowita długość komory ok. 10 cm ?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 88 dot. Pakietu nr 2 poz. 3-4:**

Czy zamawiający wydzieli poz.3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 89 dot. Pakietu nr 2 poz. 4:**

- Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

- Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 90 dot. Pakietu nr 2 poz. 3:**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 91 dot. Pakietu nr 43 poz. 1:**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 92 dot. Pakietu nr 43 poz. 3-4:**

- Czy zamawiający dopuści opakowanie papier – folia?

**Odpowiedź: Tak.**

- Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Dopuszczam przeliczenie a 100 szt. Ilość sumaryczna bez zmian.**

**Zapytanie nr 93 dot. Pakiet nr 60 poz. 3-5:**

Czy zamawiający wydzieli poz.3-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 94 dot. Pakietu nr 60 poz. 3-4,5:**

Czy zamawiający dopuści jednostronną skalę pomiarową?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 95 dot. załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – par. 6 ust. 1 pkt e) i f) Celem miarkowania kar umowny prosimy o modyfikację poniższych punktów w następujący sposób:**

„§6 Kary umowne

1.

(...)

e) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w § 9 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od Zamawiającego), w wysokości 20 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1,

f) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 20 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.”

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy.**

**Zapytanie nr 96 dot. załącznik nr 1 – formularz cenowy – Pakiet nr 45 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści wkłady generyczne (zamienniki) które są w 100% kompatybilne ze wstrzykiwaczem kontrastu MARK 5 ProVis? Wkład zgodny z opisem Zamawiającego o poj. 150ml ze złączem szybkiego napełniania typu J.

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 97 dot. załącznik nr 1 – formularz cenowy – pakiet nr 45 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści złącze wysokociśnieniowe jednorazowego użytku generyczne (zamienniki), które są w 100% kompatybilne ze wskazanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem kontrastu MARK 5 ProVis?

Zgoda na powyższe dwa pytania pozwoli zaoferować dużo tańszy asortyment w stosunku do asortymentu oryginalnego produkowanego przez producenta wstrzykiwacza.

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 98 dot. załącznik nr 1 – formularz cenowy – Pakiet nr 45 poz. 2:**

Czy Zamawiający w pozycji 2 ww. pakietu będzie wymagał złącza wysokociśnieniowego o wytrzymałości ciśnieniowej do 1200 PSI?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 99 dot. Pakietu nr 68 poz. 1 i 2:**

Zamawiający w pakiecie nr 68, poz. 1 i 2 wymaga filtra „sterylność potwierdzona certyfikatem walidacji procesu sterylizacji dołączonym do oferty”. Prosimy o odstąpienie od niniejszego wymogu. Prawo europejskie, ani Polskie nie wymaga aby do wyrobów dostarczać taki certyfikat. Produkt ma być sterylny. Może to być potwierdzone w ulotce producenta lub oświadczeniu producenta. Certyfikat walidacji procesu sterylizacji jest dokumentem bardzo złożonym, w języku angielskim. Przetłumaczenie bardzo skomplikowanego, wielostronnego dokumentu to dodatkowe środki finansowe, wobec tego prosimy o dopuszczenie oświadczenia producenta, że zaoferowane produkty są sterylne, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zgoda.**

**Zapytanie nr 100 dot. Pakietu nr 68 poz. 2:**

Zamawiający w pakiecie nr 68 poz. 2 wymaga: filtr „zabezpieczony zatyczką”- Prosimy o dopuszczenie filtra „z wkręcanym koreczkiem zabezpieczającym”, jak w poz. 1.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 101 dot. Pakietu nr 2 poz. 4:**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 4 dopuści wycenę koreczka z trzpieniem powyżej krawędzi, gwarantującym pełne i szczelne zamknięcie światła kaniuli?

**Odpowiedź: Nie.**

**Zapytanie nr 102 dot. Pakietu nr 2 poz. 5:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 poz. 5 dopuści wycenę koreczka/zaworu bezigłowego o opisie: „Zastawka do dostępu bezigłowego o ergonomicznym kształcie z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną, nie wystającą poza brzeg zastawki, zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu. Zastawka bez elementów metalowych, zakończona końcówkami luer-lock, posiadająca automatyczny system zapobiegający cofaniu krwi/leku w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej, objętość napełnienia 0,085ml; mała objętość refluksu. Umożliwiająca stosowanie 7 dni/ 600ostępów, odporność ciśnieniowa 350psi/24 bar, bez lateksu i DEHP, pakowana pojedynczo, sterylna. Posiadająca natężenie przepływu 540 ml/min., objętość wypełnienia 0,085 ml. ”? Opakowanie x 250szt.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 103 dot. Pakietu nr 60 poz. 1a-1d:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 60 poz. 1a-1d dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną kontrastującą skalą?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 104 dot. Pakietu nr 60 poz. 1a:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 60 poz. 1a dopuści strzykawkę 2ml z rozszerzeniem skali do 2,5ml?

**Odpowiedź: Tak.**

**Zapytanie nr 105 dot. Pakietu nr 60 poz. 2:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 60 poz. 2 dopuści strzykawkę insulinową z igłą w rozmiarze 0,4x13mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Zapytanie nr 106 dot. Pakietu nr 60 poz. 1a-1d:**

Czy Zamawiający w Pakiecie 60 poz. 1a-1d odstąpi od wymogu informacji o braku zawartości w karcie charakterystyki bezpieczeństwa chemicznego produktu, uznając za wystarczające potwierdzenie braku zawartości ftalanów w karcie katalogowej produktu?

**Odpowiedź: Tak.**

**Kierownik Zamawiającego  
Mariola Kucharewicz**