

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 25.10.2016r.

Wysokie Mazowieckie dn. 21.10.2016r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów opatrunkowych Nr sprawy 11 / 2016 .

Pakiet nr 3 :

Czy w Pakiecie nr 3 Zamawiający tak jak w pakiecie 1 będzie wymagał , aby masa powierzchniowa gazy z której wykonane są wyroby wynosiła min.

17g/m² dla gazy 13 – nitkowej

23g/m² dla gazy 17 – nitkowej

27g/m² dla gazy 20 – nitkowej

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet nr 3 poz. 16 :

Czy Zamawiający dopuści plaster z klejem kauczukowym z zawartością tlenku cynku , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

Odpowiedz : Tak .

Pakiet nr 3 poz. 17 :

Czy Zamawiający wymaga podkładów nadających się do sterylizacji para wodna .

Odpowiedz ; Wymagania Zamawiający określił w SIWZ .

Pytania dotyczące treści umowy :

- 1.Czy w razie możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie .
- 2.Jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony .
- 3.Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% .
- 4.Czy Zamawiający zgodzi się aby w § 6 ust. 2 słowo opóźnienie zastąpione zostało słowem zwłoki .
- 5.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. A) wzoru słowa 0,07% wartości brutto dostawy zostały zastąpione słowami 0,07% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie .
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru nie zaś od wartości całej dostawy . W przeciwnym razie w przypadku zwłoki w realizacji części dostawy , kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru . Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu Cywilnego .
- 6.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. B) wzoru umowy słowa 0,07% wartości brutto dostawy zostały zastąpione słowami 0,07% wartości brutto wadliwego towaru .
Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości wadliwego towaru , nie zaś od wartości całej dostawy . W przeciwnym razie w przypadku wadliwości tylko części dostawy , kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru wadliwego , a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru . Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną

w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu Cywilnego .

7. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. C) wzoru umowy słowa 20% wynagrodzenia umownego zostały zastąpione słowami 20% niezrealizowanej wartości umowy .

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy , nie zaś od wartości całej umowy . W przeciwnym razie kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy , a nawet mogłaby przewyższać tę wartość . Taka kara mogłaby być za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu Cywilnego .

8. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowa 0,01% zostały zastąpione słowami w wysokości ustawowej .

Art. 9 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie dopuszcza jakiegokolwiek ograniczenia obowiązku zapłaty odsetek w tym także zmniejszenia stawki odsetek .

9. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy po słowach a jakiegokolwiek przyczyny dodane zostały słowa nieleżącej po stronie Zamawiającego .

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu odmowy dostarczenia towaru przez wykonawcę jest uzasadnione pod warunkiem , że odmowa dostarczenia towaru nie będzie spowodowana przez samego Zamawiającego .

Odpowiedź ; Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .

Pytanie nr 1 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. 1 , 3 , 5 , 6, 7 , 8, 9 , 10 , 14 , 26 , co umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczbie wykonawców , a zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej .

Odpowiedź : Nie .

Pytanie nr 2 :

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 2 serwetę 17N jałową bez prania wstępnego co umożliwi wzięcia udziału w przetargu większej liczbie Wykonawców , a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej .

Odpowiedź : Nie .

Pytanie nr 3 :

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 w pozycji 17 rękaw opatrunkowy o składzie 71% przędza poliamidowa i 29% włókno elastyczne bez zawartości bawełny , co umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczbie Wykonawców , a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej .

Odpowiedź : Nie .

Pakiet nr 1 , pozycja 11 :

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe wykonane z gazy 20 nitkowej.

Odpowiedź : Tak .

Pakiet nr 1 , pozycja 11 :

Czy zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie zanurzenia 8-10sekund .

Odpowiedź : Nie .

Pakiet nr 1 , pozycja 11 :

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy krzyżak .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet nr 1 , pozycja 12 :

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a 100sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości .

Odpowiedź : Tak .

Pakiet nr 1 , pozycja 15 :

Czy zamawiający dopuści opaskę kohezyjną o składzie 45% wiskoza 55% włókna poliamidowe , spełniająca pozostałe wymagania zawarte w SIWZ .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet nr 1 , pozycja 16 :

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm

Odpowiedź : Nie .

Pakiet nr 1 , pozycja 17 :

Czy Zamawiający dopuści rękaw opatrunkowy o składzie 70-80% przędzy poliamidowej teksturowanej 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

Pakiet nr 1 , pozycja 18 , 20 , 25 :

Zwracamy się o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź : Nie .

Pakiet nr 1 , pozycja 20 :

Czy Zamawiający dopuści gaziki włókninowe nasączone 70% alkoholem izopropylowym w rozmiarze 30x65mm .

Odpowiedź : Tak .

Pakiet nr 1 , pozycja 22 :

Czy Zamawiający dopuści jałowe kompresy impregnowane białą parafiną w rozmiarach 5x5cm , 10x10cm , 15x20cm i 10x40cm .

Odpowiedź : Nie .

Pakiet nr 1 , pozycja 20 :

Czy zamawiający dopuści opatrunek za 100% gazy bawełnianej impregnowanej białą parafiną w rozmiarach 5x5cm , 10x10cm , 15x20cm .

Odpowiedź : Pytanie nie dotyczy ww pozycji .

Pakiet nr 1 , pozycja 25 :

Czy zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne zbudowane z 4 warstw : warstwa kontaktowa z raną polipropylen o gramaturze 20g/m² , warstwa celulozowa otaczająca wkład chłonny , 100% celulozy 15g, wkład chłonny pulpa celulozowa , warstwa zewnętrzna polipropylen 40g pakowane a 50sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości .

Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

.....
Podpis Zamawiającego

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 25.10.2016r.

Wysokie Mazowieckie dn. 25.10.2016r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów opatrunkowych Nr sprawy 11 / 2016 .

Pakiet nr 4 :

Czy Zamawiający wymaga sterylnych opatrunków hydrożelowych do natychmiastowego zastosowania nakładanych bezpośrednio na ranę , które po nałożeniu na oparzone miejsce chłodzą je , łagodzą ból i chronią przed zanieczyszczeniem ran . Po zastosowaniu na poparzone miejsce opatrunki można wielokrotnie zdejmować tak by kontrolować stan rany – opatrunek nie przykleja się do poparzonej powierzchni . Ponadto opatrunki nie zamazują obrazu rany . Opatrunki przeznaczone są do wszystkich oparzeń termicznych bez względu na ich stopień . Może być używany na każdej głębokości rany oparzeniowej , częściowej , częściowo głębokiej i na całej grubości . Zgodne są z pH ludzkiej skóry . Opatrunki mają formę materiału bazowego z naniesionym półpłynnym żelem . el oparty jest na bazie wodnej , przez co z łatwością rozpuszcza się w wodzie i ulega całkowitej biodegradacji . Jest on całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne . Opatrunki są łatwe w transporcie , przechowywaniu i użyciu . Można je składować w temperaturze $-5/+35^{\circ}\text{C}$.

Odpowiedz ; Wymagania Zamawiający określił w SIWZ .

.....
Podpis Zamawiającego