

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 15.12.2016r.

Wysokie Mazowieckie dn. 15.12.2016r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup leków
Nr sprawy 13 / 2016 .

1.Pytanie do pakietu 18 pozycja 1 :

Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycji 1 dopuszcza dietę wspomagającą leczenie ran , bogatoresztkową , normokaloryczną (1.04 kcal/ml) opartą na białku kazeinowym , zawierającą argininę , karotenoidy , witaminy C i E , cynk . całkowita zawartość białka 5,5g/100ml osmolarności nie niższa niż 315 mOsm/l , % energii z białka 22% , węglowodanów – 47% , tłuszczów – 28% , opakowanie typu pack 1000ml .

Odpowiedź : Tak .

2.Pytanie do pakietu 18 pozycja 2 :

Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycji 2 dopuszcza dietę kompletną pod względem odżywczy , normalizującą glikemię , normokaloryczną (1.03 kcal/ml) zawierającą 6 rodzajów błonnika , białka nie więcej niż 4,3g/ml i osmolarności nie większej niż 300mOsm/l , % energii z białka -17% , węglowodanów – 43% , tłuszczów -37% , opakowanie typu pack 1000ml .

Odpowiedź : Tak .

3.Pytanie do pakietu 18 pozycja 3 :

Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycji 3 dopuszcza dietę bogatoresztkową z zawartością 6 rodzajów błonnika rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych regulujących motorykę jelit , normokaloryczną(1kcal/ml) zawierającą mieszankę białek w proporcji 35% serwatkowych , 25% kazeiny , 20% białek soi , 20% białek grochu , zawartość białka nie mniej niż 4g/100 , zawartość wielonienasyconych tłuszczów omega-6/omega 3 w proporcji 2,87/100ml , zawartość DHA + EPA nie mniej niż 33,5mg/100 ml . Dieta zawierająca 6 naturalnych karotenoidów , % energii z białka -16% , węglowodanów -47% , tłuszczów - 34% , opakowanie miękkie typu pack 1l .

Odpowiedź ; Tak .

4.Pytanie do pakietu 18 pozycja 7 :

Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycja 7 dopuszcza dietę hiperkaloryczną 1,25 kcal/ml , bogatobiałkową 6,3g/100ml zawiera mieszankę białek w proporcji 35% serwatkowych , 25% kazeiny , 20% białek soi , 20% białek grochu , zawiera argininę 323mg/100ml , EPA i DHA 50,8mg/100ml i 6 rodzajów karotenoidów , osmolarność 275mOsm/l , % energii z białka -20% , węglowodanów -45% , tłuszczów - 35% , opakowanie typu pack 1l .

Odpowiedź : Tak .

5.Pytanie do pakietu 18 pozycja 8 :

Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycji 8 dopuszcza dietę do podawania przez zgłębnik , kompletną pod względem odżywczym o smaku waniliowym , normalizującą glikemię o niskim indeksie glikemicznym , hiperkaloryczną 1,5kcal/ml , bogatobiałkową (powyżej 20% energii z białka opartą na mieszaninie białek sojowego i kazeiny w proporcjach 80:20 (zawartość białka 7,7g/100ml), zawierającą 6 rodzajów błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w proporcjach 80:20 (zawartość błonnika 1,5g/100ml , obniżony współczynnik oddechowy (powyżej 46% energii z tłuszczu. Dieta wolna od laktozy i fruktozy osmolarność 395mOmol opakowanie miękkie typu pack 1l .

Odpowiedź : Tak .

6.Pytanie do pakietu 18 pozycja 9 :

Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycja 9 dopuszcza przyrząd do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej , kompatybilny z opakowaniami miękkimi typu pack – 1l i 0,5l wykonany z PVC nie zawierający w składzie DEHP (di-ethylhexyl phtalate) posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu pack z opatentowaną końcówką przyrządu typu Flocare z ukrytym ostrzem . Zestaw

zawiera adapter przejściowy , fabrycznie wmontowane w złącze i w port medyczny ENFit™ umożliwiające połączenia z dotychczasowym systemem zglębników i strzykawkę ENLock oraz z systemem ENFit™. Sterylny pakowany pojedynczo w folię .

Odpowiedź : Tak .

7.Pytanie do pakietu 18 pozycja 11 :

Czy w związku ze zmianą sposobu pakowania produktu Nutridrink 200ml (Diety kompletnej pod względem odżywczym hiperkalorycznej 1,5kcal/ml opartej na białku kazeinowym , zawartość białka nie mniejsza niż 6g/100ml w tym 1,5g/100 ml glutaminy , % energii z białka -16\$, węglowodanów -49,1% , tłuszczów – 34,9% , osmolarność nie wyższa niż 325mOsmol . Dieta bezresztkowa , opakowanie typu butelka 200ml i skondensowaniem składników w nim zawartych . Zamawiający w pakiecie 18 pozycja 11 dopuszcza dietę Nutridrink 4x125ml o tym samym działaniu co Nutridrink 200ml .

Odpowiedź ; Tak .

8.Pytanie do pakietu 18 pozycja 18 :

Czy zamawiający w pakiecie 18 pozycja 18 dopuszcza pompy do żywienia dojelitowego o zakresie ustawień objętości 10400ml o zakresie prędkości 1-400ml/h . Z czytelnym wyświetlaczem i zastosowaniem symboli , zawierająca instrukcje obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej .

Odpowiedź : Tak .

Kierownik Zamawiającego