

Wysokie Mazowieckie dn. 29.03.2017r.

**Wg rozdzielnika**

Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiału szewnego  
**Nr sprawy 3 / 2017 .**

**Zapytanie nr 1 do pakietu nr 26 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu o następujących właściwościach :

Taśma podcewkowa – system do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet . Parametry :

- 1.System jednorazowy
- 2.Monofilamentowa 100% polipropylenowa , niewchłaniałna taśma : szerokość – 1,3cm , grubość – 0,40mm , gramatura – 62g/m<sup>2</sup> .
- 3.Laserowo zgrzewane brzegi taśmy
- 4.System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25mm i 4mm z tzw. Pamięcią powrotną .
- 5.Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.
- 6.Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte out-in oraz in-out.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**Zapytanie nr 2 do treści SIWZ :**

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wprowadzenie modyfikacji w treści SIWZ – punkt VII , podpunkt 5 i akceptację zaproponowanych zapisów (treść dodania/zmieniona zapisana grubą czcionką)

**VII.** Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia .

- 5)oświadczenie z informacją , do której z klas w myśl ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.(Dz.Uz 2013 , Nr 107 , poz. 679) należą oferowane wyroby oraz informacje , że wyroby te posiadają stosowne dokumenty dopuszczające je do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (w tym , że posiadają stosowny certyfikat potwierdzający spełnienie wymogów Dyrektywy 93/42/EEC , która mówi o wdrożeniu i stosowaniu u producenta oferowanych wyrobów medycznych systemu zarządzania jakością dla urządzeń medycznych w zakresie projektowanie i opracowanie , wytwarzanie i opracowanie , wytwarzanie i dystrybucja implantów urologicznych i ginekologicznych) – dotyczy części nr 26 postępowania , oraz , że dokumenty te zostaną udostępnione Zamawiającemu na każde jego żądanie – załącznik nr 4 oraz na potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zostaną udostępnione Zamawiającemu jako załączniki / kolejne strony oferty przetargowej.

**Wyjaśnienie :**

Wprowadzenie proponowanego zapisu ma na celu zabezpieczenie Zamawiającego na wypadek zaproponowania przez Oferenta wyrobów medycznych nie posiadających stosownych certyfikatów i nie dopuszczających ich do używania w zabiegach urologicznych i ginekologicznych .

**Uzasadnienie :**

Zamawiający powinien by pewien , że oferowane przez Oferenta wyroby są projektowane , opracowane , wytwarzane i dystrybuowane jako produkty dla potrzeb zabiegów urologicznych i ginekologicznych w celach związanych z leczeniem nietrzymania moczu , nie np. w celach związanych z leczeniem przepuklin .

**Wyjaśnienie :**

Zgodnie z powyższą modyfikacją zwracamy się również do państwa z prośbą o wprowadzenie zapisu , aby dokumenty o których mowa w modyfikacji dotyczącej części nr 26postępowania w punkcie VII , podpunkt 5 zostały udostępnione Zamawiającemu na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia jako załączniki / kolejne strony oferty przetargowej .

**Uzasadnienie :**

Możliwość sprawdzenia przez Zamawiającego posiadania przez Oferenta stosownych certyfikatów już na etapie złożonych ofert pozwoli Zamawiającemu na uniknięcie prawdopodobieństwa dostarczenia Zamawiającemu produktów niepełnowartościowych pod względem jakości wytworzonych jako produkty z przeznaczeniem innym jak implanty urologiczne i ginekologiczne .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

Prosimy o uwzględnienie poniższych sugestii :

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek przez dostawców , którzy w chwili obecnej dostarczają do Państwa szpitala dany rodzaj produktów , na który składają ofertę przetargową . Argumentem niech będzie fakt , że Państwo używacie w chwili obecnej dane produkty i macie pełną informację .

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe :

Mając na uwadze , że w niektórych przypadkach ilość wymaganych próbek stanowi istotną wartość danej pozycji (często jest to jedno opakowanie) , prosimy o odstąpienie od wymogu próbek w :

Pakiet nr 1 , pozycje 1-7 , 18 , 25 , 26 .

Pakiet nr 23 wszystkie pozycje .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

1.Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 17 i 18 wymaga igły pogrubionej wzmocnionej .

**Odpowiedź : Poz. Nr 17 igła wzmocniona pogrubiona , pozycja nr 18 wymóg H gruba igła .**

2.Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 25 i 26 do odrębnego pakietu . Pozwoli to naszej firmie złożyć ofertę na pozostały asortyment pakietu .

**Odpowiedź : Nie .**

3.Czy Zamawiający w Pakiecie 2 pozycja 4 dopuści niebarwioną , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

4.Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuści szwy , które mają podtrzymywanie tkankowe 28-35 dni (4-5 tygodni) , pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza**

5.Czy Zamawiający w Pakiecie 8 pozycja 2 dopuści igłę stożkową pogrubioną wzmocnioną 40mm ( zamiast 37 ) , pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

6.Czy Zamawiający w Pakiecie 21 pozycja 1 wymaga siatki w rozmiarze 20x15cm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

**Odpowiedź : Nie .**

**Pakiet nr 17 : , poz. 1 :**

Czy Zamawiający dopuści 100% regenerowaną utlenioną celulozę w rozmiarze 5x7,5cm o Ph 2,5-3,5 .

**Odpowiedź : Dopuszcza , pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 18 , poz. 1 :**

Czy Zamawiający dopuści gąbki o czasie wchłaniania 3-5 tygodni .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Czy w pakiecie nr 26 :**

Zamawiający dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następującej charakterystyce :

- taśma uniwersalna do leczenia nietrzymania moczu zarówno z dostępu przezczasłonowego jak i nadłonowego
- taśma jednorazowa , całkowicie niewchłanialna sterylna , w osłonce polietylenowej , wykonana z polipropylenu monofilamentowego
- długość taśmy 450mm ze znacznikiem środka , szerokość 1,10cm , grubość 0,55mm , gramatura 80g/m<sup>2</sup>
- końcówki taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy
- w pakiecie komplet dwóch prowadnic wielorazowego użytku do przezczasłowej implantacji taśmy

**Opis prowadnic:**

Prowadnice wielorazowego użytku do przezczasłowej implantacji taśmy :

Komplet dwóch prowadnic : prawa i lewa

Materiał : stal i aluminium

Długość całkowita : 249mm

Długość uchwytu : 127mm

Autoklawowane do sterylizacji parowej

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

**Dotyczy pakietu nr 27 :**

1.Ze względu na zmiany w asortymencie producenta prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 27 szwu z poliglaktyny powleczonego poliglaktyną i stearynianem wapnia . Czas podtrzymywania tkankowego i czas wchłaniania bez zmian , zgodny z SIWZ .

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

2.Czy Zamawiający dopuszcza z poz. 2 igłę o zakończeniu krótkim tnącym w miejsce igły o zakończeniu trokarowym . Długość igły zgodna z SIWZ .

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

**Dot. Pakietu nr 22 :**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 22 siatki wykonane z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolatonu (PGACL) czas absorpcji o 90 – 120 dniach , gramatura po wchłonięciu 28g/m<sup>2</sup> , wielkość porów 2-4mm , grubość siatki 0,55 mm .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 17 :**

1. W związku z tym , że Zamawiający oczekuje potwierdzenia bakteriobójczości w badaniach klinicznych oraz instrukcji użytkowania zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzenia działania bakteriobójczego przeciwko szczepom bakterii MRSA , MRSE , VRE , PRSP badaniami klinicznymi i dopuszczenie badań laboratoryjnych . Wprowadzenie takiego wymogu preferuje produkt konkretnego producenta co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7 , 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( z póź. zm. ) . Jakość asortymentu z badaniami laboratoryjnymi oraz instrukcją użytkowania jest na takim samym poziomie jaki oczekuje Zamawiający .

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

2. Czy Zamawiający wymaga aby celuloza regenerowana posiadała w instrukcji użytkowania wyraźne wskazanie do stosowania w neurochirurgii .

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

3. Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operacyjnego a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga aby celuloza regenerowana posiadała właściwości bakteriobójcze na szczepy E.Coli udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach .

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

4. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga aby celuloza regenerowana posiadała informacje o czasie wchłaniania udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu .

Uzasadnienie : Potwierdzenie różnego rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu , że treść instrukcji jest absorbowana jednostką certyfikującą , która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE . Ponadto każdy podmiot dokonujący zgłoszenia lub powiadomienia o wprowadzeniu do obrotu wyrobu medycznego jest zobowiązany przesłać do Urzędu Rejestracji Produktów Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych dalej URPLWM i PB ) komplet dokumentów dopuszczających oraz instrukcję stosowania opisującą właściwości produktu i zawierającą wskazania i przeciwwskazania w jego stosowaniu . Należy również podkreślić fakt , że w sytuacji gdy producent dokona aktualizacji instrukcji ( np. przez zmianę jej treści ) podmiot wprowadzający wyrób do obrotu jest zobowiązany przesłać zmienioną treść instrukcji do URPLW MiPB . Z tego względu instrukcja stosowania jest wiarygodnym dokumentem i jednym z najistotniejszych dokumentów z punktu widzenia URPLW MiPB .

Informujemy również , że spotkaliśmy się z modyfikacją katalogów asortymentowych poprzez dopisywanie zastosowań środków hemostatycznych pod konkretne wymagania przetargowe . zastosowania te nie były potwierdzone w instrukcji użytkowania . Dlatego też załączone instrukcji użytkowania pozwoli Zamawiającemu zweryfikować wszystkie oczekiwane parametry .

**Odpowiedź : Tak .**

5. Czy Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów oczekuje dołączenia instrukcji użytkowania produktu do oferty . Gwarantuje to możliwość zweryfikowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego oraz otrzymanie produktów o oczekiwanej jakości .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gazy hemostatycznej jałowej z utlenionej resorbowalnej celulozy o potwierdzonej bakteriobójczości na wskazane szczepy w instrukcji użytkowania oraz badaniach laboratoryjnych

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**Pakiet nr 18 :**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie gąbki o czasie wchłaniania 3-4 tygodnie pozostałe parametry bez zmian .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Zadanie nr 17 , poz. 1 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wchłanialnej gazy hemostatycznej jałowej 100% utlenionej celulozowej , tkanej ( naturalnego pochodzenia roślinnego ) o udowodnionych właściwościach bakteriobójczych hamujących rozwój MRSA oraz MRSE , VRE , PERSP wykazująca się Ph o wartościach 2,7-3,5 . Rozmiar 5x7,5cm . Czas wchłaniania max. 14 dni , czas hemostazy 1-2min . Wymagane badania in vitro potwierdzające właściwości hamujące rozwój MRSA i MRSE .

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

Czy Zamawiający w Pakiecie 23 pozycja 1 wymaga siatki w rozmiarze 20x15cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

**Odpowiedź ; Tak .**

**1.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 22 :**

Siatkę do chirurgicznego leczenia przepuklin częściowo wchłanialną składającą się w 25% z niewchłanialnego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75% z wchłanialnego włókna monofilament z z polilaktydu (PLLA) , czas absorpcji w ciągu dwóch lat , gramatura przed wchłonięciem 80g/m<sup>2</sup> , gramatura po wchłonięciu 20g/m<sup>2</sup> , grubość siatki 0,6mm , porowatość średnia 1059um, porowatość max. 2030um , opakowanie 5szt. w rozmiarach zgodnych z SIWZ .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**2.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 26 :**

\*30 szt. taśm operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet monofilamentowych , polipropylenowych z plastikową osłonką na ramionach jednorodnych , niewchłanialnych o długości 45cm , szerokości 1,1cm , porowatości max. 1870um , grubości taśmy 0,33 mm , gramaturze 48g/m<sup>2</sup> , wytrzymałości na rozciąganie 70N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami , wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna , obecność włókien skośnych , podwójna nić wzmacniająca ) . , oraz

\*1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji przez otwory zasłonowe .

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

**3.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 23 , poz. 1 :**

Siatkę miękką niewchłanialną 2-warstwową , dootrzewnową , z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetylen (ePTFE) z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP) , grubość 0,55mm , porowatość 8,5% gramatura średnia 108g/m<sup>2</sup> , dwukierunkowa elastyczność z oznaczeniem strony implantacji w rozmiarze 11x14cm . Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej osobnego pakietu .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**4.Dotyczy pakietu nr 22 , 23 , 26 :**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych .

Uzasadnienie :

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu , podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty .

**Odpowiedź : Tak .**

**Pakiet nr 21 :**

Czy Zamawiający dopuści siatki o podanych parametrach i grubości 0,75mm . Reszta parametrów zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

**Pytania dotyczące treści umowy :**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie .

Jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony .

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walu EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% .

Czy zamawiający zgodzi się aby w § 6 ust.2 słowo 'opóźnienie' zastąpione zostało słowem „zwłoki”

Czy zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit.a) wzoru umowy słowa 0,07% wartości brutto dostawy zostały zastąpione słowami 0,07% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie .

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru , nie zaś od wartości całej dostawy . W przeciwnym razie w przypadku zwłoki w realizacji części dostawy , kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru , a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru . Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu Cywilnego .

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. B) wzoru umowy słowa 0,07% wartości brutto dostawy zostały zastąpione słowami 0,07% wartości brutto wadliwego towaru .

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości wadliwego towaru , nie zaś od wartości całej dostawy . W przeciwnym razie w przypadku wadliwości tylko części dostawy kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru wadliwego , a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru . Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu Cywilnego .

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. C) wzoru umowy słowa 20% wynagrodzenia umownego zostały zastąpione słowami 20% niezrealizowanej wartości umowy .

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy , nie zaś od wartości całej umowy . W przeciwnym razie kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy , a nawet mogłaby przewyższać tę wartość . Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484§2 Kodeksu Cywilnego .

Czy zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowa w wysokości 0,01% zostały zastąpione słowami w wysokości ustawowej .

Art. 9 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie dopuszcza jakiegokolwiek ograniczenia obowiązku zapłaty odsetek w tym zmniejszenia stawki odsetek .

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy po słowach z jakiegokolwiek przyczyny dodane zostały słowa nieleżącej po stronie Zamawiającego .

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu odmowy dostarczenia towaru nie będzie spowodowana przez samego Zamawiającego .

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać zmiany ceny brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT przy zachowaniu dotychczasowych cen netto .

**Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy dotychczasowe zapisy SIWZ i Istotne Postanowienia Umowy .**

**Dotyczy Pakiet nr 1:**

1.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, okres wchłaniania 56-70 dni, zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%?

**Odpowiedź : Tak .**

2.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 1 podwójnej igły szpatułkowej z mikroostrzem 6,5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

3.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 2: igły okrągłej, ½ koła, 13 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

4.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 3: igły okrągłej oraz nici o długości 70cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

5.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 4: nici o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

6.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 5: igły okrągłej rozwarstwiającej oraz nici o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

7.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 6, 7: igły okrągłej rozwarstwiającej ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

8.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 8, 9: igły 31 mm, okrągłej rozwarstwiającej, ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

9.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 10 igły 36 mm, okrągłej rozwarstwiającej, ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

10.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 11 igły okrągłej ½ koła oraz nici o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

11.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 12 igły okrągłej wzmocnionej ½ koła oraz nici o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

12.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 14 podwiązek o długości 5 x 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

13.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 15 igły 36mm, okrągłej rozwarstwiającej ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

14.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 16 igły okrągłej ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

15.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 17: igły 36 mm okrągłej, wzmocnionej ½ koła oraz nici o długości 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

16.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 18: igły 30 mm, oraz nici o rozmiarze 0 , pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

17.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 19 igły okrągłej, wzmocnionej ½ koła , pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

18.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 20 igły 31mm, haczykowej J, okrągło-tnącej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

19.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 21 igły 36 mm, ½ koła, okrągłej, rozwarstwiającej, wzmocnionej, długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

20.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 22 igły ½ koła, okrągłej, rozwarstwiającej, wzmocnionej, długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

21.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 23 igły ½ koła, okrągłej, wzmocnionej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

22.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 1, poz. 24 pętli z aplikatorem o długości 53 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

23.Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić pozycje 25 i 26 do odrębnego pakietu?

**Odpowiedź : Nie .**

**Dotyczy Pakiet nr 3:**

1.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie jedwabiu naturalnego, plecionego, impregnowanego woskiem?

**Odpowiedź : Tak .**

2.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 3, poz. 1 pojedynczej nici o długości 180 cm, przy zaoferowaniu podwójnej ilości saszetek tj. 72 szt., pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź :Tak .**

3.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 3, poz. 2 i 5 nici o długości 13 sztuk x 60 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

4.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 3, poz. 3 i 4 nici o długości 17 sztuk x 45 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

5.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 3, poz. 6 nici o długości 10 sztuk x 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

6.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 3, poz. 7 nici o długości 180 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

7.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 3, poz. 8 igły okrągłej 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

8.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 3, poz. 10 igły okrągłej 31 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

9. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 3, poz. 11: igły okrągłej 36 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

10. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 3, poz. 12: igły pojedynczej 90 mm, 3/8 koła, konwencjonalnie tnącej oraz nici o długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

11. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 3, poz. 13 pojedynczej nici o długości 180 cm, przy zaoferowaniu podwójnej ilości saszetek, tj. 72 szt., pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

12. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 3, poz. 14: nici o długości 180 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

**Dotyczy Pakiet 6:**

1. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w pakiecie materiału szewnego powlekanego o całkowitym okresie wchłaniania **90 - 120 dni**, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

2. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 6, poz. 1, 2, 5 igły 36 mm, okrągłej 1/2 koła oraz nici o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

3. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 6, poz. 3 i 4 igły okrągłej, wzmocnionej, 1/2 koła oraz nici o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

4. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 6, poz. 6: igły 31 mm okrągłej, 1/2 koła oraz nici o długości 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Dotyczy Pakiet 10:**

1. Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniający z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, okres wchłaniania 56-70 dni, zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach - minimum 75%, po 21 dniach - minimum 50%, po 28 dniach - minimum 25%?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

2. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz. 1 i 2: igły 31 mm, okrągłej, rozwarstwiającej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

3. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz. 5 igły okrągłej rozwarstwiającej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

4. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz. 6 igły okrągłej wzmocnionej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

5. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz. 7 igły okrągłej oraz nitki o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

6. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz. 8: igły 36 mm, okrągłej rozwarstwiającej oraz nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

7. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz. 9: igły 65 mm i nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

8. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz. 10: igły 36 mm, okrągłej, rozwarstwiającej oraz nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

9. Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz. 11 igły okrągłej, rozwarstwiającej, wzmocnionej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

10.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz. 12 igły okrągłej, wzmocnionej oraz nitki o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

11.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz.13 igły 70 mm oraz nitki o rozmiarze 0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

12.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz. 14: igły 48 mm okrągłej, wzmocnionej , pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

13.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz. 15 igły okrągłej, ½ koła, wzmocnionej oraz nitki o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

14.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz. 16 igły okrągłej, rozwarstwiającej, wzmocnionej oraz nitki o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

15.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz. 17: igły 36 mm, okrągłej, rozwarstwiającej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Nie .**

16.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz. 18: igły 40 mm i nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Nie .**

17.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz. 20: igły 36 mm, okrągłej, rozwarstwiającej, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Nie .**

18.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 10, poz. 21 nici o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

**Dotyczy Pakiet 12:**

1.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 12, poz. 4 i 5 igły 40 mm ½ koła okrągła rozwarstwiająca wzmocniona, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

2.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 12, poz. 6 i 7 igły 36mm ½ koła okrągła rozwarstwiająca, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

3.Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 12, poz. 8 igły 36mm ½ koła okrągła rozwarstwiająca wzmocniona, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

**Dotyczy Pakiet 14:**

1.Czy w związku z wycofaniem z oferty pierwotnie specyfikowanego produktu Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 14, poz. 2 igły 48mm, ½ koła, odwrotnie tnąca, nitka w kolorze czarnym, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

2.Czy w związku z wycofaniem z oferty pierwotnie specyfikowanego produktu Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w Pakiecie nr 14, poz. 3 nitki o rozmiarze 2/0, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Dotyczy Pakiet 16:**

1.Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, jednowłóknowy, wchłaniający, wykonany z polidiodksanonu, okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni, okres wchłaniania 182 - 238 dni, profil podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach: 80% (3/0 i większe), 60% (4/0 i mniejsze); po 28 dniach 70% (3/0 i większe) i 40% (4/0 i mniejsze); po 42 dniach 60% (3/0 i większe) i 35% (4/0 i mniejsze)?

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

**Dotyczy Pakiet 17:**

1.Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną o niskim pH 2,5 – 3,5 w kontakcie z krwią hamującym



rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE oraz dodatkowo E. Coli, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

2.Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana gaza hemostatyczna miała udokumentowane działanie antybakteryjne potwierdzone badaniami klinicznymi i przedklinicznymi in vivo i in vitro?

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

3.Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty badań klinicznych potwierdzających dla oferowanej gazy hemostatycznej właściwości hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, VRE, PRSP?

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

**Dotyczy Pakiet 18:**

1.Czy Zamawiający dopuści hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie plastycznej gąbki, zachowujący w kontakcie z krwią swoje właściwości, wymiary i kształt, szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź : Tak .**

**Dotyczy Pakiet 24:**

1.Czy Zamawiający dopuści jednorazową, automatyczną klipsownicę o długości 23,8 cm, klipsy tytanowe w kolorze niebieskim, wzdłużnie i podłużnie rowkowane, długość zamkniętego klipsa 6,0 mm, rozstaw nóżek 4,3 mm, w klipsownicy 20 klipsów?

**Odpowiedź : Tak .**

**Dotyczy Pakiet 25:**

1.Czy Zamawiający dopuści jednorazową, automatyczną klipsownicę o długości 23,8 cm, klipsy tytanowe w kolorze niebieskim, wzdłużnie i podłużnie rowkowane, długość zamkniętego klipsa 3,8 mm, rozstaw nóżek 2,1 mm, w klipsownicy 20 klipsów?

**Odpowiedź : Tak .**

**Pakiet nr 1 , poz. 1 :**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 6mm o średnicy 230 um pozostałe parametry bez zmian .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

Pakiet nr 1 , poz. 24 – 26 :

Czy Zamawiający wydzielił pozycje 24 – 26 do osobnego pakietu .

**Odpowiedź : Nie .**

**Pakiet nr 1 :**

Czy Zamawiający dopuści plecionkę syntetyczną , powlekaną , wchłanianą , mieszanina kwasu poliglikolowego i polimlekowego o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75% po 3 tygodniach 50% pierwotnej siły i czasie wchłaniania do 70 dni .

**Odpowiedź : Tak .**

**Pakiet nr 2 :**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny , wchłaniany , pleciony z kwasu glikolowego , powlekany polikaprolaktonem i sterynianem wapnia o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65% po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania 42dni .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 3 , poz. 2 :**

Czy Zamawiający dopuści podwiązkę 12x75cm , pozostałe parametry bez zmian .

**Odpowiedź : Tak .**

**Pakiet nr 3 , poz. 8-10 :**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igły okrągłej cienkiej.

**Odpowiedź : ½ koła stożkowa .**

**Pakiet nr 3 , poz. 14 :**

Czy Zamawiający dopuści podwiązkę 3x75cm pozostałe parametry bez zmian .

**Odpowiedź : Tak .**

**Pakiet nr 4 :**

Czy Zamawiający dopuści szew niewchłaniany , syntetyczny , monofilamentowy , niepowlekany poliamidowy .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 5 :**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły tnącej dopuści również igłę odwrotnie tnącą pozostałe parametry bez zmian .

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

**Pakiet nr 6 , poz. 6 :**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 26mm , pozostałe parametry bez zmian .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 9 :**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny , wchłaniający , pleciony z kwasu glikolowego , powlekany polikaprolaktonem i sterynianem wapnia o profilu podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 65% po 8-11 dniach 50% i czasie wchłaniania 42 dni .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 9 , poz. 6 :**

Czy Zamawiający dopuści szew również z igłą okrągłą , pozostałe parametry bez zmian .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 10 :**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długości nici 70cm dopuści również długość 75cm , pozostałe parametry bez zmian .

**Odpowiedź : Dopuszczamy długość , pozostałe warunki bez zmian .**

**Pakiet nr 12 :**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły rozwarstwiającej dopuści również igłę okrągłą , pozostałe parametry bez zmian .

**Odpowiedź : Nie .**

**Pakiet nr 1 :**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny , wchłaniający z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego , połączony w proporcjach 9:1 pokryty mieszaniną tych kwasów i sterynianem wapnia w stosunku 1:1 o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75% po 21 dniach 50% po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni .

**Odpowiedź : Tak .**

**Pakiet nr 17 :**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 5x7cm – pozostałe warunki zgodnie z SIWZ .

**Odpowiedź : Dopuszczamy rozmiar , pozostałe warunki bez zmian .**

**Pakiet nr 18 :**

Czy Zamawiający dopuści rozmiary 8x5x1xm , 8x5x0,1cm – pozostałe warunki zgodnie z SIWZ .

**Odpowiedź : Nie .**

Kierownik Zamawiającego