

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 13.06.2017r. .

Wysokie Mazowieckie dn. 09.06.2017r.

### **Wg rozdzielnika**

Dotyczy : Postępowania prowadzonego **w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku Nr sprawy 4 / 2017 .**

Otrzymaliśmy zapytanie do w/w postępowania następującej treści :

#### **Pakiet nr 24 :**

##### **Pytanie nr 1 poz. 4 :**

System zamknięty probówki z 0,2mm-0,3ml 3,2% roztworem cytrynianu sodu pojemność 1,5-3,0ml krwi pakowane próżniowo po 25 szt. w torebce z folii aluminiowej Ø 13x75mm .

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków SIWZ jeżeli zaproponowane zostaną probówki z 3,2% roztworem cytrynianu sodowego o pojemności pobrania 1,8ml o wielkości probówki 23x75mm pakowane po 100szt. w statywach styropianowych z datą przydatności do użycia minimum 6 miesięcy od daty dostawy . Sposób pakowania nie ma znaczenia diagnostycznego .

##### **Pytanie nr 2 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. Nr 7 – probówko – strzykawka do gazometrii do osobnego pakietu . Wyłączenie pozwoli na przystąpienie szerszego grona wykonawców .

##### **Pytanie nr 3 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. Nr 13-16 do osobnego pakietu . W pozycji 13-16 umieszczono asortyment nie będący ściśle związany z systemem do pobierania krwi żyłnej . Wyłączenie pozwoli na przystąpienie szerszego grona wykonawców i uzyskanie większej konkurencji i lepszego wyboru spośród Wykonawców .

##### **Pytanie nr 4 :**

Czy w pozycji nr 11 Zamawiający dopuści stazy jednorazowe , bezlateksowe wykonane z odpornego na rozciąganie materiału perforowane w celu łatwego dzielenia , pakowane po 50 szt. w opakowaniu z przeliczeniem na odpowiednią ilość w opakowaniu .

**Odpowiedź : W zakresie pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

##### **Pakiet nr 9 poz. 3 :**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga układu oddechowego do aparatu do znieczuleń składającego się z trzech rur gdzie długość każdej z nich po rozciągnięciu jest nie mniejsza niż 150cm .

**Odpowiedź : Tak .**

##### **Pakiet nr 9 po. 3 :**

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy w wersji mikrobiologicznie czystej z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ .

**Odpowiedź : Tak .**

##### **Pakiet nr 9 poz. 4 :**

Czy zamawiający dopuści przedłużacz obwodu oddechowego ze złączem od strony respiratora 22F , złącze typu 22M w przedłużaczu nie będzie pasować do standardowych filtrów oddechowych . Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowane przez nas przedłużacze .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

##### **Pakiet nr 9 poz. 5 :**

Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej pisząc „port do podawania tlenu” zamiast ‘port do kapnografii”

**Odpowiedź : Filtr do obwodu oddechowego port do podawania kapnografii .**

##### **Pakiet nr 9 poz. 11 :**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o dł. 150cm z linią bąbelkową o średnicy 4-8mm sterującą zastawką o dł. 200cm i linią bąbelkową o średnicy 4-8mm do pomiaru ciśnienia o dł. 200 cm .

Zamawiający zna i z powodzeniem stosuje proponowane nas układy oddechowe .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

##### **Pakiet nr 9 poz. 8 :**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu koc grzewczy jednorazowy standardowy dla dorosłych 218x127cm do ogrzewacza pacjenta Mistral Air Plus . Prośbę swoją motywujemy tym , że koców o wymiarach 233x127cm nie ma już w ofercie .

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

Prosimy o doprecyzowanie czy w Pakiecie 17 pozycja 15 Zamawiający oczekuje przygotowania oferty obejmującej w tym punkcie liczbę sztuk (odpowiednio 240 , 12 , 12 , 18) czy też opakowań po 6 sztuk każde (co będzie odpowiadało następującej ilości sztuk , odpowiednio 1440 , 72 , 72 , 108).

**Odpowiedź : Odpowiedź : Zamawiający miał ma myśli sztuki .**

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu produkt znajdujący się w pakiecie 24 poz. 15 .

**Odpowiedź : W zakresie pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

Gazik do dezynfekcji i czyszczenia skóry przed pobraniem krwi na nasączony 70% alkoholem izopropylowym wymiary 30x60mm pakowane indywidualnie w formie saszetek op. 200szt. i dopuści rozmiar 9x12cm gazika po rozłożeniu .

**Odpowiedź : W zakresie pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

1.Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu 8 poz. 5 i utworzenie nowego pakietu , umożliwi to udział w postępowaniu większej ilości Oferentów a tym samym możliwość uzyskania konkurencyjnej oferty .

**Odpowiedź ; Nie .**

**Pakiet nr 6 poz. 1 :**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie modelu oraz roku produkcji Emtela , bez tych informacji Wykonawca nie jest w stanie zaproponować właściwego czujnika spełniającego wymagania Zamawiającego .

**Odpowiedź : FX2000p , 2010r.**

**Pakiet nr 6 poz. 1 :**

Zwracamy się z prośbą o podanie kształtu wtyczki czujnika , ilości pinów we wtyczce oraz czy czujnik ma być klejący czy na rzep . , bez tych informacji Wykonawca nie jest w stanie zaproponować właściwego czujnika spełniającego wymagania Zamawiającego .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ , czujnik ma być na rzep .**

**Pakiet nr 6 poz. 1 :**

Czy nie nastąpiła pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia , nie ma jednorazowych czujników typu Y .

**Odpowiedź : Zamawiającemu chodzi o czujnik jednorazowy SpO2 do monitora funkcji życiowych Emtel .**

**Pakiet nr 7 poz. 3 :**

Prosimy o informację czy ww pozycji zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem czy gładkiego .

**Odpowiedź : Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem .**

**Pakiet nr 7 poz. 14 :**

Zwracamy się z prośbą o podanie w ww pozycji rozmiaru papieru w przypadku rolki długość x szerokość z nadrukiem czy bez nadruku .

**Odpowiedź : Rozmiar papieru 50x30m bez nadruku .**

**Pakiet nr 73 poz. 2 :**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w ww pozycji przeliczenie rękawic nitrylowych z par na opakowania , czyli 4624 opakowań po 100szt.

**Odpowiedź : Tak .**

**Pakiet nr 73 poz. 1 :**

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji czy ww czujnik ma być klejowy czy bezklejowy .

**Odpowiedź : Proszę podać odpowiedni pakiet i pozycję .**

**Projekt umowy – par. 7 ust. 1 :**

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych wnosimy o zmianę zapisu par. 7 ust. 1 poprzez dodanie następującej treści „ W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto , ceny netto pozostają bez zmian. Zmiana nastąpi automatycznie i nie wymaga aneksu „ .

**Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .**

**Projekt umowy – par. 8 ust. 4 :**

W sytuacji gdy Zamawiający nie jest w stanie z góry precyzyjnie określić przedmiotu zamówienia , ze względu jego charakter lub inne przyczyny ( np. zmniejszone zapotrzebowanie) poprzez wskazanie gwarantowanego w całym okresie trwania umowy minimalnego poziomu jej realizacji , w postaci składanych zamówień , zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu w projekcie umowy 8 pkt. 4 poprzez skorzystanie z instytucji praca opcji i nadanie mu następującego brzmienia „ilości wskazanie w Załączniku nr 1 – szczegółowa oferta cenowa” zostały podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego . Ilości zostały podane jedynie by ułatwić sporządzenie i skalkulowanie oferty . Zamawiający będzie dokonywał zamówień u wybranego wykonawcy do wyczerpania ogólnej wartości cenowej przedmiotu zamówienia , wynikającej z oferty Wykonawcy „ .Przepis art. 34 ust. 5 nakazuje bowiem uwzględnić przy obliczaniu wartości szacunkowej , największy możliwie zakres tego zamówienia , przy czym z art. 32 ust. 3 Pzp. Wynika obowiązek

doliczenia do wartości szacunkowej zamówienia podstawowego wartości przewidywanych zamówień . Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tu tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie . Niedopuszczalnym bowiem jest określenie całego przedmiotu zamówienia jako jedynie niewiążącej i opcjonalnej jego realizacji przez zamawiającego bądź braku realizacji w ogóle , narażając wykonawcę na szkodę . zamawiający przewidując prawo opcji zobowiązany jest do określenia maksymalnego poziomu zamówienia wskazując , iż pewien zakres tego zamówienia (opcjonalny) z góry przewidziany i określony będzie przez niego realizowany jedynie w określonych sytuacjach . Instytucja prawa opcji pozwala zatem na dopełnienie obowiązku precyzyjne określenie poziomu zamówienia , który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany , co umożliwi wykonawcom prawidłowe i rzetelne dokonanie wyceny oferty ( wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010r. sygn.. akt KIO/UZP 1447/10 , wyrok KIO z dnia sygn.. akt KIO/UZP 2376/10) .

**Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .**

1.Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra Valve bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji ,objętość własna 0,09ml bez mechanicznych części wewnętrznych , wolny od BPA posiadający prosty tor przepływu czerwony kompatybilny z końcówką Luer , Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi .

**Odpowiedź ; Zgodnie z SIWZ .**

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. papier-folia z przeliczeniem zamawianej ilości .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

3.Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 16 do osobnego pakietu . Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi .

**Odpowiedź ; Nie .**

**Pakiet nr 21 poz. 3,1 i 3,2 :**

1.Czy zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowodowy , poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwięzaniu naczyń , budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia odporny na zginanie bez bocznych otworów z końcówką schodkową z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami , ze wsuniętymi mandrynami , cewnik o przekroju 14Fr i długościach :

Dla pozycji 3,1 – 17 cm

Dla pozycji 3,2 – 25cm

Z nadrukiem objętości wypełniania na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu , nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich , zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi : igła z końcówką , rozmiar 18Gx7cm , długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J , wymiary 0,035 cala x 70cm , strzykawka 10ml z tłokiem , miniskalpel , rozszerzacz , rozmiar 12FRx14cm , rozszerzacz hydrofilowy , rozmiar 16FRx15cm , łącznik prowadzący typu Y , nasadki iniekcyjne umocowanie cewnika warstwą przylepną , opatrunki skrzydełkowo mocujące cewnik ( na szywy ) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

2.Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie 3,1 i 3,2 do osobnego pakietu . Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi .

**Odpowiedź ; Nie .**

**Pakiet nr 21 worki spustowe , filtry , cewniki do hemofiltracji , linia wapnia , strzykawka do podawania wapnia , ilość pozycji 6 , pozycja 3,1 :**

Czy zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowodowy poliuretanowy 12FR o długości 15cm (nr katalogowy EF 7613) widoczny w RTG biokompatybilny , termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta . Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika . Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełko . Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika . Zestaw z cewnikiem zawiera igłę wprowadzającą 18Gx7cm , strzykawkę 5ml , cewnik PU widoczny w RTG dwa rozszerzacze o wymiarach 8FRx10cm i 12 Frx15cm , znaczone przewodnica J-Flex Tip 0,038” , dwa koreczki heparynizowane .

**Odpowiedź : Tak .**

**Pakiet nr 21 worki spustowe , filtry , cewniki do hemofiltracji , linia wapnia , strzykawka do podawania wapnia , ilość pozycji 6 , pozycja 3,2 :**

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowodowy poliuretanowy 14Fr o długości 24cm (nr katalogowy EF 8813) widoczny w RTG biokompatybilny materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta . Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika . Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka , rozmiar i długość cewnik podana French naniesiona na piastę cewnika . Zestaw z cewnikiem zawiera igłę wprowadzającą 18Gx7cm , strzykawkę 5ml , cewnik PU widoczny w RTG , dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm znaczone przewodnica J-Flex Tip 0,038" dwa koreczki heparynizowane .

**Odpowiedź ; Zgodnie z SIWZ .**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3,1 oraz pozycji 3,2 z pakietu 21 i stworzy osobny pakiet , wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składanie ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi .

**Odpowiedź : Nie .**

**Pytanie nr 1 :**

**Pakiet nr 18 pozycja 2 : Klipsy do laparoskopii tytanowe do klipsownicy Vitalitec Medium Large SLS tytanowe .**

Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ww pozycji do osobnego pakietu .

**Odpowiedź ; Nie .**

**Pytanie 1 pakiet nr 64 poz. 1 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 64 poz. 1 na zaoferowanie worka do laparoskopii 1000ml , worek sterylny , otwór wlotowy o średnicy 100mm , długość worka 200mm.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza tylko w poz. 1 (800ml) .**

**Załącznik nr 1 :**

**Pakiet nr 25 : Probówki do surowicy z żelem , nakłuwacze , probówki do OB. , zestawy do RKZ , nakłuwacze igłowe :**

**Poz. 1 :** Czy Zamawiający dopuści probówki z przyśpieszaczem wykrzepiania kapilarą pojemność 200-250ml z innego przezroczystego materiału aniżeli PP .PP utrudnia optyczną kontrolę pobranego materiału .

**Odpowiedź : Tak .**

**Poz. 2 :** Czy Zamawiający dopuści probówki z EDTA K2 kapilarą , pojemność 100-200 ul. z innego przezroczystego materiału aniżeli PP . PP utrudnia optyczną kontrolę pobranego materiału .

**Odpowiedź : Tak .**

**Poz. 3 :** Czy Zamawiający dopuści probówki z cytrynianem sodu , kapilarą i rurką z gumową zatyczką pojemność 150-200ul z innego przezroczystego materiału anieli PP . PP utrudnia optyczną kontrolę pobranego materiału .

**Odpowiedź ; Tak .**

**Poz. 7 :** Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz nożykowy do pobierania krwi włóścinkowej z pięty dla noworodków i niemowląt dł. Nacięcia 1,5mm , szerokość ostrza 1,5mm z kątem ścięcia określonym przez producenta .

**Odpowiedź : Tak .**

**Pakiet nr 75 poz. 1 :**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ww czujnika do pulsoksymetru bez plastra umożliwiającego umocowanie czujnika na stopie dziecka .

**Odpowiedź ; Zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 75 poz. 1 :**

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji czy ww czujnik ma być klejowy czy bezklejowy .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pytanie nr 1 :**

Czy Zamawiający może zmienić ilość zamawianego asortymentu . Opakowanie zbiorcze zawiera 6 szt. pomp jednorazowych , brak możliwości sprzedaży na pojedyncze sztuki.

Prosimy o zmianę ilość w ramach 2 opakowań ( 12szt. ) .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pytanie 1 : Pakiet nr 7 poz. 3 :**

Czy zamawiający dopuści papier 50mmx30m czy ma być z nadrukiem .

**Odpowiedź : Nie . Papier z nadrukiem .**

**Pytanie 2 : Pakiet nr 7 poz. 10 :**

Czy zamawiający wymaga papieru oryginalnego wyprodukowanego przez firmę mitsubishi czy dopuszcza papier kompatybilny . Prosimy o dopuszczenie papieru w rozmiarze 110x20m .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pytanie 3 : Pakiet nr 7 poz. 11 :**

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 130mmx135mmx370.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pytanie 4 : Pakiet nr 7 poz. 13 :**

Czy papier ma być z nadrukiem czy w kratkę .

**Odpowiedź ; Papier ma być z nadrukiem .**

**Pytanie 5 : Pakiet nr 7 poz. 14 :**

Prosimy Zamawiającego o podanie rozmiaru papieru czy papier ma być z nadrukiem czy gładki .

**Odpowiedź : Rozmiar 50x30m , bez nadruku .**

**Pytanie 6 : Pakiet nr 7 poz. 16 :**

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego wyprodukowanego przez firmę Mitsubihii czy dopuszcza papier kompatybilny .

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny .**

**Dotyczy Pakietu nr 3 :**

1.Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo – foliowe płaskie o wymiarach 35x200m lub 40cmx200m w miejsce rękawa o wymiarach 38cmx200m .

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza 40/200 , zamiast 38/200 .**

2.Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy płaski o wymiarach 40cmx200m w miejsce rękawa o wymiarach 50cmx200m .

**Odpowiedź : Nie .**

3.Czy Zamawiający wymaga aby rękawy do sterylizacji wykazywały zgodność z normami EN 868-3 , EN 868-5 i EN ISO 11607-1 potwierdzoną oświadczeniem niezależnej organizacji notyfikowanej .

**Odpowiedź : Dopuszcza nie wymaga .**

**Pytanie 1 ( dotyczy pak. 24 zał. Nr 1 pkt. 6 )**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania systemowych igieł bezpiecznych przeziernych – okienko weryfikacyjne co najmniej 1cm z osłonką zabezpieczającą przeciw przypadkowemu zakłuciu umieszczoną w jednej linii z ostrzem igły , gdzie aktywacja zabezpieczenia odbywa się jedną ręką , a aktywacja mechanizmu zabezpieczającego musi objawiać się dźwiękowym dotykowym lub wzrokowym znakiem dla pracownika opieki zdrowotnej , zgodnie z dyrektywą 32/2010/EU informującego o trwałym zakończeniu procesu zamknięcia igły w rozmiarach 21G .

**Odpowiedź : W ramach pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

**Pytanie 2 ( dotyczy pak. 24 zał. Nr 1 pkt. 1 )**

Czy Zamawiający dopuści probówkę systemu zamkniętego z przyspieszaczem wykrzepiania o pojemności 9-10ml o rozmiarze 16x100mm .

**Odpowiedź : W ramach pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

**Pytanie 3 ( dotyczy pak. 24 zał. Nr 1 pkt. 4 )**

Czy Zamawiający dopuści probówkę systemu zamkniętego z 3,2% cytrynianem sodu pakowane po 100szt. na tackach styropianowych o rozmiarze 13x75mm.

**Odpowiedź : W ramach pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

**Pytanie 4 ( dotyczy pak. 24 zał. Nr 1 pkt. 4 )**

Prosimy o doprecyzowanie czy dla badań koagulologicznych Zamawiający wymaga zaoferowania probówek o budowie zapewniającej zminimalizowanie aktywacji płytek dla optymalnego monitorowania APTT poprzez minimalizację tzw. Przestrzeni martwej pomiędzy pobrana krwią i korkiem nie większą niż 1ml . Tylko taka konstrukcja probówek zapewnia wiarygodny poziom wyników badań koagulologicznych co pozostaje w zgodzie z piśmiennictwem fachowym .

**Odpowiedź : W ramach pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

**Pytanie 5 ( dotyczy pak. 24 zał. Nr 1 pkt. 9 )**

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu w tym uchwyty jednorazowe były oznakowane nazwą lub logo producenta . Czy jednorazowość uchwytów ma być potwierdzona odpowiednim napisem do jednorazowego użytku na samym uchwycie w języku polskim lub angielskim .

**Odpowiedź : W ramach pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

**Pytanie 6 ( dotyczy pak. 24 zał. Nr 1 pkt. 5 )**

Czy Zamawiający dopuści probówki z 3,8% cytrynianem sodu o pojemności 1,6-1,8ml o rozmiarze 8x100mm , metoda logarytmiczna .

**Odpowiedź : W ramach pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

**Pytanie 7 ( dotyczy pak. 24 zał. Nr 1 opis zamówienia )**

Czy zamawiający wymaga aby wewnątrz oferowanych probówek w pakiecie nr 25 było aseptyczne (klasa czystości – sterylne A , czy sterylne ( klasa czystości – sterylne R ) . Jeżeli Zamawiający zdecyduje się

na klasę sterylności R , probówek , bezpieczną z punktu epidemiologicznego , którą stosuje obecnie , to prosimy o potwierdzenie takowego wymogu .

**Odpowiedź : W ramach pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

**Pytanie 8 ( dotyczy pak. 24 zał. Nr 1 pkt. 17 )**

Czy Zamawiający dopuści probówkę systemu zamkniętego do oznaczania glukozy z fluorkiem sodu i szczawianem wapnia o pojemności 2ml i rozmiarze 13x75mm .

**Odpowiedź : W ramach pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

**Pytanie 9 ( dotyczy pak. 24 zał. Nr 1 )**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 24 produktów od pkt. 13 do pkt. 16 , oraz od pkt. 18 do pkt. 19 jako produkty nie związane merytorycznie z systemem zamkniętym do poboru krwi .  
Takie tendencje zestawienie produktów w pakiecie ma za zadanie tylko utrudnienie konkurencji (naruszenie art. Nr 29 PZP ) oraz ukierunkowanie SIWZ pod konkretnego dostawcę tj. firmę Medlab , o czym świadczą także inne produkty takie jak : pkt. 4 (opis sposobu pakowania ) pkt. 17 (dobór heparyny sodowej) pkt. 18 ( statyw tylko probówki o pojemności 1,6ml ) . zwracamy także uwagę Zamawiającemu , że wartość przetargu wynosi powyżej 209tys. Euro i SIWZ podlega prawu zaskarżenia do Prezesa KIO z powodu ukierunkowania SIWZ w zakresie pakietu 24 pod konkretnego dostawcę , co narusza nasz interes prawny .

**Odpowiedź : W ramach pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

**Pytanie 10 ( dotyczy pak. 24 zał. Nr 1 )**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podawanie cen jednostkowych za 1 szt. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku .

Zgodnie bowiem z linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej a nie ceną transakcyjną ( nie ma bowiem możliwości zakupu jednej sztuki probówki ) (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn.. akt UZP/ZO/O-2546/06)

**Odpowiedź ; W ramach pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

## **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **PAKIET NR 20**

#### **Pozycja 1**

Czy nie zaszła omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia i zestaw powinien zawierać 1 szt. ostrza skalpel 6,5 cm zamiast 2 szt.

**Odpowiedź ; Zestaw powinien zawierać 1 szt. skalpel 6,5cm .**

#### **Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego spełniającego wymogi SIWZ zawierającego w swoim składzie serwetę na stolik narzędziowy 140 cm x 190 cm z obszarem wzmocnionym 75 cm x 190 cm, serwetę na stolik Mayo z obszarem wzmocnionym 60 cm x 145 cm oraz 4 ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 33 cm ?

**Odpowiedź ; Dopuszczamy .**

#### **Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii biodra krzyżowego spełniającego wymogi SIWZ wykonanego z włókniny 2 warstwowej o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> z obszarami wzmocnionymi o gramaturze 110 g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź ; Dopuszczamy .**

#### **Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu barkowego spełniającego wymogi SIWZ zawierającego w swoim składzie serwetę na stolik Mayo z obszarem wzmocnienia 60 cm x 145 cm, 4 ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 cm x 33 cm oraz 1 szt. taśmy samoprzylepnej w rozmiarze 10 cm x 50 cm ?

**Odpowiedź ; Dopuszczamy .**

#### **Pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej osłony w rozmiarze 14 cm x 250 cm ?

**Odpowiedź ; Dopuszczamy .**

#### **Pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ręczników celulozowych w rozmiarze min. 30 cm x 33 cm pakowanych a'2 szt. z jednoczesnym podaniem ceny za 1 szt. ?

**Odpowiedź ; Dopuszczamy .**

#### **Pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji żyłaków spełniającego wymogi SIWZ posiadającego w swoim składzie 4 ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 33 cm. ?

**Odpowiedź ; Dopuszczamy .**

**Pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkluc podpajęczynówkowych wykonanego z włókniny o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> w następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy 90 x 75 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta przyklepna 90 x 75 cm

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm niebieskie

10 x ES kompres z gazy 10 x 10 cm 8 warstw 17 nitek ?

**Odpowiedź ; Zamawiający wymaga 3 serwet 90x75 , pozostałe parametry dopuszczamy .**

**PAKIET NR 62**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania foliowej osłony w rozmiarze 50 cm x 100 cm lub 85 cm x 150 cm ?

**Odpowiedź ; Dopuszczamy .**

**Pytanie nr 1 – pakiet nr 73 poz. 1 :**

Zwracamy się z prośbą o możliwość zmiany jednostki miary na opakowania a 100szt. z przeliczeniem wymaganych ilości . Prośbę swą motywujemy tym , że standardowe opakowania handlowe tych rękawic są oferowane w takich opakowaniach . W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej do 4 miejsc po przecinku .

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 2 – Pakiet nr 73 poz. 2 :**

Zwracamy się z prośbą o możliwość zmiany jednostki miary na opakowania a 100szt. z przeliczeniem wymaganych ilości . prośbę swą motywujemy tym , że standardowe opakowania tych rękawic są oferowane w takich opakowaniach . W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej do 4 miejsc po przecinku .

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 3 – pakiet nr 73 poz. 3 - 5 :**

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania rękawic chirurgicznych sterylnych pakowanych podwójnie tj. koperta zewnętrzna papier/papier – wewnątrz jednostronnie foliowane , koperta wewnętrzna papierowa . Opakowanie zewnętrzne odporne na wilgoć .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 34 poz. 1 :**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek 20ml pakowanych po 80 sztuk . Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

**Odpowiedź : Tak z przeliczeniem ilość przewidzianej w SIWZ .**

**Pakiet nr 34 poz. 1 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100sztuk (w przypadku strzykawki 2 , 5 10ml) za opakowanie =80 sztuk (w przypadku strzykawki 20ml) z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym . Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 34 poz. 7 :**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu . Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców . opisana strzykawka jest strzykawką specjalistyczną (Dash3 strzykawka Enteralna ENFit) przeznaczoną tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego . Umieszczenie takiej strzykawki w pakiecie ze zwykłymi strzykawkami j.u. znacznie ogranicza możliwość złożenia oferty większej liczbie wykonawców .

**Odpowiedź ; Zgodnie z SIWZ|Z .**

**Pakiet nr 1 poz. 1 , 2 :**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie osobnego pakietu z przyrządami do przetaczania płynów . Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu jak i ceny .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 1 poz. 1 :**

Czy zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu foliowym . Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 1 poz. 1 , 2 :**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy , których komora kroplowa wykonana jest z medycznego PVC . Przyrządy wolne w całości od toksycznych ftalanów . pozostałe parametry zgodnie z SIWZ .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 27 :**

1. Czy Zamawiający w pozycji 3 pakietu nr 27 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 15mm , 25mm i 32mm , drut pleciony 0,33mm , długość robocza 2400mm , pozostałe parametry zgodne z opisem .

**Odpowiedź : Nie .**

2. Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 pakietu 27 dopuści zaoferowanie protez z polieteroamidu , parametry jak w opisie .

**Odpowiedź : Nie .**

3. Czy Zamawiający w pozycji 9 pakietu 27 dopuści zaoferowanie koszyka o długości roboczej 2150mm , pozostałe parametry zgodne z opisem .

**Odpowiedź : Nie .**

4. Czy Zamawiający w pozycji 10 pakietu 27 dopuści zaoferowanie balonu pompowanego do rozmiarów 8,5mm 11,5mm , 15,0mm lub 11,5mm , 15,00mm , 18,00mm do wyboru , pozostałe parametry zgodne z opisem .

**Odpowiedź : Nie .**

5. Czy Zamawiający w pozycji 16 pakietu 27 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4mm , pozostałe parametry zgodnie z opisem .

**Odpowiedź : Nie .**

**Pakiet nr 28 :****Poz. 47 , 48 :**

Prosimy o wydzielenie poz. 47 i 48 do osobnego pakietu , co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców a tym samym wpłynie na ich konkurencyjność .

**Odpowiedź : Nie .**

**Poz. 48 :**

Prosimy o dopuszczenie mat w kolorze niebieskim lub białym .

**Odpowiedź ; Dopuszczamy kolor niebieski .**

**Poz. 50 :**

Prosimy o wydzielenie pozycji 50 do osobnego pakietu i dopuszczenie łyżek z tworzywa oraz potwierdzenie czy chodzi o łyżki światłowodowe .

**Odpowiedź : Nie . Łyżki metalowe światłowodowe .**

**Pakiet nr 52 :****Poz. 1 i 2 :**

Prosimy o wydzielenie poz. 1 i 2 do osobnego pakietu , co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców , a tym samym wpłynie na ich konkurencyjność .

**Odpowiedź : Nie .**

**Poz. 1 :**

Prosimy o dopuszczenie elektrody o powierzchni aktywnej 79,08 cm<sup>2</sup> .

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

**Poz. 2 :**

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 3m lub 5m .

**Odpowiedź : Dopuszczamy 3m .**

**Pytanie 1 – dotyczy wzoru umowy :**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 2 , a poprzez zapis o ewentualnej karze za opóźnienie w wysokości 0,07% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie .

**Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .**

**Pytanie 2 – dotyczy wzoru umowy :**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w § 6 ust. 2 c poprzez zapis o ewentualnej karze odstąpienia od umowy w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy .

**Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .**

**Pytanie 3 – dotyczy wzoru umowy :**

W związku z zapisem w § 6 ust. 3 , w którym :

Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki umowne za opóźnienie w zapłacie należności w wysokości 0,01% za każdy dzień opóźnienia od wartości nieopłaconych faktur .

Wnosimy o zmianę tego zapisu , że w przypadku opóźnienia terminowi zapłaty , Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia . Zgodnie z w/w ustawą należy zauważyć , że regulacja powyżej stanowi ograniczenie swobody umów , wobec niekorzystnej dla przedsiębiorców praktyki narzucania zbyt długich terminów oczekiwania na spełnienie świadczenia pieniężnego co prowadzi do kredytowania silniejszych



ekonomicznie podmiotów przez słabszych uczestników obrotu gospodarczego . zapis przedstawiony przez Państwa w umowie jest niezgodny z prawem i w związku z powyższym nie ma on zastosowania z mocy samego prawa . Reasumując jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy lub jeżeli podmiot publiczny zalega z zapłatą już wymagalnego świadczenia pieniężnego , wierzycielowi , który spełnił swoje świadczenie , po upływie tych terminów należą się odsetki zgodne z tą ustawą .

**Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .**

**Pytanie 4 – dotyczy wzoru umowy :**

W nawiązaniu do zapisów SIWZ sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty kosztów związanych z realizacją zamówienia , zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego . Powyższe stanowi niezbędne informacje , konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt wykonywanych dostaw . Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu .

„Zamawiający oświadcza , że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie .. dostaw miesięcznie co daje liczbę .. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy . W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym , Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz „

**Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .**

**Pytanie 5 – dotyczy wzoru umowy :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w § 10 umowy :

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy , jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada , że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia , który zostanie na pewno zrealizowany , co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty , wskazując jednocześnie dodatkowy zakres , którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego , z którego może ale nie musi skorzystać . W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008r. (sygn. Akt. KIO / UZP 22/07) Izba wskazała , że niedopuszczalna praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania , bez wskazania nawet minimalnej ilości , czy wartości , którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia .”taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp , który nakazuje , aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny” izba uznała ponadto w tym przypadku , że zamawiający zastosował praktykę handlową , która pozostawia wykonawcę w niepewności , co do zakresu jaki uda się zrealizować w ramach umowy , oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej . W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu , co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy . Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia , który zostanie przez zamawiającego zrealizowany , co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. . wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010r. sygn.. akt KIO/UZP 1447/10 , wyrok KIO z dnia sygn.. akt KIO/UZP 2376/10) .

**Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .**

**Zadanie 73 poz. 1 :**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych a 100szt. z wykonaniem wyceny z przeliczeniem ilości za 160op.

**Odpowiedź : Tak z przeliczeniem ilości odpowiadającej ilości z SIWZ .**

**Zadanie 73 poz. 2 :**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych a 100szt. z wykonaniem wyceny z przeliczeniem ilości za 4624 op.

**Odpowiedź : Tak z przeliczeniem ilości odpowiadającej ilości z SIWZ .**

**Zadanie 73 poz. 2 :**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowanych a 200szt. (XS-L) oraz a 180 szt. (XL) z wykonaniem wyceny z przeliczeniem ilości za 2312 op.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na zapytanie .**

**Zadanie 73 poz. 3,4 :**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawice pakowane podwójnie : wewnętrzne papierowe , zewnętrzne foliowane papier .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Zadanie 73 poz. 5 :**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic pakowane podwójnie wewnętrznie papierowe , zewnętrznie foliowane :

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Dotyczy pakietu nr 37 :**

1.Czy Zamawiający w pozycji 5 ze względu na zmianę u producenta dopuści trzykomorowy , sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem , komorę na wydzielinę o pojemności 2100ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml , wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem . Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu . Zestaw o budowie kompaktowej o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm , z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie . Dren łączący bezłateksowy zabezpieczony przed zagięciem z możliwością odłączania .

**Odpowiedź : Nie .**

**Dotyczy pakietu nr 39 :**

1.Czy Zamawiający będzie wymagał , żeby zatraskowy system mocowania cewnika był niskoprofilowy (o wysokości do 5mm) co poprawi komfort pacjenta .

**Odpowiedź : Dopuszcza nie wymaga .**

**Dotyczy pakietu nr 23 :**

1.poz. 5 : Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska , wymagania wskaźników biologicznych zawarte są w normie PN-EN ISO 11138.

**Odpowiedź : Powinno być 11138 .**

2.poz. 7 : prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska , norma EN867-4 została zastąpiona przez PN-EN ISO 11140-4 .

**Odpowiedź : Powinno być 11140-1 .**

3.poz.9 – czy Zamawiający dopuści włókninę w kolorze niebieskim pakowaną po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania spełniającą pozostałe wymogi SIWZ .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

4.poz.12 : czy Zamawiający dopuści etykiety pakowane po 500sztukk z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania spełniające pozostałe wymogi SIWZ .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

5.poz. 19 : Prosimy o podanie rozmiaru włókniny oraz określenie zapotrzebowania w sztukach ze względu na występowanie na rynku różnych wielkości opakowań .

**Odpowiedź : Rozmiar 1000/1000mm ilość zgodna z SIWZ .**

6.poz. 25 : czy Zamawiający dopuści testy pakowane po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania spełniające pozostałe wymogi SIWZ .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Dotyczy pakietu 24 załącznika nr 1 do SIWZ :**

1.Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie w po. 4 próbek do koagulologii z 3,2% cytrynianem sodu , pakowanych w statywie po 50 szt. , których data ważności wynosi min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego .

**Odpowiedź : W zakresie pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

2.Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 5 próbek do pomiaru OB. Z 3,2% cytrynianem sodu i objętości 1,5ml o wymiarach 9x120mm.

**Odpowiedź : W zakresie pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

3.Zwracamy się do zamawiającego o wyłączenie poz. 7 do oddzielnego pakietu jako , że strzykawki do gazometrii nie stanowią systemu zamkniętego do pobierania krwi , umożliwi to przystąpienie do postępowania większej ilości oferentów .

**Odpowiedź : W zakresie pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

4.Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie poz. 12-16 jako , że nie stanowią systemu zamkniętego do pobierania krwi , umożliwi to przystąpienie do postępowania większej ilości oferentów .

**Odpowiedź : W zakresie pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

5.zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 17 próbki do oznaczania glukozy z NaF oraz szczawianem potasu lub EDTA .

**Odpowiedź : W zakresie pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

6.Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie w poz. 18 statywu 10-miejscowego do pomiaru OB. Metoda logarytmiczna , kompatybilnego z próbkami oferowanymi w poz. 5 na 1,5ml .

**Odpowiedź : W zakresie pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

7.Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie do oddzielnego pakietu poz. 19 jako , że nie stanowi elementu systemu zamkniętego do pobierania krwi ani żadnego elementu pomocniczego w odczycie próbek systemu zamkniętego.

**Odpowiedź : W zakresie pakietu nr 24 dokonano modyfikacji SIWZ .**

**1.Pytanie – pakiet nr 21 :**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w ramach Pakietu nr 21 poz. 3 ppkt. 2 cewników z podwójnym światłem rozmiar 13F o długości 25cm , kompatybilny z aparatem Prismaflex .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**2.Pytanie – pakiet nr 21 poz. 2 :**

Czy zamawiający ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta na sztuki asortymentu wskazanego w pakiecie 21 poz. 2 zgodzi się na dostawy tego asortymentu w ilościach wynikających z zawartości pełnych opakowań lub minimalnych ilości do realizacji po 4 sztuki .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**3.Pytanie – pakiet nr 21 poz. 3 :**

Czy Zamawiający ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta na sztuki asortymentu wykazanego w pakiecie 21 poz. 3 zgodzi się na dostawy tego asortymentu w ilościach wynikających z zawartości pełnych opakowań zbiorczych lub minimalnych ilości do realizacji po 5szt.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pytanie nr 1 :**

Czy Zamawiający może zmienić ilość zamawianego asortymentu . Opakowanie zbiorcze zawiera 6 szt. pomp jednorazowych , brak możliwości sprzedaży na pojedyncze sztuki . Prosimy o zmianę ilości w ramach 2 opakowań ( 12szt.) .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 75 poz. 1 :**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie ww czujnika do pulsoksymetru bez plastra umożliwiającego umocowanie czujnika na stopie dziecka .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 75 poz. 1 :**

Zwracamy się z prośbą o podanie czy ww czujnik ma być klejowy czy bezklejowy .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 2 :**

**Poz. 3 :**

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i zamawiający ma na myśli filtr 175 mikronów

**Odpowiedź : Tak , dopuści 175 mikronów w 700ml .**

**Poz. 27 :**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 27 z pakietu 2 w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty .

**Odpowiedź : Nie .**

**Poz. 40 :**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej w rozmiarze :

15cmx28cm

45cmx28cm

45cmx55cm

56cmx80cm

W pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ .

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**Poz. 44 :**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalnego , oddychającego z możliwością wywijania wiązanego na troki , część boczna wykonana o wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47g/m<sup>2</sup> część górna przewiewna z polipropylenu SMMS o gramaturze max. 10g/m<sup>2</sup> niebieski . Pakowany po 100sztuk.

**Odpowiedź ; Zgodnie z SIWZ .**

**Poz. 47 :**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej , sterylnej maski krtaniowej z dostępem gastrycznym z przycięciem zgodnym z anatomiczną budową gardła z możliwością intubacji dotchawiczej przy wykorzystaniu przewodnicy z luźnym niewbudowanym drenem do wypełniania mankietu co zapobiega niedrożności poprzez zagryz w rozmiarach 3,4 i 5 .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Poz.48 :**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dwururowego obwodu oddechowego dla dorosłych do respiratora o dł. 1,5m , trójnik Y z portem do próbkowania , odłączalny w celu podłączenia nebulizatora , kolanko obrotowe .

W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytania prosimy zamawiającego o wyłączenie pozycji 3 do odrębnego pakietu w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Poz. 30 :**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tłoka i cylindra strzykawk wykonanych z polipropylenu co zapewnia bezpieczną podaż leków , lipidów i chemioterapeutyków .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Poz. 32 , 33 :**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do pobierania leków o dł. 40mm.

**Odpowiedź : Tak .**

**Poz. 37 :**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy Sengstakena wykonanej z miękkiej gumy o długości 120cm w rozmiarach 15ch,18ch,21ch .

**Odpowiedź : Tak .**

**Poz. 39 :**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pozycjonera głowy w operacjach przeprowadzonych w pozycji na brzuchu , zapewnia dostęp do rurki intubacyjnej w zestawie lustro ułatwiające obserwację twarzy pacjenta , poduszka z pianki poliuretanowej , lusterko wykonane z akrylu wymiary poduszki : wysokość 14.83 , szerokość 24.13cm , długość 30.61cm bez DEHP nie zawiera lateksu .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pakiet nr 34**

**Poz. 1 :**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawk dwuczęściowych wyposażonych w przezroczysty cylinder oraz biały kontrastujący tłok firmy Becton Dickinson o skali całkowitej odpowiadającej pojemności nominalnej strzykawki jak obecnie stosowane przez Zamawiającego . Pragniemy nadmienić iż norma dotycząca strzykawk PN-EN ISO 7886-1 nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach oraz kontrastującego , kolorowego tłoka , gdyż stosowanie w/w rozwiązania nie ma żadnego uzasadnienia medycznego . Powyższe ograniczają konkurencje .

**Odpowiedź : Tak .**

2.Prosimy o dopuszczenie strzykawk z pojedynczą kryzą na korpusie strzykawki .

**Odpowiedź : Tak .**

3.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 20ml pakowanych po 80 sztuk. Z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym .

**Odpowiedź : Tak .**

4.Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej za 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Poz. 4 :**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 100ml z pojedynczą skalą pomiarowa

**Odpowiedź : Tak .**

**Poz. 3,5,6:**

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk wyposażonych jednostronna skalą pomiarową . Pragniemy podkreślić , iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań . Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawk do pomp infuzyjnych nie narusza obowiązku posiadania przez strzykawki przeznaczone do pomp infuzyjnych obustronnej skali .

**Odpowiedź : Tak .**

2.Prosimy o wyjaśnienie czy strzykawka do pomp infuzyjnych mają być wpisane w menu pompy .

**Odpowiedź : Zgodnie z wymaganiami w SIWZ .**

**Pakiet nr 39 :**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunku do mocowania cewnika zewnątrz oponowego w dowolnym rozmiarze .

Cewnik jest utrzymywany i zabezpieczony przez zagięciem miękkim piankowym elementem z zewnątrz miejsce wkłucia jest osłonięte paroprzepuszczalną folią pozwalającą na stały wgląd miejsca wkłucia .

**Odpowiedź ; Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet nr 73 :**

**Poz.1 :**

1.Prosimy o dopuszczenie rękawic winylowych bezpudrowych . Pragniemy podkreślić pudrowane dodatkowo zwiększają ryzyko występowania alergii .

**Odpowiedź : Tak .**

**Poz. 2 :**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic po 100szt. (90szt. dla rozm. XL )

**Odpowiedź : Tak z odpowiednim przeliczeniem ilości w SIWZ .**

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawice nitrylowe winne być przebadane ma nim 8 związków chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważne w tym zasadę organiczną i nieorganiczną , kwas organiczny i nieorganiczny 33% formalinę i 70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony (raport jednostki niezależnej od producenta załączony do oferty) oraz min 13 cytostatyków wg ASTM D 6978-05 (raport załączony do oferty) .

**Odpowiedź : Wymagania Zamawiający określił w SIWZ .**

**Poz. 3 :**

1. W związku z tym , że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjne . Pragniemy zaznaczyć , że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej .

**Odpowiedź : Wymagania Zamawiający określił w SIWZ .**

2. czy rękawice mają stanowić ochronę zarówno dla pacjenta jak i użytkownika co ma mieć stosowne odzwierciedlenie w oznakowaniu rękawic tj. czy należy do oferty załączyć certyfikaty dla wyrobu medycznego klasy IIa oraz środka ochrony osobistej kategorii III .

**Odpowiedź : Wymagania Zamawiający określił w SIWZ .**

3. Z uwagi na fakt , że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie , czy wymaga zawartości protein <37ug/g rękawicy .

**Odpowiedź : Wymagania Zamawiający określił w SIWZ .**

**Poz. 4 :**

1. W związku z tym , że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie . Pragniemy zaznaczyć , że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej .

**Odpowiedź : Wymagania Zamawiający określił w SIWZ .**

2. Z uwagi na fakt , że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu , prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zawartości protein < 10ug/g rękawicy potwierdzonego badaniami niezależnego laboratorium od producenta .

**Odpowiedź : Wymagania Zamawiający określił w SIWZ .**

3. Prosimy o doprecyzowanie czy rękawice powinny być wewnętrzną powłoką ułatwiającą zakładanie (polimerową) z fabryczną informacją na opakowaniu , co potwierdza , iż każde dostarczane opakowanie zawiera rękawice z taką powłoką .

**Odpowiedź : Wymagania Zamawiający określił w SIWZ .**

**Poz. 5 :**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznymi bezpyłkowymi półsyntetycznymi lateksowo nitrylowymi , trójwarstwowymi . Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana , antypoślizgowa . Warstwa wewnętrzna 100% nitryl , dodatkowo pokrytej warstwą silikonu , co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu , dając jednocześnie komfort użytkownika naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie . Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65 , opakowanie max. 50par , sterylizowane radiacyjnie , anatomicznie , mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami . Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe .

**Odpowiedź : Tak .**

**Pakiet nr 28 poz. 50 :**

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 50 z pakietu 28 w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty .

**Odpowiedź : Nie .**

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1 poz. 13**

Czy Zamawiający wymaga kraniku trójdrożnego wykonanego z poliamidu z pokrętłem posiadającym optyczny i wyczuwalny indykator pozycji otwarty - zamknięty, pakowanego pojedynczo, sterylne.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ww kranik .**

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 poz. 15**

Czy Zamawiający będzie wymagał zestawu do precyzyjnej kontroli przepływu wyposażonego w kołową regulację ze skalą od 0-250 pozwalającą na obsługę jedną ręką, który dotychczas jest użytkowany w Szpitalu ?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ww zestaw .**

**Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 1 poz. 28**

Czy nie nastąpiła omyłka i Zamawiający w tej pozycji wymaga rozmiarów motylków 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,1

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 1 poz. 29 i 30**

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 1 poz. 31**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie poniższych kaniul, które są kaniulami równoważnymi: Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do iniekcji, wykonane z poliuretanu, posiadają: samozamykający się zawór górnego portu, 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, duże skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, posiada komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, międzynarodowy kod kolorów, nazwę producenta umieszczoną bezpośrednio na kaniuli, mechanizm zapobiegający przypadkowemu otwieraniu się koreczka portu bocznego aktywowany ruchem obrotowym, posiadające badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowane EO, międzynarodowy kod kolorów, rozmiary:

24G dł.19mm (przepływ 22ml/min); 22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min); 20 G dł. 25mm (przepływ 65ml/min); 20G dł. 33mm (przepływ 61ml/min); 18G dł. 33mm (przepływ 103ml/min); 18G dł. 45mm (przepływ 96ml/min); 17G dł. 45mm (przepływ 128ml/min); 16G dł. 50mm (przepływ 196ml/min); 14G dł. 50mm (przepływ 343ml/min), sterylne

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 1 poz. 32**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bez portu bocznego 24 G dł. 19 mm o przepływie 22 ml spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ.

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 1 poz. 42**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie wkłucia do żył centralnych 3 żyłowego o rozmiarze cewnika 16/18/18G spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ.

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 2 poz. 37 i 38**

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Wyrażenie zgodny pozwoli na złożenie ofert większemu gronu oferentów, co wpłynie korzystnie na bilans ekonomiczny postępowania.

**Odpowiedź : Nie .**

**Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 28 poz. 1**

Czy dla Zamawiającego w tej pozycji ma na myśli elektrody do czasowej stymulacji serca ES2Z?

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 28 poz. 16**

Czy Zamawiający w tej pozycji wymaga pojemność 250 ml czy 0,5 l?

**Odpowiedź : Pojemność 0,5l .**

**Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 28 poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 3,5 l zamiast 3 l?

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 28 poz. 22**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła 50 cm o dł. 50 metrów z odpowiednim przeliczeniem ilości spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ.

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 28 poz. 25**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych zestawów do enemu sterylnego, wyposażonego w worek o pojemności 1750 ml dren dł. 1,3-1,5 metra z miękkim zakończeniem, wyposażonego w dwa otwory boczne i zacisk na drenie, który jest pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe.

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 28 poz. 28**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaciskacza do pępowiny sterylnej pakowanego w opakowanie foliowe z opisem w języku polskim.

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 28 poz. 36**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego foliowego pakowanego po 100 szt.

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 28 poz. 40**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o szerokości 51 cm spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ.

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 28 poz. 41**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podkładów na rolce o szerokości 60 cm z perforacją co 50 cm spełniające resztę postawionych wymagań SIWZ.

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 28 poz. 53**

Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź : Nie .**

**Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 33 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaofiarowania cewników foleja w rozm. 10-26.

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 33 poz. 11**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie drenu lateksowego Pezzerera wykonanego z lateksu naturalnego, w odcinku dystalnym trzy otwory. Pakowany podwójnie folia/ folia-papier rozm. 18 do 36.

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 33 poz. 22**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie maski do podawania tlenu dla dzieci z drenem o długości ok. 2000 mm spełniającego resztę postawionych wymagań SIWZ ?

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 33 poz. 24**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie maski do tlenu sterylnej nie zawierającego lateksu spełniającej resztę postawionych wymogów w SIWZ.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 33 poz. 25**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej sterylnej dla dzieci z standardowym łącznikiem spełniającego resztę wymogów SIWZ

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu.

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 34 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 34 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu jednostkowym widniała informacja o braku zawartości ftalanów na opakowaniu jednostkowym ?

**Odpowiedź : Wymagania Zamawiający określił w SIWZ .**

**Pytanie nr 26 dotyczy pakietu nr 34 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 34 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki TBC z pojedynczą skalą pomiarową spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ.

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 34 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 74 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 74): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

**Odpowiedź : Wymagania Zamawiający określił w SIWZ .**

**Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 74 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 74): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

**Odpowiedź : Tak .**

**Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 74 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 74): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza , nie wymaga .**

**Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 74 poz. 1**

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 74): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w bariery wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Bariery boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza , nie wymaga .**

**Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 74 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 74): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

**Odpowiedź : Tak .**

**Pyt. 1 Pakiet nr 27 :**



Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć ofertę na pozycje

1,2,3,4,9,10,13,14,16 :

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**I dopuści :**

**Poz.1 :**

Prowadnica do dróg żółciowych jednorazowego użytku do dróg żółciowych , dwukolorowa , średnica 0,35 , długość 450cm , powłoka hydrofilna 6,5cm , końcówka prosta lub zgięta .

**Odpowiedź : Nie .**

**Poz. 2 :**

Sfinkterotom 3-kanalowy jednorazowy , oddzielne kanały do prowadnika , drutu tnącego i iniekcji środka kontrastującego , stabilne ustawienie drutu tnącego , system dystalnego oznakowania ułatwiający sfinkterotomię . Średnica 2,5mm , długość robocza 2000mm , długość cięciwy tnącej 25mm.

**Odpowiedź : Nie .**

**Poz. 3 :**

Pętla do polipektomii , średnica pętli 15,24,36mm jednorazowa , owalna , pleciony drut standardowy 0,47mm , długość robocza 2300mm.

**Odpowiedź : Nie .**

**Poz. 9 :**

Koszyk do usuwania złożeń jednorazowy 4-ramienny obrotowy bez kanału na prowadnik , zaokrąglona końcówka z portem iniecyjnym . Minimalna średnica kanału roboczego 2-3mm , długość robocza 2000mm , kształt trapezoidalny .

**Odpowiedź : Nie .**

**Poz. 10 :**

Balon do usuwania złożeń jednorazowy . Trójkanałowy , trójstopniowy z możliwością pompowania balonu do trzech rozmiarów 9/12/15mm , długość robocza 2000mm . Współpracujący z prowadnikiem 0,035.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**Poz. 13 :**

Igła endoskopowa jednorazowa ze stali nierdzewnej z końcówką ściętą , port do iniekcji w osi narzędzia . Mechanizm blokujący igłę .

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**Poz. 16 :**

Szczypce biopsyjne do gastroskopu i kolonoskopu jednorazowego użytku , dł. Robocza 180cm i 230cm , sr. Szczęk 2-3mm , szer. Otwarcia szczęk 6-7mm , łyżeczki owalne z okienkiem z igłą i bez igły .

**Odpowiedź : Nie .**

**1. Pakiet nr 17, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, rozmiar staplera 25 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5 mm, ergonomiczny uchwyt pokryty antypoślizgową, gumową powłoką?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**2. Pakiet nr 17, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, rozmiar staplera 21 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5 mm, ergonomiczny uchwyt pokryty antypoślizgową, gumową powłoką?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**3. Pakiet nr 17, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, rozmiar staplera 29 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5 mm, ergonomiczny uchwyt pokryty antypoślizgową, gumową powłoką?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**4. Pakiet nr 17, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, rozmiar staplera 33 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5 mm, ergonomiczny uchwyt pokryty antypoślizgową, gumową powłoką?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**5. Pakiet nr 17, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, rozmiar staplera 33 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5mm, ergonomiczny uchwyt pokryty antypoślizgową, gumową powłoką?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**6. Pakiet nr 17, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm), stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**7. Pakiet nr 17, pozycja 7 i 9**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek i sekwencyjną regulacją wysokości zamknięcia zszywek oraz osobno pakowany, kompatybilny, uniwersalny ładunek przeznaczony w zależności od ustawienia na staplerze do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) lub grubej (2 mm po zamknięciu), posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D, o długości linii szwu 81 mm?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**8. Pakiet nr 17, pozycja 8 i 10**

Czy Zamawiający dopuści uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zamknięcia zszywek, przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) lub grubej (2 mm po zamknięciu), ładunek posiada sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm, nowy nóż w każdym ładunku?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**9. Pakiet nr 17, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0mm), 4 rzędy zszywek, stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**10. Pakiet nr 17, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm), 4 rzędy zszywek?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**11. Pakiet nr 17, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm), 4 rzędy zszywek?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**12. Pakiet nr 17, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki grubej (wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm)?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**13. Pakiet nr 17, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, bezostrzowy trokar zakończony dwoma separatorami tkanek, o średnicy odpowiednio 11, 12, 12, 5 mm i długości 100 mm każdy, trokar z przezierną kaniulą na całej długości w celu lepszej wizualizacji, kaniula rowkowana (niegwintowana) ze ściętym szczytem, trokar umożliwiający insuflację i desuflację, wszystkie staplery i ładunki laparoskopowe tego samego producenta są kompatybilne z trokarem o rozmiarze 12mm?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**14. Pakiet nr 17, pozycja 15**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający, podając przy ilościach trokarów jako jednostkę miary opakowanie, miał na myśli odpowiednio 240, 12, 12, 18 opakowań po 6 szt. każde, czyli odpowiednio 1140, 72, 72, 108 szt.?

**Odpowiedź : Zamawiający miał na myśli sztuki .**

**15. Pakiet nr 17, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści stapler laparoskopowy kilkakrotnego użytku podczas jednego zabiegu, z wbudowaną artykulacją, przeznaczony do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 mm lub 60 mm, długość ramienia 28 cm lub 34 cm (Zamawiający określi długość bransz staplera oraz długość ramienia przy składaniu zamówienia)?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**16. Pakiet nr 17, pozycja 17**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm po zamknięciu 2,0mm), 4 rzędy zszywek, stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**17. Pakiet nr 17, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek liniowy do staplera laparoskopowego umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładunek do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm), ładowany w szczęki staplera, przechodzący przez trokar o średnicy 12mm?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**18. Pakiet nr 17, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek liniowy do staplera laparoskopowego umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładunek do tkanki grubej, przechodzący przez trokar o średnicy 12mm?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**19. Pakiet nr 17, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek liniowy do staplera laparoskopowego umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładunek do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm), ładowany w szczęki staplera, przechodzący przez trokar o średnicy 12mm?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**20. Pakiet nr 17, pozycja 21**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek liniowy do staplera laparoskopowego umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładunek do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm), ładowany w szczęki staplera, przechodzący przez trokar o średnicy 12mm?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**21. Pakiet nr 17, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek liniowy do staplera laparoskopowego umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładunek do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm), ładowany w szczęki staplera, przechodzący przez trokar o średnicy 12mm?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**22. Pakiet nr 17, pozycja 23**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek liniowy do staplera laparoskopowego umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładunek do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm), ładowany w szczęki staplera, przechodzący przez trokar o średnicy 12mm?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**23. Pakiet nr 17, pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek liniowy do staplera laparoskopowego umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładunek do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm), ładowany w szczęki staplera, przechodzący przez trokar o średnicy 12mm?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**24. Pakiet nr 17, pozycja 27**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe narzędzie do koagulowania i przecinania tkanek, zamykające naczynia o średnicy do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną oraz kontrolę termiczną termofuzji tkanek, średnica ramienia 5mm, dł. 35cm, zakrzywione bransze, trzon obracany o 360 stopni? Wykonawca zobowiązuje się użyć Zamawiającemu na czas trwania umowy generator kompatybilny z oferowanym narzędziem.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**25. Pakiet nr 17, pozycja 28**

Czy Zamawiający dopuści jednorazową końcówkę do noża harmonicznego dł. 9 cm, końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min, kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji, technologia adaptacji do tkanki automatycznie obniżająca poziom mocy gdy proces cięcia i koagulacji tkanki dobiega końca, narzędzie informuje użytkownika o obniżeniu poziomu mocy za pomocą sygnalizacji akustycznej? Wykonawca zobowiązuje się użyć Zamawiającemu na czas trwania umowy wszelki sprzęt niezbędny do obsługi oferowanego narzędzia tj. generator, konektor oraz wielorazowy przetwornik piezoelektryczny.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**26. Pakiet nr 17, pozycja 29**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe narzędzie do koagulowania i przecinania tkanek, zamykające naczynia o średnicy do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną oraz kontrolę termiczną termofuzji tkanek, średnica ramienia 5mm, dł. 35cm, zakrzywione bransze, trzon

obracany o 360 stopni? Wykonawca zobowiązuje się użyć Zamawiającemu na czas trwania umowy generator kompatybilny z oferowanym narzędziem.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**27. Pakiet nr 17, pozycja 30**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe narzędzie do koagulowania i przecinania tkanek, z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 38mm, długość ramienia 20cm. Rotacja pełna 360°, dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim (górny niebieski aktywuje energię, dolny szary uruchamia nóż), końcówka zaprojektowana do jednoręcznego użycia? Wykonawca zobowiązuje się użyć Zamawiającemu na czas trwania umowy generator kompatybilny z oferowanym narzędziem.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**28. Pakiet nr 17, pozycja 31**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe narzędzie do koagulowania i przecinania tkanek, zamykające naczynia o średnicy do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną oraz kontrolę termiczną termofuzji tkanek, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze o długości 40mm, długość ramienia 22 cm, trzon obracany o 360 stopni? Wykonawca zobowiązuje się użyć Zamawiającemu na czas trwania umowy generator kompatybilny z oferowanym narzędziem.

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**29. Pakiet nr 17, pozycja 32**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm), 4 rzędy zszywek, stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**30. Pakiet nr 17, pozycja 33**

Czy Zamawiający dopuści ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm)?

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**31. Pakiet nr 17, pozycja 34**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ładunki liniowe do staplera laparoskopowego o rozmiarze 45 lub 60 mm, o jednakowej wysokości zszywek w każdym rzędzie, ładowane w szczęki staplera, wysokość otwartych zszywek 2,0 mm, 2,5 mm lub 3,5 mm (Zamawiający określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia)?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**32. Pakiet nr 17, pozycja 35**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe ładunki liniowe do staplera laparoskopowego o rozmiarze 45 lub 60 mm, o jednakowej wysokości zszywek w każdym rzędzie, ładowane w szczęki staplera, wysokość otwartych zszywek 3,5 mm, 3,8 mm lub 4,1 mm, (Zamawiający określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia)?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**33. Pakiet nr 17, pozycja 36 i 37**

Czy Zamawiający w miejsce stalowego staplera wielokrotnego użytku o długości 90 mm oraz 36 ładunków ze zszywkami stalowymi o wysokości 3,8 mm dopuści 36 jednorazowych staplerów liniowych z nożem o długości linii szwu 102mm załadowanych ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,85 mm, po zamknięciu 1,5 mm)?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**34. Pakiet nr 17, pozycja 38**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy ładunek liniowy do staplera laparoskopowego umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładunek do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm), ładowany w szczęki staplera?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**35. Pakiet nr 17, pozycja 39**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek i sekwencyjną regulacją wysokości zamknięcia zszywek oraz osobno pakowany, kompatybilny, uniwersalny ładunek przeznaczony w zależności od ustawienia na staplerze do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) lub grubej (2 mm po zamknięciu), posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D, o długości linii szwu 61 mm?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**36. Pakiet nr 17, pozycja 40**

Czy Zamawiający dopuści uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zamknięcia zszywek, przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) lub grubej (2 mm po zamknięciu), ładunek posiada sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm, nowy nóż w każdym ładunku?

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**1.Dotyczy wzoru umowy § 6 ustęp 4 :** czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu ustępu 4 na następujący „całkowita wysokość kar nie może przekroczyć 20% wartości umowy .

**Odpowiedź : zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .**

**2.Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pakiet nr 27 poz. 1 :** Czy zamawiający dopuści zaoferowanie przewodnicy jednorazowego użytku , średnica 0,035” , długość robocza 4500mm , giętka prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm , widoczna w promieniach RTG , posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej 50mm-70mm zielony znacznik 80mm-90mm znacznik spiralny 90mm-400mm znacznik X specjalny rdzeń wykonany z nitymolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego przewodnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1,1 : flurowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe 1 sztuka w opakowaniu .

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**3.Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pakiet nr 27 pozycja 2 :** czy zamawiający dopuści zaoferowanie sfinkterotomu tójkanałowego o śr. 4,5Fr , oddzielne kanały do podawania kontrastu i do przewodnicy 0,035 kontrastująca końcówka ze znacznikami , zakrzywiony jednorazowego użytku cięciwa 20,25,30mm, nosek 3mm zwężany – 1 szt. , długość narzędzia 195 cm minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**4.Dotyczy załącznika nr 1 do IWZ pakiet nr 27 poz. 3 :** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli elektrochirurgicznych kolonoskopowych jednorazowego użytku , kształt owalny , średnica pętli 15i20 mm pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47mm , rękojeść skalowana co 10mm , długość narzędzia 2300mm , maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm , minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm , 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach .

**Odpowiedź ; Nie .**

**5.Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pakiet nr 27 poz. 4 :** czy zamawiający biorąc pod uwagę niepodzielne opakowanie dopuści zaoferowanie 50 sztuk jednorazowych szczoteczek dwustronnych do czyszczenia kanałów endoskopów , długość robocza 950mm , średnica włosa 6mm , długość włosa 8mm , posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych , produkt niesterylny , pasuje do kanałów endoskopów o śr. 2,0mm-3,2mm , 50 sztuk w opakowaniu .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**6.Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pakiet nr 27 poz. 8 :** czy zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego zestawu do wprowadzania protez 8,5 i 10 Fr typu one-action , długość narzędzia 1900mm , posiada haczyk C , posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym , a końcówką dystalną protezy , minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm , maksymalna średnica przewodnicy 0,035” , 1 sztuka w opakowaniu .

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**7.Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pakiet nr 27 poz. 9 :** czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego koszyka do usuwania kamieni z dróg żółciowych , złożeń i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych typ 4-drutowy , wykonany z twardego drutu , maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm , minimalna średnica endoskopu 3,7mm , , maksymalna średnica współpracującej przewodnicy 0,035” (0,89mm) , szerokość rozłożonego koszyka 22mm , długość robocza narzędzia 1900mm na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko , które umożliwia wprowadzenie koszyka po przewodnicy , narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym BML -110A, posiada port iniekcyjny , posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu , kompatybilny z V-Systemem –posiada znacznik V dostarczany w sterylnym pakiecie , gotowy do użytku , 1 sztuka w opakowaniu .

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**8.Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pakiet nr 27 poz. 10 :** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowego balonu trójkanałowego do usuwania złożeń z dróg żółciowych , balon można napompować do 3 średnic 8,5mm , 11,5mm , 15,0mm , narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu , na końcu dystalnym i proksymalnym balonu znajduje się po 1 znaczniku widocznym w promieniach RTG , narzędzie posiada zwężoną końcówkę ułatwiająca przejście przez zwężenia , maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,7mm , zewnętrzna śr. Dystalnej części cewnika 1,85mm (5,5Fr) , zewnętrzna średnica proksymalnej części

cewnika 2,45mm(7Fr) , długość narzędzia 1900mm , maksymalna pojemność balonu 3,4ml powietrza , kompatybilna prowadnica 0,035" lub mniejsza , narzędzie wprowadzane jest do prowadnicy na całej jego długości (ove-the-wre) minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm w zestawie 3 odpowiednio skalibrowane strzykawki do napełniania balonu do wybranej średnicy , narzędzie dostarczane jest z umieszczonym w części dystalnej narzędzia mandrynem zapewniającym stabilność oraz nieprzepuszczająca światła osłonka na balon , 1 sztuka w opakowaniu.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**9.Dotyczy załącznika nr 1 pakiet nr 27 poz. 13 :** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych igieł iniekcyjnych gastroscopowych do ostrzykiwania i hemostazy , posiada usztywnioną osłonkę zabezpieczającą przed przekłuciem kanału , blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki , posiada port do podawania leków , długość robocza narzędzia 1650mm , długość igły 4,5,6,mm , średnica igły 21 , 23 25G kąt ścięcia ostrza igły 14 stopni optymalny do tkanki górnego odcinka przewodu pokarmowego , maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm , minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm , 5 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach .

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**10.Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ pakiet nr 27 poz. 18 :** czy zamawiający dopuści zaoferowanie szczypek biopsyjnych jednorazowego użytku , łyżeczki owalne z okienkiem z igłą i bez igły , łyżeczki do biopsji stycznych , łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach , szara teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów , długość narzędzia 1550 , 230mm maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm , minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm w opakowaniu 20sztuk oddzielne zapakowanych w sterylne pakiety szczypek sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma.

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .**

**Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2 :**

Czy Zamawiający dopuści maskę kraniową typu Ambu sterylną jednorazowego użytku , pakowaną pojedynczo z delikatnym mankietem rurki maski zgodnie z budową anatomiczną gardła , ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta z luźnym drenem do napełniania mankieta z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni , posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce , rozmiar maski , wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski w rozmiarach poniżej 7kg , 7-17kg , 17-30kg , 30-50kg , 50-70kg , 70-100kg .

**Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .**

**Dotyczy pakietu nr 9 poz. 3 :**

Czy Zamawiający dopuści układy oddechowe do aparatu do znieczuleń mikrobiologicznie czyste .

**Odpowiedź : Dopuszczamy .**

**Dotyczy pakietu nr 9 poz. 8 - 11 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu , co umożliwiłoby złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych .

**Odpowiedź : Nie .**

**Dotyczy pakietu nr 28 poz. 50 - 52 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu , co umożliwiłoby złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych .

**Odpowiedź : Nie .**

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 67 (zestaw do osocza bogato płytkowego)**

Czy celem zwiększenia konkurencyjności oraz uzyskania najkorzystniejszej ceny Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego opisany poniżej .

Jednorazowy sterylny zestaw zabiegowy do separacji osocza bogatopłytkowego umożliwiający pobranie 13,5ml krwi pacjenta i uzyskanie minimum średnio ok. 3,7ml osocza bogatopłytkowego . System gwarantuje odzyskanie ponad 90% trombocytów o stężeniu min. 1mln PLT w mikrolitrze z możliwością płynnej regulacji koncentracji pobranego preparatu . Pozyskiwanie preparatu odbywa się metodą kożuszka leukocytarno – płytkowego w procesie wirowania , które trwa ok. 4-6min. Na system składają się specjalna tuba 15ml do separacji osocza bogatopłytkowego , strzykawki 20ml , 10ml , 5ml , igła typu motylek 1,1x19mm , igły 0,8x50mm , 1,1x36mm i 0,6x23mm oraz antykoagulat i przeciwwaga .

W ramach oferty Wykonawca zapewnia na czas realizacji umowy nieodpłatnie wirówkę medyczną .

**Odpowiedź : Nie .**

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 67 (zestaw do osocza bogatopłytkowego)**

Czy celem zwiększenia konkurencyjności oraz uzyskania najkorzystniejszej ceny Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego opisany poniżej .

Jednorazowy zestaw zabiegowy do separacji osocza bogatopłytkowego .

Umożliwiający pobranie 18ml krwi pacjenta i uzyskanie średnio ok. 5ml osocza bogatopłytkowego gwarantujący odzyskanie ponad 90% trombocytów o stężeniu min. 1 mln PLT w mikrolitrze z możliwością płynnej regulacji koncentracji pobranego preparatu . Pozyskanie preparatu odbywa się metodą kożuszka leukocytarno –płytkowego w procesie jednokrotnego wirowania , które trwa ok. 3-5min. Na system składają się specjalne tuba 20ml do separacji osocza bogatopłytkowego , strzykawki 20ml , 10ml , 5ml , 3ml , igła typu motylek 1,1x19mm , igły 0,8x50mm i 0,6x23mm oraz antykoagulant i przeciwwaga . W ramach oferty Wykonawca zapewnia na czas realizacji umowy nieodpłatnie wirówkę medyczną z rotorem horyzontalnym .

**Odpowiedź : Nie .**

**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 2 :**

Wnosimy do zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 8 poz. 2 do osobnego pakietu . Podział pakietu nie narusza zapisów ustawy Prawo zamówień Publicznych spowoduje większą konkurencyjność , a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie .

**Odpowiedź : Nie .**

**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 3 :**

Wnosimy do zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 8 poz. 3 do osobnego pakietu . Podział pakietu nie narusza zapisów ustawy Prawo zamówień Publicznych spowoduje większą konkurencyjność , a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie .

**Odpowiedź : Nie .**

**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 2 :**

Wnosimy do zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 8 poz. 2 do osobnego pakietu . Podział pakietu nie narusza zapisów ustawy Prawo zamówień Publicznych spowoduje większą konkurencyjność , a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie .

**Odpowiedź : Nie .**

**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 3 :**

Wnosimy do zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 8 poz. 3 do osobnego pakietu . Podział pakietu nie narusza zapisów ustawy Prawo zamówień Publicznych spowoduje większą konkurencyjność , a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie .

**Odpowiedź : Nie .**

**Dotyczy pakietu nr 8 poz. 3 :**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 8 poz. 3 wkładów workowych jednorazowego użytku System”Serres”

Wkłady , które chcemy zaoferować Państwu charakteryzują się :

-kompatybilne z ssakiem Wiktoria Versa Lipos

-wkład workowy z jednym portem przyłączeniowym – w kierunku pacjenta

-wkład workowy uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister

-skonstruowany w sposób , który przy wymianie wkładu będzie wymagał odłączania od pokrywy jedynie drenu pacjenta

-wyposażony w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem

-posiada szeroki port na pokrywie do napełniania proszkiem żelującym oraz tylko jeden króciec przyłączeniowy dwu funkcyjny z opcją ortopedyczna o średnicy wew. Min. 12mm

Takie konstrukcyjne rozwiązanie czyni system znacznie nowocześniejszym i bezpieczniejszym od opisanego w SIWZ , ponieważ czynności personelu w trakcie zmiany wkładu workowego ograniczone są do obsługi tylko jednego króćca . tylko jeden króciec przyłączeniowy we wkładzie workowym eliminuje w 100% prawdopodobieństwo odwrotnego podłączenia drenów . W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się dostarczyć nieodpłatnie na czas związania umowa kanistry wielokrotnego użytku kompatybilne z ssakiem Wiktoria Versa , Lipos 2- litrowe oraz osprzęt mocujący .

**Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu nr 18 poz. 6 :**

Wnosimy do zamawiającego o dopuszczenie drenu silikonowego wielokrotnego użytku , możliwość sterylizacji parowej o długości 5 m z możliwością przycinania dowolnej długości , kompatybilny ze ssakiem Hspivac 350 .

**Odpowiedź : Tak .**

**Dotyczy pakietu nr 37 poz. 1 :**

Wnosimy do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 37 poz. 1 do osobnego pakietu . Podział pakietu nie narusza za zapisów ustawy Prawo zamówień Publicznych spowoduje większą konkurencyjność , a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie .

**Odpowiedź : Nie .**

**Dotyczy § 6 ust. 2 lit. C) wzoru umowy :**

Paragraf sześć ust. 2c wzoru umowy zawiera informację , że Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne za „ odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego” . Naszym zdaniem – kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej dostawy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości nieopłaconych faktur w terminie a nie wartości wszystkich wystawionych faktur . Taki zapis sprawia , że strony umowy są równoprawne . Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 10% wartości nie wykonanego w terminie świadczenia ( czyli dostawy) .

**Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .**

**Dotyczy § 10 ust. 2 wzoru umowy :**

W/w ust. Zawiera informację , iż : 2.Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili :

-w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub ze zwłoką

-jeżeli Dostawca odmówi dostarczenia towaru Zamawiającemu z jakiegokolwiek przyczyny

Zapis taki sprawia , że strony są nie są równoprawne . Zdarzyć się może , że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonanie dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności . Pozostawiony w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu nie nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesną możliwością rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym . Z uwagi na powyższe wnosimy o modyfikację w/w wzoru umowy i dodanie treści „za wyjątkiem nieterminowego regulowania przez Zamawiającego należności dostarczane wyroby:

**Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .**

**Dotyczy § 11 ust. 5 wzoru umowy :**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 11 ust. 5 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu ... z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej , niekorespondującej z aktualnymi cenami tynkowymi . Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczną dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron , a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia , że strony umowy nie będą równoprawne , gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej . W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie .

**Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .**

**Dotyczy wzoru umowy –załącznik do SIWZ :**

1.Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 6 ust.2c) wzoru umowy w następujący sposób :

c)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy 10% wartości niezrealizowanej części umowy .

**2.Dotyczy § 7 umowy :**

Prosimy o uściślenie , że w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto

3.prosimy o modyfikację § 18 ust. 4 Zamawiający może zrezygnować w trakcie realizacji umowy maksymalnie z 20% całkowitej wartości zamówienia .

4.Dotyczy § 10 ust. 2 umowy :

Prosimy o zmianę ww zapisu na następujący :

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić jednostronnie w każdej chwili :

-w trybie określonym w art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

-w przypadku trzykrotnego dostarczenia towaru złej jakości lub ze zwłoką

-jeśli Dostawca odmówi dostarczenia towaru zamawiającemu z jakiegokolwiek przyczyny za wyjątkiem sytuacji wstrzymania dostaw wynikających z zaległości płatniczych zamawiającego przekraczających 30dni .

5.Prosimy Zamawiającego o modyfikację § 17 wzoru umowy poprzez dodanie zastrzeżenia: zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić .

**Odpowiedź : Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy Istotnych Postanowień Umowy .**

Kierownik Zamawiającego