

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 02.08.2018r.

Wysokie Mazowieckie dn. 01.08.2018r.

### **Wg rozdzielnika**

Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu jednorazowego użytku, Nr sprawy 12 / 2018 .

#### **Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr8 poz. 3 i 1 :**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie łyżki ze stali nierdzewnej pakowanej w folia -papier, w rozmiarach MacIntosh 0, 1, 2, 3, 4, 5 i Miller 00, zachowując pozostałe wymogi zwarte w SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr8 poz. 3 :**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie łyżki MacIntosh zgodnej z opisem w rozmiarach 00 - 5, pochodzące od jednego producenta, pakowane folia-papier, zachowując pozostałe wymogi zwarte w SIWZ.

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza**

#### **Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr8 poz. 3 :**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie łyżki wykonanej ze stali nierdzewnej MacIntosh rozmiar 1 - 5 oraz Miller rozmiar 00, 0 pochodzące od jednego producenta, pakowane folia-folia ,z zabudowanym /osłoniętym modulem światłowodu, dającym mocne , skupione światło na końcu łyżki , zachowując pozostałe wymogi zwarte w SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 39 poz. 3 :**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długości 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apiogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewód z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 39 poz. 3 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 39 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

**Odpowiedź: Nie**

#### **Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 39 poz. 4 :**

Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 Fr długości: 15 cm oraz 14FR długości: 17 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apiogenny kompletny do implantacji?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 39 poz. 4 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z pakiet 39 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 5 poz. 3 :**

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 5 poz. 3 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 5 poz. 3 :**

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 5 poz. 3 szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 40 poz. 3 :**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 40 poz. 3 dopuści** aspirator o średnicy 3mm?- Taka różnica w rozmiarze nie ma wpływu na skuteczność wykonywanego badania.

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza**

**Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 43 :**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o korektę opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ nazwa Pedi-Padz II odnosi się bezpośrednio do elektrod pediatricznych a Zamawiające oczekuje również oferty na elektrody dla dorosłych. Ponadto elektrody dla dorosłych występują w 2 wariantach:

- CPR Stat-Padz – elektrody dla dorosłych wyposażone w czujnik ucisku.
- Stat-Padz II – elektrody dla dorosłych bez czujnika ucisków

Nasze propozycje:

<b>PAKIET nr 43: Elektrody do defibrylatora</b>			
Lp	OPIS	j.m.	il. na rok
1	Elektrody do defibrylatora Zoll (Plus lub Pro)	szt.	
a	dla niemowląt i dzieci do lat 8 - Pedi-Padz II - wymagany okres przydatności do użycia 18m-cy		5
b	dla dorosłych – Stat-Padz II		20

<b>PAKIET nr 43: Elektrody do defibrylatora</b>			
Lp	OPIS	j.m.	il. na rok
1	Elektrody do defibrylatora Zoll (Plus lub Pro)	szt.	
a	dla niemowląt i dzieci do lat 8 - Pedi-Padz II - wymagany okres przydatności do użycia 18m-cy		5
b	dla dorosłych – CPR Stat-Padz - Elektrody dla dorosłych wyposażane w czujnik ucisku.		20

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 5 poz.1 :**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu nr 5 „**Różne**” pozycji nr 1 zawierającej Testy Ureazowe do osobnego pakietu?

Uzasadnienie: Testy ureazowe są szczególnym testem diagnostycznym, nie mającym nic wspólnego z pozostałymi pozycjami w pakiecie i samym pakietem [Materiały ginekologiczne] .

W dostawie testów ureazowych do diagnostyki *in vitro* specjalizują się dystrybutorzy, którzy zajmują się kompleksowo diagnostyką laboratoryjną *in vitro*, a testami w kierunku *Helicobacter pylori* w szczególności. Wydzielenie ich umożliwi złożenie oferty tym firmom, a Zamawiającemu uzyskanie właściwego testu po najniższej cenie.

Szpital uniknie w ten sposób np. groźby dostawy wadliwych testów starej generacji - po zawyżonych cenach.

Testy ureazowe są wykorzystywane w bardzo drogie i skomplikowanym badaniu gastroscopowym, a fałszywe wyniki uzyskane przez niewłaściwe testy ureazowe skutkować mogą niepotrzebnymi wydatkami na drogie terapie eradykacyjne.

W Polsce 100% użytkowników tych testów mających na uwadze powyższe czynniki wydziela je do dokładnie opisanych , pojedynczych pakietów lub umożliwia złożenie oferty na poszczególne pozycje.

W obecnej postaci przetarg w zakresie Pakietu nr 5 dla pozycji nr1 zawierającej Testy Ureazowe jest czystą fikcją generując jedynie dodatkowe zyski dla hurtowni i firm farmaceutycznych, zawyżając niepotrzebnie cenę dla posiadającego raczej ograniczone środki Szpitala. Rozwiązanie typu drożej i gorzej.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 5 poz.1 :**

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający zgodzi się w Pakiecie nr Nr 5 ( *Różne*) dla pozycji nr 1 na dopuszczenie testów nowej generacji tzw. "suchych" , posiadających szczelne i bezpieczne zamknięcie, łatwy odczyt na pierścieniu wskaźnikowym oraz wyposażone dodatkowo w unikalne narzędzie *Gastrostick* ułatwiające przenoszenie biopłatów (próbek) ze szczypczyków na pole reakcyjne testu?

Uzasadnienie:

Test ureazowy tzw. 'suchy' zapewnia wykrywanie infekcji *Helicobacter pylori* w sposób doskonalszy, który eliminuje wady testu

mokrego, powodującego między innymi: możliwość fałszywie pozytywnych wyników spowodowanych przez krew, żółć,

niewłaściwą jakość płynów oraz występowanie tzw. "blushing effect

Gastrostick - unikatowy , posiadający certyfikat CE , wyrób medyczny ułatwiający w znacznym stopniu bezpieczne i w pełni profesjonalne wykonywanie oznaczeń za pomocą testu ureazowego GOLD Hp dry do diagnostyki *Helicobacter pylori*.

Gastrostick służy do przeniesienia w łatwy i szybki sposób , badanego materiału ( biopłatów ) ze kleszczyków na pole reakcyjne testu ureazowego *GOLD Hp dry*.

Gastrostick jest pewnego rodzaju plastikowym ( PVC ) szpikulcem ( o odpowiednio wyprofilowanych , skośnych krawędziach ułatwiających pobieranie próbki ) zakończonym ergonomicznym uchwytem.

Skutecznie eliminuje on konieczność stosowania adoptowanych do tego celu standardowych , jednorazowych igieł stalowych

Nie istnieją w literaturze żadne merytoryczne argumenty ograniczające w jakikolwiek sposób możliwość stosowania tzw. testów „suchych” w rutynowej diagnostyce medycznej.

Testy te są stosowane od wielu lat na całym świecie skutecznie wypierając testy żelowe i tzw. testy mokre” – z uwagi na ich oczywiste wady.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Kierownik Zamawiającego