

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 18.05.2020 r.
Znak sprawy: 10/2020

Wysokie Mazowieckie, 18.05.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego
Nr post. 10/2020**

Pytanie nr 1 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Meble medyczne, poz.3

Proszę o sprawdzenie i wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w nazwie zabudowy? Jeśli tak, to czy Zamawiający oczekuje wykonania blatu roboczego prostego o wymiarach:

- długość 1230mm
- głębokość 600mm
- wysokość 850mm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Meble z płyt laminowanych z wyposażeniem, poz. 2

Proszę o sprawdzenie i wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska poprzez dodanie dodatkowych wymiarów, które zostały ujęte w tym wierszu? Jeśli tak czy Zamawiający oczekuje Szafy o wymiarach 127cm dł x 156cm wys x 60cm gł. Wyposażona w co najmniej 4 półki.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 3 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Meble z płyt laminowanych z wyposażeniem

Prosimy o potwierdzenie lokalizacji i wymiarów szafy w poz. nr 4.

Odpowiedź: 0.2.3

Pytanie nr 4 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Meble z płyt laminowanych z wyposażeniem, poz. 20

Czy Zamawiający oczekuje dostosowania opisu szafy do dwóch pozostałych szaf opisanych jako komplet do tego samego pomieszczenia tj.

Szafa na leki- o wymiarach 30 cm dł x 60 cm gł x 190 cm wys., w dolnej części do wysokości 90 cm min. 3 szuflady zamykane na klucz, górna część szafy otwarta wyposażona w minimum 4 półki na leki
UWAGA WYKONANIE W CAŁOŚCI Z PŁYTY TRÓJWARSTWOWEJ WIÓROWEJ POKRYTEJ MATERIAŁEM TYPU HPL o grubości min. 1 mm

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Meble z płyt laminowanych z wyposażeniem, poz. 21

Czy Zamawiający oczekuje wyposażenia szafki nad zlewem w ociekacz do naczyń?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Meble z płyt laminowanych z wyposażeniem, poz. 14 i poz. 21

Proszę o potwierdzenie czy wspomniana lodówka pod zabudowę została opisana w poz.1

Wyposażenie medyczne i niemedyczne?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający posiada lodówkę do tego pomieszczenia o wymiarach 185x59x59 cm (0.2.10). Wymienione lodówki opisane w poz. 1 Wyposażenie medyczne i niemedyczne, znajdować się będą w pomieszczeniach 0.2.7 i 0.2.13.

Pytanie nr 7 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wyposażenie medyczne i niemedyczne, poz. 9
W związku z wymogiem Zamawiającego dostawy dygestorium nablatowego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje tym samym dostarczenia dygestorium wyposażonego w filtr do pracy z oparami substancji organicznych i nieorganicznych.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostarczenia dygestorium wyposażonego w filtr jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia urządzenia do kanału wentylacyjnego .

Pytanie nr 8 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wyposażenie medyczne i niemedyczne, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści 3 blaty w formie wyjmowanej tacy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 9 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wyposażenie medyczne i niemedyczne, poz. 15 fotel

Prosimy o udostępnienie rysunku / zdjęcia dla fotela biurowego, a także o uszczegółowienie opisu: czy fotel ma być tapicerowany tkaniną zmywalną, czy ma posiadać podłokietnik stały czy regulowany?

Odpowiedź: Tak, tapicerowany tkaniną zmywalną, podłokietnik regulowany.

Prosimy o sprawdzenie wymiaru: cyt: "regulacja wysokości w zakresie mim. 800mm" - czy nie powinno być min. 80mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 10 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wyposażenie medyczne i niemedyczne, poz. 16 krzesło

Proszę o doprecyzowanie opisu: rama stalowa malowana proszkowo czy chromowana?

Odpowiedź: Malowane proszkowo.

Pytanie nr 11 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wyposażenie medyczne i niemedyczne, poz. 17 fotel wypoczynkowy

Czy Zamawiający dopuści fotel bez nóżek metalowych, przy zachowaniu pozostałych parametrów na niezmiennym poziomie?

Odpowiedź: Tak.

Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści fotel na nóżkach metalowych, ale o wymiarach:

- Wysokość całkowita: 760 mm
- Wysokość siedziska: 450 mm
- Szerokość całkowita: 700 mm
- Szerokość siedziska: 480 mm
- Głębokość całkowita: 600 mm
- Głębokość siedziska: 480 mm

Pytanie nr 12 – dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, Wyposażenie medyczne i niemedyczne, poz. 17 fotel wypoczynkowy

Proszę o sprecyzowanie czy fotel ma być tapicerowany tkaniną zmywalną?

Odpowiedź: Tak.

Kierownik Zamawiającego
Mariola Kucharewicz