ZAŁACZNIK NR 1
PAKIET NR 1 - Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych, endoskopów

L.P	Preparat	Ilość roztworu roboczego w litrach	Ilość preparatu stężonego na okres	Nazwa preparatu stężonego	Oferowane stężenie preparatu	Stawka VAT	Cena brutto za 1 litr preparatu	Cena brutto za 1 litr roztworu roboczego	Wartość brutto ogółem roztworu
1.	Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia narzędzi chirurgicznych i endoskopów (również giętkich); w postaci proszku; na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu) - bez aktywatora; skuteczny na: bakterie (w tym Tbc), grzyby(Aspergillus), wirusy (Polio, Adeno) - do 15min, spory (do 5min - Bacillus subtilis, Cl.difficile) w stężeniu 2%; możliwość użycia w tężeniu 1% w czasie 1h aktywność roztworu 24 godz.; konfekcjonowany w opakowaniach do 6kg.	30 000 L							
2.	Preparat do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów giętkich bez zawartości aldehydów , fenoli QAV i chloru, posiadający pozytywną opinię firmy Olympus SPEKTRUM: B, Tbc, F, V – 15min* S – 3 godz. Możliwość monitorowania aktywności roztworu przy użyciu pasków testowych dostarczanych wraz z preparatem. Op. 1,5kg	1 200 L							

3.	Preparat na bazie tenzydów niejonowych, przeznaczny do wstępnego mycia endoskopów usuwający zanieczyszczenia organiczne op. 2L	6 000 L							
4.	Preparat aldehydu glutarowego do dezynfekcji endoskopów: możliwość stosowania roztworu do 14 dni z możliwością kontroli substancji aktywnej SPEKTRUM; B, Tbc , F, V (1h) ***** Op.5 l. W załączeniu paski testowe 1080 szt.	400 L							
Wartość brutto :									

ZAŁACZNIK NR 1

PAKIET NR 2 - Dezynfekcja powierzchni

L. P	Preparat	Ilość roztworu roboczego	Ilość preparatu stężonego na okres	Nazwa preparatu stężonego	Oferowane Stężenie preparatu	Stawka VAT	Cena brutto za 1 litr preparatu	Cena brutto za 1 litr roztworu roboczego	Wartość brutto ogółem roztworu
1.	Preparat chlorowy w tabletkach do dezynfekcji dużych powierzchni i przedmiotów, w kuchenkach oddziałowych niezanieczyszczonych subst. organicznymi z możliwością stosowania do powierzchni zanieczyszczonych organicznie i zalewania plam krwi . Wymagany system dozowania . SPEKTRUM: B , Tbc , F,V do 15 min (w stęż. aktywnego chloru do 2000 ppm) Należy podać cenę dla powierzchni niezanieczyszczonych w w/w. spektrum **(najniższe stęż.) Wymagany atest dopuszczający dezynfekcję powierzchni kontaktujących się z żywnością** Opakowanie nie większe niż 1kg	70 000 L							

2.	Preparat tlenowy do dezynfekcji inkubatorów. Wymagana pozytywna opinia IMiDz SPEKTRUM: B, F, V (op. Saszetka do 200g)	1 800 L							
3.	Preparat alkoholowy na bazie etanolu gotowy do użycia do dezynfekcji trudno dostępnych powierzchni, **bez zawartości aldehydu glutarowego** chloru, IV – rz zw. amoniowych (QAV) i fenoli. Możliwość stosowania w oddz. pediatrycznych SPEKTRUM: B, F, Tbc,V(BVDV,Adeno,Noro,Roto) Op. Butelka ze spryskiwaczem około1l Op. do 6l	70 L 4 000 L							
4.	Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych na bazie glukoprotaminy, bez dodatku: aldehydów, chloru, fenoli, alkoholi IV – rzęd. zw amoniowych (QAV) i ich pochodnych SPEKTRUM: B, Tbc, F – 30min B,F- 15min Należy podać cenę dla powierzchni nie zanieczyszczonych w spektrum B,F 15min. Op. do 2l z wbudowaną miarką (dozownikiem) Kanister do 6l	200L 1 500 L							

5.	Preparat w koncentracie przeznaczony do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych; oparty o aminy czwartorzędowe, bez aldehydów, alkoholi, fenoli, chloru, innych substancji lotnych; posiadający bardzo dużą kompatybilność materiałową (także powierzchnie metalowe, powierzchnie pokryte linoleum oraz wykonane z tworzyw sztucznych np. pleksiglas) i użytkową; niskie stężenie roztworu roboczego – 0,25%; skuteczny na B, F(Candida A.), wirusy (BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Rotawirus); opakowania 5 l –do każdego kanistra pompa dozująca 20ml; wyrób medyczny. Możliwość stosowania w oddziałach pediatrycznych.	10 000 L							
Wartość brutto:									

ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET NR 3 - Maszynowe mycie i dezynfekcja endoskopów i sprzętu.

Lp.	Preparat	Ilość preparatu stężonego na okres 2-wóch lat	Nazwa preparatu stężonego	Stawka VAT	Cena brutto za 1 litr preparatu stężonego	Wartość brutto ogółem
1.	Płynny, niskopieniący preparat myjący na bazie środków powierzchniowo czynnych , enzymów i środków alkaicznych do maszynowego mycia endoskopów giętkich,i osprzętu endoskopowego. Zastosowanie: mycie manualne, ultradźwiękowe i maszynowe . Kompatybilny z poz. 2 Op. kanister 5 l	90 L				
2.	Płynny, słabo pieniący, środek do maszynowej dezynfekcji endoskopów giętkich i innego sprzętu wrażliwego na temperaturę na bazie aldehydu glutarowego (bez zawartości aldehydu mrówkowego , glioksalu i QAV) Spektrum: B,TBC,F,V, S(Clostridium Diff.) Kompatybilny z poz. 1 Op. kanister 5l	150 L				
3.	Płynny środek do automatów myjąco – dezynfekujących do kaczek, basenów i utensyliów wykonanych ze stali, plastiku, aluminium i szkła; pH koncentratu 3,0-4,0 Op. kanister 5	120 L				
Wartość brutto :						

ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET NR 4 - Mycie i dezynfekcja skóry, błon śluzowych.

Lp.	Preparat	Ilość preparatu stężonego na okres 2-wóch lat	Nazwa preparatu stężonego	Stawka VAT	Cena brutto za 1 litr preparatu stężonego	Wartość brutto ogółem
1.	Preparat alkoholowy, bezbarwny do odkażania skóry, SPEKTRUM : B, Tbc, F,V Op. butelka ze spryskiwaczem. poj. do 350ml. Op. do 5l	 125 L 575 L				
2.	Preparat alkoholowy, barwiony, do odkażania skóry. SPEKTRUM : B, Tbc, F,V Op. butelka ze spryskiwaczem. poj. do 350ml. Op. do 5l	 160 L 240 L				
3.	Preparat alkoholowy, bezbarwny do odkażania błon śluzowych, okolic intymnych bez zawartości jodu. SPEKTRUM: B, F, V Op. do 1l	 250 L				
4.	Preparat alkoholowy antybakteryjny, bezbarwny do odkażania błon śluzowych jamy ustnej, gotowy do użycia Op. do 500ml	 20 L				
5.	Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do higienicznego mycia i dekontaminacji całego ciała w tym włosów bez konieczności spłukiwania i zmywania; także do oczyszczania miejsc cewnikowania; usuwa nieprzyjemne zapachy; skuteczny w czasie 30s na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np.					

	Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans);o przedłużonym czasie działania do 24h Op. butelka do 0,5L z pompką	75 L				
6.	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i skóry na bazie dichlorowodorku octenidyny o działaniu: B (w tym MRSA), V (HIV, HBV, HCV). Stosowany do odkażania skóry noworodka. Preparat gotowy do użycia: Op. do 1 l	100 L				
7.	Gotowy do użycia preparat do zmywania pozostałości kleju po plastrach mocujących, opatrunkach, plam jodu, gipsu. Nie zawierający zasad i mydła. Zawierający naturalny olej z pomarańczy oraz oleinian decylu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. opakowanie max. do 1L	10 L				
Wartość brutto:						

ZAŁĄCZNIK NR 1

PAKIET NR 5 - Mycie i dezynfekcja rąk.

Lp.	Preparat	Ilość preparatu stężonego na okres 2-wóch lat	Nazwa preparatu stężonego	Stawka VAT	Cena brutto za 1 litr preparatu stężonego	Wartość brutto ogółem
1.	Preparat do higienicznego odkażania rąk z chlorheksydyną , jednorazowa porcja 3ml, produkt leczniczy. SPEKTRUM: B, Tbc, F, V (Rota) Op. do 5 l Op. do 0,5l	 150 L 60 L				
2.	Preparat w żelu na bazie etanolu posiadający środki nawilżające do higienicznego odkażania rąk o wrażliwej skórze, jednorazowa porcja 3ml, produkt leczniczy. SPEKTRUM: B, Tbc, F, V. Op. do 5 l Op. do 0,5l	 100 40				
3.	Gotowy do użycia preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze; ; pH 5,5; SPEKTRUM B, Tbc, F, V (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio); Op. do 5l Op. do 0,5l	 420 L 150 L				

4.	Syntetyczny preparat do chirurgicznego mycia rąk pH 5,0 Op. do 6l Op. do 0,5l	 440L 160 L				
5.	Regenerująca emulsja do pielęgnacji skóry rąk typu w/o Op. do1l	 40L				
Wartość brutto:						

ZAŁĄCZNIK NR 1

PAKIET NR 6 - Maszynowe mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego

Lp.	Preparat	Ilość preparatu stężonego na okres 2-wóch lat	Nazwa preparatu stężonego	Stawka VAT	Cena brutto za jednostkę miary	Wartość brutto ogółem
1.	Alkaliczny komponent dozowany łącznie z komponentem enzymatycznym do myjni -dezynfektora. Środek usuwający suchą, zdenaturowaną krew, o bardzo dobrej tolerancji materiałowej dla wyrobów wykonanych ze stali nierdzewnej, anodowanego aluminium, wyrobów z tworzyw sztucznych, dozowanie 0,5ml/l kąpieli, pH roztworu 10,8-11,0. Środek przystosowany do stosowania w Centralnym Systemie Dozowania. Opakowania - kanister 5l.	24op.				
2.	Enzymatyczny komponent myjący dozowany łącznie z komponentem alkalicznym w kroku mycia do myjni-dezynfektora. Środek usuwający suchą, zdenaturowaną krew, cechujący się bardzo dobrą tolerancją materiałową dla wyrobów wykonanych ze stali nierdzewnej, anodowanego aluminium, wyrobów z tworzyw sztucznych, dozowanie 0,5ml/l kąpieli, pH roztworu 7,7-7,1. Środek przystosowany do stosowania w Centralnym Systemie Dozowania. Opakowania - kanister 5 l.	24 op.				

3.	Płynny powierzchniowo czynny środek płuczący do myjni dezynfektorów. Zawierający anionowe związki powierzchniowo czynne, niejonowe związki powierzchniowo czynne, środki konserwujące. Do bezzaciekowego płukania, przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Środek przystosowany do stosowania w Centralnym Systemie Dozowania. Opakowania - kanister 5 l.	24 op.				
4.	Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym,wirusobójczym i prątkobójczym na bazie aldehydu glutarowego i glioksalu; szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawierający aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Środek przystosowany do stosowania w Centralnym Systemie Dozowania. Opakowania - kanister 5 l.	24 op.				
5.	Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. tuberculosis), V (Polio, Adeno), S w czasie do 5 minut, przy stężeniu 5%. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, aminoetanolu. Nie zawierający związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez					

	aktywatora. Możliwość zastosowania do narzędzi, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, powierzchni obciążonych krwią, plwocinami, ropą, białkami. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Preparat wykazujący aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Koncentrat zmieszany z wodą (niezanieczyszczony), zachowuje aktywność tak samo jak termin ważności koncentratu, z którego został przygotowany. Przyjemny zapach. Opakowanie do 1 l.	3 op.				
6.	Preparat płynny, w postaci koncentratu do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, przed maszynową dekontaminacją do stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierający aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający Laurylprolendiaminę, kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Nie powodujący utwardzania białek. Dopuszczony do przetrzymywania narzędzi w roztworze do 72 h. Wykazujący działanie: B, F (drożdżakobójcze) w roztworze 0,5% w 15 min. oraz działanie na wirusy osłonkowe w roztworze 1% w 15 minut. Opakowanie - 5l.	24 op.				
7.	Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi, w					

	tym przegubów, zawierający biały olej (olej mineralny/ płynna parafina). Nie zostawiający osadów. Nietoksyczny. Rozpuszczalny w wodzie, nie wpływający na proces sterylizacji parowej. Preparat gotowy do użycia. Opakowanie do 0,5l z głowicą i końcówką rozpylającą.	4 l				
8.	Preparat do konserwacji i pielęgnacji silnika morcelatora. Płynny, nietoksyczny, w sprayu. Dopuszczony przez producenta morcelatorów produkowanych przez firmę WOLF. Środek dostarczany z kompatybilną końcówką. Gotowy do użycia. Opakowanie do 500 ml	5 op.				
9.	Płynny, skoncentrowany środek do mycia i dezynfekcji sprzętów, obuwia operacyjnego, o działaniu biobójczym na: B, Tbc, F, V, aktywny, MRSA, VRE. Działający w 15 minut w stężeniu 0,25%. Dopuszczony do stosowania w obecności ludzi. Nie zostawiający smug, nie klejący się po wyschnięciu. Dokumentacja potwierdzająca skuteczność biobójczą preparatu- również w warunkach brudnych (obecność substancji organicznych). Opakowanie kanister 5 l.	50 op.				
10.	Profesjonalny preparat płynny do konserwacji powierzchni sterylizatorów i wyposażenia ze stali nierdzewnej, usuwający zacieki wodne, kurz, odciski palców, smugi. Środek na bazie olejków parafinowych, gęstość 0,8- 0,9 g/cm$^{3.}$ - gotowy do użycia	8 op.				

	Opakowania do 1l. ze spryskiwaczem.					
Wartość brutto:						

<u>Uwaga do pakietu 6</u> Zamawiający wymaga dzierżawy dozowników do poz. 1; 2; 3 i 4 w ilości łącznie 200 szt. Cena dozowników wliczona w cenę oferty .

WARUNKI OGÓLNE:

1. Zamawiajacy wymaga dostarczenia katalogu, prospektu lub folderu w języku polskim każdego zaoferowanego przedmiotu zamówienia zawierający opis składu jakościowego, ilościowego i spektrum działania.
2. Zamawiający wymaga, aby skuteczność (stężenie, spektrum i czas) działania proponowanych preparatów do dezynfekcji narzędzi i powierzchni, oprócz ulotek informacyjnych, prospektów i instrukcji użycia były potwierdzone dokumentami z wykonanych badań potwierdzających skuteczność produktów dezynfekcyjnych wykonanych zgodnie z Normami Europejskimi dla obszaru medycznego lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub opinią PZH – zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów z wykonanych badań dotyczących skuteczności mikrobiologicznej, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wytwórcę lub zaakceptowanego przez wytwórcę dystrybutora oferowanego produktu.
3. Na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 06 września 2001 (z późniejszymi zmianami) art. 72 pkt. 1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał Koncesję Hurtowni Farmaceutycznej na obrót produktami leczniczymi (preparaty do dezynfekcji rąk, skóry i błon śluzowych) – dot. Pakietu Nr 4 i Nr 5.
4. Zamawiajacy wymaga dostarczenia w ofercie kart charakterystyki oferowanych produktów w języku polskim wydaną przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wymaga załączenia do opakowań zbiorczych preparatów dezynfekcyjnych zapasowych oryginalnych samoprzylepnych etykiet oraz pompek dozujących – dotyczy pakietu nr 4 nr 4a.
6. Zamawiający wymaga dokumentów dopuszczających do obrotu oferowanych produktów.
7. **Warunki do pakietu nr 6**.
    a) Zamawiający wymaga, by wykonawca raz do roku wykonał i przedstawił w postaci raportu analizę procesów dekontaminacji maszynowej, zawierającą rozkład temperatury (2 punkty) oraz rozkład przewodności w trakcie trwania programu w myjni- dezynfektorze. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testu pozostałości białkowej na narzędziach (dopuszcza się metodę biuretową i ninhydrynową).

    b) Zamawiający wymaga dostarczenia oraz zamontowania na koszt dostawcy Centralnego Systemu Dozowania.

    c) Koszty podłączenia środków i kalibracji urządzeń (firma MMM) jest po stronie dostawcy środków.

UWAGA:
Niespełnienie „Warunków ogólnych„ spowoduje odrzucenie oferty w całości lub w zakresie konkretnego pakietu.