Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 22.08.2018r.

Wysokie Mazowieckie dn. 22.08.2018r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania prowadzonego **w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu jednorazowego użytku, Nr sprawy 12 / 2018 .**

1/ Dotyczy pakietu nr 46, poz. 7:
Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze 52g/m2 spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

2/ Dotyczy pakietu nr 47, poz. 4:
Czy Zamawiający wymaga, aby torby posiadały samoprzylepne zamknięcie umożliwiające pewne zabezpieczenie sterylnych pakietów?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

3/ Dotyczy pakietu nr 47, poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści wysokochłonne arkusze absorpcyjne o absorpcji wody 125g/m2 o gramaturze 70g/m2 w rozmiarze 40x50cm?
Arkusze opisane w SIWZ firmy Clinipak mają chłonność wody wynoszącą 120g/m2, co daje wchłonięcie wody 28,8g/sztukę arkusza. Proponowane arkusze wchłoną zbliżoną ilość wody 25g/sztukę arkusza.
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

4/ Dotyczy pakietu nr 47, poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści wysokochłonne arkusze absorpcyjne o gramaturze min. 105g/m2 i absorpcji wody 210-250g/m2 w rozmiarze 30x50cm lub 40x60cm?
Arkusze opisane w SIWZ firmy Clinipak mają chłonność wody wynoszącą 120g/m2, co daje wchłonięcie wody 28,8g/arkusz. Proponowane arkusze wchłoną ilość wody odpowiednio min. 31,5g/arkusz (rozm. 30x50) lub min. 50,4g/arkusz (rozm. 40x60cm).
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza rozmiar 40x60cm .

5/ Dotyczy pakietu nr 47, poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści wysokochłonne arkusze absorpcyjne włókninowe o gramaturze 45g/m2 i absorpcji wody 270g/m2 w rozmiarze 30x40cm lub 30x50cm?
Arkusze opisane w SIWZ firmy Clinipak mają chłonność wody wynoszącą 120g/m2, co daje wchłonięcie wody 28,8g/arkusz. Proponowane arkusze wchłoną ilość wody odpowiednio 32,4g/arkusz (rozm. 30x40cm) lub 40,5g/arkusz (rozm. 30x50).
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza z zachowaniem absorbcji min. 28,8g/na arkusz , rozmiar 30x50cm .

6/ Dotyczy pakietu nr 48, poz. 11:
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza , po przeliczeniu ilości .

7/ Dotyczy pakietu nr 48, poz. 21:
Czy Zamawiający wymaga użyczenia/wydzierżawienia inkubatora do odczytu wskaźników biologicznych?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Kierownik Zamawiającego