Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 23.08.2018r.

Wysokie Mazowieckie dn. 23.08.2018r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania prowadzonego **w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu jednorazowego użytku, Nr sprawy 12 / 2018 .**

1/ Dotyczy pakietu nr 46:
Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i w pozycji „Lp" opisanej jako „Rękawy do sterylizacji papierowo – foliowy bez fałdy o długości 200 m" powinna być podana szerokość rękawa?
Odpowiedź : Tak .
Poz. 1 :
-rękaw 7,5cm – op. 5
-rękaw 10cm – op. 12
-rękaw 12cm – op. 24
-rękaw 15cm – op. 24
-rękaw 20cm – op. 24
-rękaw 25cm – op. 12
-rękaw 30cm – op. 6
-rękaw 38-40cm – op. 4
Poz. 2 :
Rękaw foliowo – papierowy szer. 50cm płaski o dł. 200m – op. 4

2/ Dotyczy pakietu nr 46, poz. 1b:
Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 12,5 cm spełniający pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

3/ Dotyczy pakietu nr 46, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści papier w opakowaniach po 252 arkusze z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?
Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza .

4/ Dotyczy pakietu nr 46, poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści papier w opakowaniach po 126 arkuszy z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?
Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza .

5/ Dotyczy pakietu nr 46, poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści papier w opakowaniach po 252 arkusze z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

6/ Dotyczy pakietu nr 46, poz. 6:
Czy Zamawiający dopuści włókninę w kolorze niebieskim w opakowaniach po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

7/ Dotyczy pakietu nr 46, poz. 7:
Czy Zamawiający dopuści włókninę w opakowaniach po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

8/ Dotyczy pakietu nr 47, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści arkusze syntetyczne polipropylenowe w kolorze niebieskim i zielonym, bez zawartości celulozy, pakowane osobno, o parametrach:
Pięciowarstwowa włóknina syntetyczna - polipropylenowa bez zawartości celulozy:
- wytrzymałość na rozciąganie liniowe w kierunku walcowania nie mniej niż 115 N, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 94 N, wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcowania nie mniej niż 56 N, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 42 N, wydłużenie do zerwania min. 65% w obu kierunkach,
- gramatura nominalna 47 g/m2 (tolerancja wg PN EN 868-2)
- kolor niebieski i zielony
Odpowiedź : Zgodnie z SIWZ .

9/ Dotyczy pakietu nr 47, poz. 1:
Czy Zamawiający dopuści opakowania po 120 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

10/ Dotyczy pakietu nr 47, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści wielorazowe, silikonowe osłonki rogów tac sterylizacyjnych w rozmiarze 76/54/33 mm (dł/szer/wys.) spełniające pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

11/ Dotyczy pakietu nr 47, poz. 4a:
Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 42 x 70 cm?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

12/ Dotyczy pakietu nr 47, poz. 4b:
Czy Zamawiający dopuści torebki w rozmiarze 70 x 105 cm?
Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza .

13/ Dotyczy pakietu nr 47, poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści wysokochłonne arkusze absorpcyjne o absorpcji wody 125g/m2 o gramaturze 70g/m2 w rozmiarze 30x50cm lub 40x50cm?
Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym spełnieniem minimalnej absorbcji wody ujętej w SIWZ .

14/ Dotyczy pakietu nr 48, poz. 3:
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

15/ Dotyczy pakietu nr 48, poz. 4:
Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 400 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

16/ Dotyczy pakietu nr 48, poz. 8:
Czy Zamawiający dopuści wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu do wykrywania nieprawidłowego cyku w czasie 3-5 godzin, oparte na rzeczywistym odczycie biologicznym, o maksymalnym czasie inkubacji 10 godzin, kompatybilne z inkubatorem Smart Well, pakowane po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

17/ Dotyczy pakietu nr 48, poz. 10:
Czy Zamawiający dopuści testy pozwalające na wykrycie pozostałości białkowej w ilości 1µg w czasie max. 10 sekund, bez konieczności inkubacji, odczyt testów poprzez jednoznaczną zmianę barwy / brak zmiany substancji, pakowane po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

18/ Dotyczy pakietu nr 48, poz. 15:
Czy Zamawiający dopuści etykiety pakowane po 500 szt./rol. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym spełnieniem warunku z poz. 16 .

19/ Dotyczy pakietu nr 48, poz. 21:
Czy Zamawiający dopuści wskaźniki kontroli biologicznej ampułkowe o czasie inkubacji 24h spełniające pozostałe wymogi SIWZ?
Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza .

Kierownik Zamawiającego