Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego : 24.08.2018r.

Wysokie Mazowieckie dn. 24.08.2018r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy : Postępowania prowadzonego **w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu jednorazowego użytku, Nr sprawy 12 / 2018 .**

Pakiet nr 58 pozycja 2 :
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłuć podpajęczynówkowych o gramaturze 55g/m2 . Pozostały opis zgodny z wymogami SIWZ .
Odpowiedź ; Zamawiający dopuszcza gramaturę 55g/m2 , pozostałe parametry zgodne z SIWZ .

Kierownik Zamawiającego