

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 07.07.2020 r.
Znak sprawy: 12/2020

Wysokie Mazowieckie, 07.07.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego
Nr post. 12/2020**

Zapytanie nr 1. Pakiet nr 10

Ze względu na zmiany w asortymencie producenta (zaprzeszanie produkcji) prosimy o dopuszczenie w pakiecie 10 szwu plecionka wchłaniałna, powlekana 50% kopolimer glikolidu i l-laktydu Poli (glikolid i l-laktyd 35/65) 50% stearynian wapnia. Średnia wytrzymałość węzła na rozciąganie w okresie początkowym 140%. Okres podtrzymywania 0% po 35 dniach, wchłanianie całkowite od 56 do 70 dni?

Parametry szwu: igły, długość i średnica nici zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 2. Pakiet nr 11

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 3 długość nitki 70 cm?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 3. Pakiet nr 20

Czy Zamawiający dopuści siatki o podanych parametrach i grubości 0,75mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 4. Pakiet nr 20

Czy Zamawiający wymaga siatek przepuklinowych o powierzchni porów min. 3,3 mm²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 5. Pakiet nr 20

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podwójnej sterylizacji siatek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 6. Pytania dotyczące treści umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 7. Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ oraz istotnymi postanowieniami umowy



Zapytanie nr 8. Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 6 ust. 2 słowo „opóźnienie” zastąpione zostało słowem „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy

Zapytanie nr 9. Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. a) wzoru umowy słowa „0,07% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „0,07% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całej dostawy. W przeciwnym razie, w przypadku zwłoki w realizacji części dostawy, kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy

Zapytanie nr 10. Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. b) wzoru umowy słowa „0,07% wartości brutto dostawy” zostały zastąpione słowami „0,07% wartości brutto wadliwego towaru”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości wadliwego towaru, nie zaś od wartości całej dostawy. W przeciwnym razie, w przypadku wadliwości tylko części dostawy kara umowna mogłaby być niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru wadliwego, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy

Zapytanie nr 11. Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 lit. c) wzoru umowy słowa „20% wynagrodzenia umownego” zostały zastąpione słowami „20% niezrealizowanej wartości umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana proporcjonalnie do wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara mogłaby być uznana za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy

Zapytanie nr 12. Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowa „w wysokości 0,01%” zostały zastąpione słowami „w wysokości ustawowej”?

Art. 9 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie dopuszcza jakiegokolwiek ograniczenia obowiązku zapłaty odsetek, w tym także zmniejszenia stawki odsetek.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy

Zapytanie nr 13. Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy po słowach „z jakiegokolwiek przyczyny” dodane zostały słowa „nieleżącej po stronie Zamawiającego”?

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu odmowy dostarczenia towaru przez Wykonawcę jest uzasadnione pod warunkiem, że odmowa dostarczenia towaru nie będzie spowodowana przez samego Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy

Zapytanie nr 14. Pytania dotyczące treści umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy

Zapytanie nr 15. Dotyczy SIWZ

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z ryzykiem niemożności dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazywania dokumentów w formie elektronicznej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 16. Pakiet nr 16

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną Reoxcel - jałowa 100% utleniona regenerowana celulozowa tkana, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie strzępi się, nie rozrywa się i nie przykleja się do narzędzi
- nie ulega dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone badaniami in vitro oraz w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- potwierdzona bakteriobójczość badaniami klinicznymi na najbezpieczniejsze dla pacjenta szczepy MRSA oraz E. Coli,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 17. Pakiet nr 17

Czy Zamawiający dopuści gąbki hemostatyczne z żelatyny wieprzowej , która osiąga hemostazę w ciągu 3-6 minut, upływnia się w ciągu 3-5 dni i ulega całkowitemu wchłonięciu w 3-4 tygodnie oraz posiada w instrukcji użytkowania potwierdzenie do stosowania w neurochirurgii?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 18. Pakiet nr 19

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku pszczelego 83%, wosk parafinowy 5% oraz palmitynianu izopropylu 12%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczącą.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 19. Pakiet nr 4 Poz. 6

Czy zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 6 dopuści szew o grubości 1 zamiast 2 (pragnę zaznaczyć, że obecnie dostarczamy takie rozwiązanie do Państwa szpitala).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 20. Pakiet nr 22 Poz.1

Czy zamawiający w Pakiecie 22 pozycja 1 dopuści siatkę w rozmiarze 42x32 cm (zamiast 42x35 cm), pragnę zaznaczyć, że jest to produkt, który obecnie do Państwa dostarczamy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 21. Pakiet nr 22 Poz. 2-5

Czy zamawiający w Pakiecie 22 pozycje 2, 3, 4, 5, dopuści urządzenie/ładunki, których wchłanianie wkłady mają wysokość całkowitą 5,1 mm (zamiast szerokość wynosi 5,1 mm), pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 22.

Czy zamawiający oczekuje dostarczenia na wezwanie materiałów informacyjnych / katalogów produktów, które będą poświadczać, że złożona oferta spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 23. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli(glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 24. Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu szew z igłą o długości 6 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 25. Pakiet 1, poz. 23-24

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 26. Pakiet nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiału szewnego plecionego, wytwarzanego z kwasu glikolowego, powlekanego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 – 11 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Zapytanie nr 27. Pakiet 3, poz. 2, 5

Czy Zamawiający dopuści podwiązkę o długości 12x75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 28. Pakiet 3, poz. 8-10

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania igły cienkiej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 29. Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilamentowy, poliamidowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 30. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wszędzie tam, gdzie wymaga igły tnącej, dopuści również igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zapytanie nr 31. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókiennkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktanu o czasie podtrzymywania tkankowego około 70% po 7 dniach, około 40% po 14 dniach, około 15% po 21 dniach, około 5% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 32. Pakiet nr 6, poz. 6

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego Pakietu.

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 33. Pakiet nr 9

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiału szewnego plecionego, wytwarzanego z kwasu glikolowego, powlekanego polikaprolaktanem i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 – 11 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 34. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktanem i stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-90 dni, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach około 80% pierwotnej siły, po 21 dniach około 50% pierwotnej siły, po 28 dniach ok. 20% pierwotnej siły?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 35. Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści wszędzie tam, gdzie wymaga długości nici 70 cm, również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość nici 75 reszta parametrów bez zmian



Zapytanie nr 36. Pakiet nr 11

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli(glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%), bez powleczenia antybakteryjnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 37. Pakiet nr 12

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli(glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 38. Pakiet nr 12

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły rozwarstwiającej dopuści również igłę okrągłą, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 39. Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści nić bez udokumentowanego „kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 40. Pakiet nr 13, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, bez określenia „dwuwkłęśła”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 41. Pakiet nr 15

Czy Zamawiający dopuści monofilament syntetyczny, wchłaniaalny, o okresie podtrzymywania tkanki po 14 dniach ok.75%, po 28 dniach ok.65-70%, po 43 dniach ok.55-60%, po 57 dniach ok.40% i czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 42. Pakiet nr 20

Czy Zamawiający dopuści siatki przepuklinowe w rozmiarze 8x15 cm zamiast 8x13, 10x15 cm zamiast 10x16, 30x30 cm zamiast 26x36?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 43. Pakiet nr 20

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach siatki niewchłaniałne polipropylenowe, monofilamentowe, o gramaturze $70 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$, grubości $0,60\text{mm} \pm 10\%$, wielkości porów 1,2mm-1,4mm, grubości nici 0,15-0,20 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 44. Pakiet nr 21

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego powlekaną wchłaniającym związkiem kwasu poliglikolowego i Poly (glikolid-co-kaprolakton, 75/25) (PGA-PCL) o czasie absorpcji 90-110 dni, grubości siatki $0,50 \pm 0,05$ mm, wielkość oczek 1,5-3,5 mm, gramaturze po wchłonięciu (zawartość PP) 25- 30 g/m² ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 45. Pakiet nr 25

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiału szewnego plecionego, wytwarzanego z kwasu glikolowego, powlekanego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 – 11 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 46.

Prosimy o dopuszczenie hemostatyku złożonego z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru, uzyskiwanego z oczyszczonej skrobi roślinnej bez dodatku celulozy, produkt ulega pełnej absorpcji w przeciągu 48 godz. (rozkładany w pełni przez enzymy), brak nawet minimalnej ilości składników toksycznych, dostępny w formie białego proszku do skutecznego hamowania wszelkiego rodzaju krwawień punktowych i powierzchniowych, wersja standardowa: sterylne opakowanie zawiera fiolkę o pojemności 1gr ,3gr lub 5 gr oraz aplikator o długości 10 cm, całkowita absorpcja 1g preparatu = ok. 100ml wody, przechowywanie temp. Pokojowa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 47. Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o okresie podtrzymywania tkankowego 10-14 dni, profil podtrzymywania ok. 50% po 7 dniach, czas wchłaniania 42 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 48. Pakiet nr 9, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie nr 49. Pakiet 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, system jednorazowy. Taśma wykonana z monofilamentowego PVDF (polifluorek winylidenu), który w porównaniu z polipropylenem jest odporniejszy na starzenie ze względu na dużą stabilność włókna (nie obkurcza się i zachowuje pierwotną dynamometrię), nie wywołuje odczynu zapalnego oraz struktura otwartych porów umożliwia przerastanie, swobodny przepływ enzymów, nie tworzy się blizna. Taśma niewchłaniałna, szerokość do 10mm, grubość do 0,38mm, gramatura do 75g/m². Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy. Implantacja taśmy z dostępu przez otwory zasłonięte?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Zapytanie nr 50. Pytania dotyczące treści umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedz: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy

Zapytanie nr 51. Pytania dotyczące treści umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedz: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy

Zapytanie nr 52. Pytania dotyczące treści umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2, 4

Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w wysokości 0,07 % wartości brutto niedostarczonej w terminie dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie części dostawy,
- b) w wysokości 0,07% wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek zgodnie z terminami określonymi w niniejszej umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy,
- c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedz: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy

Zapytanie nr 53. Pytania dotyczące treści umowy

Całkowita wysokość kar nie może przekroczyć 10 % wartości niezrealizowanej części umowy.


Odpowiedz: Zamawiający utrzymuje w mocy zapisy istotnych postanowień umowy

Zapytanie nr 54.

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego firma Aesculap Chifa Sp. z o.o., z siedzibą w Nowym Tomyślu, przy ul. Tysiąclecia 14 zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie w postępowaniu formy komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy zakupowej zamawiającego na mocy art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 - j.t. ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.), tj. złożenia oferty i wszelkich innych wymaganych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ

Kierownik Zamawiającego
Mariola Kucharewicz

Z-ca w. i. n. ds. administracyjno-ekonomicznych

Wojciech Kucharewicz