

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 01.10.2020 r.  
Znak sprawy: 17/2020

Wysokie Mazowieckie, 01.10.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego  
Nr post. 17/2020**

**Zapytanie nr 1. Pakiet nr 2: Narzędzia ortopedyczne, poz. 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, młotek 740g/25cm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Zapytanie nr 2. Pakiet nr 2: Narzędzia ortopedyczne, poz. 4**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, odgryzacz kostny 175mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.**

**Zapytanie nr 3. Pakiet nr 2: Narzędzia ortopedyczne, poz. 8**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, odgryzacz kostny MINI FRIEDMAN, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Zapytanie nr 4. Pakiet nr 2: Narzędzia ortopedyczne, poz. 9**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, dłuto 13-25mm/245mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.**

**Zapytanie nr 5. Pakiet nr 2: Narzędzia ortopedyczne, poz. 10**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, dłuto 300mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.**

**Zapytanie nr 6. Pakiet nr 2: Narzędzia ortopedyczne, poz. 14**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżeczka 275mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.**

**Zapytanie nr 7. Pakiet nr 2: Narzędzia ortopedyczne, poz. 17**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak 220mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.**

**Zapytanie nr 8. Pakiet nr 2: Narzędzia ortopedyczne, poz. 18**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak 220mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.**

**Zapytanie nr 9. Pakiet nr 17: Narzędzia medyczne, poz. 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.**

**Zapytanie nr 10. Pakiet nr 17: Narzędzia medyczne, poz. 28**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki FORESTE BALLANGER, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Zapytanie nr 11. Pakiet nr 5: Strzałki do szycia łąkotki**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 5 pozycję 1 „Strzałki do szycia łąkotki wykonana z polimeru kwasu mlekowego. W długościach 10, 13, 16, mm i grubości max. 1,1 mm Posiadające nisko profilowaną zaokrągloną głowę oraz nacięcie wzdłuż całej długości implantu. Skład materiału zapewniający 24 tygodniowe utrzymanie wstępnego napięcia siły” **oraz** pozycję nr 2 „Dzierżawa : podajnik automatyczny (pistoletowy z 5 igłami kaniulowanymi (podajnikami) o różnym kącie zagięcia o zastrzonym końcu ułatwiającym wprowadzenie implantu, wraz z magazynkiem wielorazowym do czterech implantów, z możliwością użycia magazynków jednorazowych, do zakładania strzałek” i stworzy oddzielny pakiet dla pozostałych pozycji w pakiecie nr 5 czyli pozycji 3; 4; 5; 6; 8 ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Kierownik Zamawiającego  
Mariola Kucharewicz