

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 20.10.2020 r.

Wysokie Mazowieckie dn. 20.10.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia Publicznego

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługa na przeglądy, konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego”. Nr sprawy 18/2020

Zapytanie nr 1 dot. Pakietu nr 2:

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu nr 2 pozycji 4,5,6 – RTG z ramieniem C Ziehm i utworzenie odrębnego zadania celem złożenia rzetelnej oferty oraz zwiększenia konkurencyjności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 2 dot. wzoru umowy w § 2 pkt 2:

W związku z wymaganiami zgodnymi z zaleceniami producenta, czy wymagają Państwo aby osoba wykonująca czynności związane z podmiotem zamówienia, posiadała kwalifikacje i doświadczenie zawodowe określone przez wytwórcę aparatów medycznych, potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez tego producenta ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 3 dot. wzoru umowy w § 2 pkt 4, 10:

Czy wymagają Państwo, gdy w przypadku wymiany uszkodzonych lub wyeksploatowanych części, były one nowe, oryginalne i zamówione bezpośrednio u producenta, po wcześniejszej akceptacji ze strony zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ oraz istotnymi postanowieniami umowy.

Zapytanie nr 4 dot. wzoru umowy w § 2 pkt 5, 6, 7:

Czy Zamawiający wymaga aby osoba wykonująca czynności związane z podmiotem zamówienia, posiadała kwalifikacje i doświadczenie zawodowe określone przez wytwórcę aparatów medycznych, potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez tego producenta ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ oraz istotnymi postanowieniami umowy.

Zapytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość składania ofert również w formie elektronicznej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 6 dot. § 4 ust. 4:

Co zamawiający ma na myśli przez sformułowanie *Wykonawca upoważniony jest do zastosowania korzystniejszych rozwiązań?* Dot. Par 4 ust. 4

Par 4 ust. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zlecenia naprawy sprzętu medycznego przez Wykonawcę w przypadku braku akceptacji przedstawionej kalkulacji cenowej (kosztorysu) przez Wykonawcę. W takim przypadku dla realizacji przedmiotowej usługi np. napraw wykraczających poza drobne naprawy uwzględnione w konserwacji sprzętu, Wykonawca upoważniony jest do zastosowania korzystniejszych rozwiązań.

Odpowiedź: Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.

Zapytanie nr 7 dot. § 5 ust. 1:

Czy Zamawiający dopuszcza dodanie do poniższego Par 5 ust.1 zapisu: Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje przypadków w których niesprawność techniczna ww. urządzeń wynika z okoliczności zawinionych przez Zamawiającego. ?

Par 5 ust. 1

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawność techniczną obsługiwanych urządzeń medycznych oraz posiada świadomość, iż urządzenia służą do ratowania życia i zdrowia ludzkiego wobec powyższego dołoży należytej staranności dla zachowania terminów określonych niniejszą umową oraz najwyższej jakości świadczonych usług. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje przypadków w których niesprawność techniczna ww. urządzeń wynika z okoliczności zawinionych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapisy istotnych postanowień umowy.

Zapytanie nr 8 dot. § 3 ust. 1:

Czy zamawiający dopuszcza dodanie zapisu ograniczającego wysokość kar umownych, że łączna wartość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia określonego w par 3 ust. 1? Dot. Par 5 ust. 3

Odpowiedź: Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.

Zapytanie nr 9 dot. § 5 ust. 2:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu "opóźnienie" na "zwłokę"? Dot. Par 5 ust. 2

Odpowiedź: Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.

Zapytanie nr 10 dot. § 5 ust. 4:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę fragmentu "odsetki umowne w wysokości 2% w skali roku" na "odsetki ustawowe za opóźnienie"? Dot. Par 5 ust. 4

Odpowiedź: Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy.

Zapytanie nr 11 dot. § 6 ust. 1:

Czy zamawiający dopuszcza skrócenie okresu z 60 dni np na 30 dni? Dot. Par 6 ust. 1

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ oraz istotnymi postanowieniami umowy.

Zapytanie nr 12 dot. Pakietu nr 1:

Czy zamawiający wyłączy z pakietu nr1 cztery materace 630EUR/PAX001 (AUTOLOGIC) i dołączy je do pakietu nr 20- myjnie FD1600?

Obecnie jedynym producentem oraz dostawcą części tych materacy oraz myjni FD1600 jest firma ArjoHuntleigh.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 13 dot. Pakietu nr 16:

Prosimy o doprecyzowanie czy w zakresie pakietu nr 16 Zamawiający wymaga, aby usługi będące przedmiotem zamówienia wykonywane były przez autoryzowany serwis producenta, co Wykonawca potwierdzi stosownym oświadczeniem producenta posiadanych przez Zamawiającego urządzeń?

Uzasadnienie: Autoryzacja serwisowa gwarantuje wykonanie przeglądu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zaleceniami producenta urządzeń, a także z wykorzystaniem oryginalnych części gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 14 dot. Pakietu nr 16:

Prosimy o potwierdzenie, że w skład sprzętu opisanego w pakiecie nr 16 opisanym jako "Sprzęt manualny do badań serologicznych DiaMed i D Gentrifug 6S, Szwajcaria" wchodzi zgodnie z wykazem:

- wirówka ID-Centrifuge 6S (sn: 1002316)
- Inkubator ID-Incubator 37SII (sn:1000556)
- Pipeta ID-Pipetor FP6 (sn: A13X11181)
- Pipeta ID-Pipetor FP6 (sn: E15712321)?

Odpowiedź: Tak, wchodzi.

Zapytanie nr 15 dot. Pakietu nr 16:

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 16 w przypadku czynności serwisowych prowadzonych w siedzibie wykonawcy, zaakceptuje wykonanie zlecenia w terminie 3 dni roboczych od odbioru urządzenia od Zamawiającego pod warunkiem wcześniejszego dostarczenia urządzenia zastępczego?

Uzasadnienie: Krótszy termin w praktyce uniemożliwia wykonanie usługi w siedzibie wykonawcy. Urządzenia zastępcze pozwala zachować ciągłość pracy zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ oraz istotnymi postanowieniami umowy.

**Kierownik Zamawiającego
Mariola Kucharewicz**