



Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 26.03.2021 r.

Wysokie Mazowieckie dn. 26.03.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie Zamówienia Publicznego

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz OAiT dla Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem. Numer sprawy 31/2020

Zapytanie nr 1 dot. Pakietu Nr 4 – urządzenie do terapii nerkozastępczej, poz. Nr 13

Pytanie do tabeli punktu nr 13 Czy Zamawiający dopuści aparat, który ma niezależne wagi z zakresem ważenia 0-11 kg i odchylenie 7 g dla worka z roztworem o wadze 5200 g (odpowiada 0,14%)?

Odpowiedź: Tak.

Zapytanie nr 2 dot. Pakietu Nr 4 – urządzenie do terapii nerkozastępczej, poz. Nr 21

Pytanie do tabeli punktu nr 21 Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością regulacji poziomu płynu w komorze odpowietrzającej z poziomu ekranu jednostki sterującej, co w łatwy sposób pozwala osiągnąć właściwy jego poziom?

Odpowiedź: Tak.

Zapytanie nr 3 dot. Pakietu Nr 4 – urządzenie do terapii nerkozastępczej, poz. Nr 27

Pytanie do tabeli punktu nr 27 Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania filtra służącego do oczyszczania krwi w sepsie, eliminującego endotoksyny i cytokiny, bez możliwości użycia filtra służącego do eliminacji CO₂?

Odpowiedź: Tak.

Zapytanie nr 4 dot. Terminu płatności

Prosimy o akceptację 30-dniowego terminu płatności, co umożliwi nam złożenie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

**Kierownik Zamawiającego
Mariola Kucharewicz**