



Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 22.07.2021 r.

Wysokie Mazowieckie, 22.07.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Zakup aparatu RTG, USG oraz rezonansu magnetycznego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem**
Znak sprawy: 33/2020

Zapytanie nr 1 – Załącznik nr 1 – Formularz cenowy, Pakiet nr 3: rezonans magnetyczny
Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki w Załączniku nr 1, Pakiet nr 3 – pkt. 194 oraz 188.
Zamawiający wymaga:

194.	Detektor implantów niemetaloowych (ręczny)	Tak	Bez punktacji
188.	Detektor implantów metalowych	Tak	Bez punktacji

Zwracamy się z prośbą o poprawienie omyłki pisarskiej i usunięcie punktu 194 z opisu przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z posiadaną wiedzą, nie istnieją na rynku ręczne detektory implantów niemetaloowych (nie ma też potrzeby wykrywać takich implantów, ponieważ nie wpływają one na powstawanie artefaktów obrazu MRI).

Zwracamy uwagę, że Zamawiający w pkt. 188. opisał właściwy detektor, który ma zastosowanie w pracowni MRI.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską i usuwa pozycję nr 194 z opisu przedmiotu zamówienia. Pozycję nr 188 Zamawiający pozostawia bez zmian.

Zapytanie nr 2 – Załącznik nr 1 – Formularz cenowy, Pakiet nr 3: rezonans magnetyczny

Zamawiający w punkcie 194 Załącznika Nr 1- Formularz cenowy z dnia 20.07.2021 r.

Pakiet Nr 3 – rezonans magnetyczny, wymaga zaoferowania Detektora implantów niemetaloowych (ręcznego). Natomiast w punkcie 188 wymaga zaoferowania Detektora implantów metalowych. Według naszej wiedzy nie istnieje ręczny detektor implantów niemetaloowych.

Przypuszczamy, że w punkcie 194 nastąpiła omyłka edycyjna i zamiarem Zamawiającego było wymaganie Detektora implantów metalowych (ręcznego) a nie Detektora implantów niemetaloowych (ręcznego).

Skoro tak, to prosimy o:

1. Uzupełnienie opisu w punkcie 188 do następującej postaci: „Detektor implantów metalowych (ręczny)” oraz zaakceptowanie zaoferowania ręcznego, przenośnego detektora metali jako spełniającego wymaganie w tym punkcie, oraz

2. Usunięcie punktu 194.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską i usuwa pozycję nr 194 z opisu przedmiotu zamówienia. Pozycję nr 188 Zamawiający pozostawia bez zmian.

Kierownik Zamawiającego
Bożena Grotowicz