

Data zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: 29.04.2021 r.

Wysokie Mazowieckie, 29.04.2021 r.

## ZAWIADOMIENIE O WNIESIONYM ODWOŁANIU

Dotyczy postępowania: **Zakup aparatu RTG, USG oraz rezonansu magnetycznego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem**

Znak sprawy: **33/2020**

Działając na podstawie art. 524 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostało wniesione odwołanie dotyczące:

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kopię wniesionego odwołania przekazuje się w załączeniu. Wykonawca na tej podstawie może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Do zgłoszenia przystąpienia dołącza się dowód przesłania kopii zgłoszenia przystąpienia zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Wykonawca staje się uczestnikiem postępowania odwoławczego, jeżeli ma interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

Prawa i obowiązki uczestników postępowania odwoławczego określono w art. 525 Prawa zamówień publicznych.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 505 do 590.

Załącznik:

Kopia odwołania z dnia 28.04.2021 r.

Kierownik Zamawiającego  
Mariola Kucharewicz

Z-ca DYREKTORA  
ds. administracyjno-ekonomicznych

Wojciech Łuczaj



Białystok, dnia 28.04.2021 r.

**Prezes Krajowej Izby Odwoławczej**

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

**Odwołujący:**

Solve Medical Sp. z o. o.

ul. W. Lewandowskiego 6/46, 15-124 Białystok

Tel. 85 722 29 80 Fax. 85 722 29 81

NIP 5423352068 KRS 0000775245

e-mail: [s.zambrzycki@solvemedical.pl](mailto:s.zambrzycki@solvemedical.pl), [biuro@solvemedical.pl](mailto:biuro@solvemedical.pl)

**Zamawiający:**

Szpital Ogólny

ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Tel. 86 275 22 61 wew. 471, 486 Fax. 86 275 20 47

NIP 7221334542

Platforma Zamawiającego – <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

e-mail do komunikacji - [inwestycje@szpitalwysmaz.pl](mailto:inwestycje@szpitalwysmaz.pl), [zaopatrzenie@szpitalwysmaz.pl](mailto:zaopatrzenie@szpitalwysmaz.pl)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: *Zakup aparatu RTG, USG oraz rezonansu magnetycznego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, numer referencyjny 33/2020*

OGłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 252-635011 z dnia 28.12.2020 r.

**ODWOŁANIE**

Działając na podstawie art. 505 ust. 1, art. 514 ust. 1, art. 515 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „nową ustawą Pzp” niniejszym **wnoszę odwołanie od czynności i zaniechań czynności przez Zamawiającego** – Szpital Ogólny, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie (dalej Zamawiający), podjętych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. *Zakup aparatu RTG, USG oraz rezonansu magnetycznego dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem*, nr referencyjny 33/20, polegających na:

- naruszeniu zasady uczciwej konkurencji i zasady proporcjonalności poprzez opisanie przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sposób wskazujący i premiujący rozwiązania konkretnego producenta, a nie odnoszący się do obiektywnych rozwiązań użytkowych i funkcjonalnych;



- sporządzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający i ograniczający uczciwą konkurencję poprzez taki dobór parametrów, który uniemożliwia Odwołującemu złożenie konkurencyjnej oferty.

W związku z powyższym Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie:

- art. 7 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), poprzez opisanie przedmiotu zamówienia oraz określenie sposobu oceny ofert w kryterium *ocena techniczna* w sposób nieproporcjonalny, nieobiektywny, sprzeczny z zasadą równego traktowania wykonawców i zachowaniem uczciwej konkurencji;
- art. 29 ust. 1-3 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, w wyniku wadliwego przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia, który wskazuje i premiuje charakterystyczne rozwiązania konkretnego producenta.

Odwołujący wnosi o:

- uwzględnienie odwołania w całości,
- nakazanie Zamawiającemu wprowadzenie modyfikacji SIWZ w zakresie wszystkich kwestionowanych parametrów technicznych opisujących przedmiot zamówienia **w zakresie pakietu nr 3 rezonans magnetyczny wraz z wyposażeniem**,
- ewentualnie unieważnienie postępowania.


Okoliczności wskazujące na istnienie interesu Odwołującego we wnoszeniu odwołania:

Odwołujący jest jednym z wykonawców oferujących na rynku polskim urządzenia będące przedmiotem postępowania prowadzonego przez Szpital Ogólny w Wysokim Mazowieckiem, który chce złożyć ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Naruszenie przez Zamawiającego ww. przepisów ustawy Pzp, skutkujące to uniemożliwia, narażając odwołującego na wymierną szkodę polegającą na utracie szans biznesowych w postaci pozyskania przedmiotowego zamówienia. Gdyby Zamawiający nie naruszył przepisów ustawy Pzp, odwołujący mógłby złożyć ofertę i ubiegać się o udzielenie zamówienia, a w konsekwencji uzyskać zamówienie będące przedmiotem postępowania. Tym samym odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art. 505 ust. 1 ustawy Pzp oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Okoliczności dotyczące dochowania terminu do wniesienia odwołania:

Informację stanowiącą podstawę do wniesienia przedmiotowego odwołania stanowi treść modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z którą odwołujący mógł się zapoznać w momencie jej opublikowania na stronie internetowej, co miało miejsce w dniu 19 kwietnia 2021 roku, zatem odwołanie zostało wniesione w przewidzianym ustawowo terminie.

*Odwołujący, zgodnie z dyspozycją art. 514 ust. 2 ustawy nPzp przekazał Zamawiającemu kopię niniejszego Odwołania przed upływem terminu na jego wniesienie, na potwierdzenie czego przedkłada potwierdzenie przekazania niniejszego pisma.*



## UZASADNIENIE

Zamawiający w dniu 19 kwietnia 2021 roku, opublikował na swojej stronie internetowej kolejną modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie *Załącznika nr 1 do SIWZ Formularz cenowy* publikując w nim *Zestawienie granicznych parametrów techniczno - użytkowych*. Przedmiotowe zamówienie zostało przez Zamawiającego podzielone na 3 pakiety:

*Pakiet nr 1 – aparat RTG mobilny;*

*Pakiet nr 2 – USG;*

*Pakiet nr 3 – rezonans magnetyczny;*

Po analizie zamieszczonej dokumentacji, tj.: zmodyfikowanego *Załącznika nr 1* zawierającego opis urządzeń będących przedmiotem postępowania, należy stwierdzić, że Zamawiający rażąco naruszył przepisy dot. prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym zasady równego traktowania Wykonawców i nieutrudniania uczciwej konkurencji w zakresie opisu dotyczącego pakietu nr 3 **rezonans magnetyczny wraz z wyposażeniem**.

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, tj.: **rezonans magnetyczny wraz z wyposażeniem** wskazał na konkretne rozwiązania uniemożliwiając odwołującemu złożenie konkurencyjnej oferty. Ponadto, stworzył system przyznawania punktów, który w ewidentny sposób premiuje konkretnego producenta, przyznając dodatkowe punkty za posiadanie rozwiązań charakterystycznych dla tego urządzenia, jednocześnie pomijając parametry ważne klinicznie, istotne dla wykonania skutecznego badania.

Istotnym jest, że zmiany, których żąda odwołujący, w żaden sposób nie prowadzą do obniżenia jakości wymaganych parametrów i nie zmniejszają funkcjonalności przedmiotu zamówienia. Jedynym celem odwołującego jest doprowadzenie do sytuacji w której wszyscy potencjalni wykonawcy będą mogli na równych, niedyskryminujących zasadach, złożyć ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne, co w konsekwencji pozwoli Zamawiającemu uzyskać większą liczbę konkurencyjnych ofert.

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o uwzględnienie odwołania w całości i modyfikację zapisów treści *Załącznika nr 1 w pakiecie nr 3 – rezonans magnetyczny w zakresie następujących parametrów:*

**ZARZUT NR 1 – parametry graniczne uniemożliwiające złożenie oferty.**

Dotyczy: pkt. nr 17 *Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem*

|     |                                                                                                                 |                     |  |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|
| 17. | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak;<br>podać nazwę |  | Bez punktacji |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|

Zamawiający w ww. punkcie wymaga aby tor odbiorczy sygnału MR był zbudowany w konkretnej technologii, tj.: *optycznej technologii cyfrowej*, co uniemożliwia złożenie naszej firmie oferty. Urządzenie, które chcielibyśmy zaoferować przetwarza sygnał na cyfrowy w maszynowni, co umożliwia uzyskanie praktycznie identycznego efektu. Pragniemy zauważyć, iż pacjent jest „analogowy” i sygnały zbierane podczas badania są analogowe, dalsze przetwarzanie na sygnał cyfrowy u każdego producenta wygląda inaczej, lecz efekt w postaci cyfrowego sygnału osiąga każdy, a tak opisany parametr ma charakter marketingowy i prowadzi do sztucznego ograniczenia konkurencji.

Dlatego też wnosimy o usunięcie powyższego punktu lub alternatywnie wprowadzenie w tym zakresie punktacji:

|     |                                                                                                                 |                                    |  |                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|
| 17. | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | Tak/Nie;<br>jeśli tak, podać nazwę |  | Nie – 0 pkt.<br>Tak – 1 pkt. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------|

**Dotyczy pkt. nr 19 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |  |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|
| 19. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 20 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta<br><b>lub</b><br>Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 11 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta, dostarczona wraz z rozwiązaniem wykorzystującym algorytmy deep-learning do usuwania szumu z obrazu (zwiększania SNR) w akwizycjach 2D i 3D na zaoferowanej cewce (AiCE, AIR Recon DL lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta MR – Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązanie pochodzące od producenta rezonansu, zintegrowane ze skanerem) | Tak;<br>podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|

W zakresie powyższego punktu Zamawiający dopuścił dwa rodzaje cewek wielokanałowych do badań głowy i szyi: cewkę posiadającą w badanym obszarze min. 20 elementów i cewkę posiadającą w badanym obszarze min. 11 elementów, która jest oferowana w urządzeniu tylko i wyłącznie jednego producenta **tj.: firmy Canon**. Wskazane przez Zamawiającego w opisie parametru algorytmy, które mają współpracować z ww. 11 elementową cewką w żaden sposób nie poprawiają jakości dostarczanych obrazów uzyskiwanych w wyniku badania, co ma ogromne znaczenie dla całego procesu diagnostycznego. Tak sformułowany wymóg stanowi naruszenie uczciwej konkurencji uniemożliwiając zaoferowanie rozwiązania pośredniego, tj.: cewki wielokanałowej do badań głowy i szyi posiadającej w badanym obszarze 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalającej na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER, w którą wyposażone jest urządzenie odwołującego.

Dlatego też wnosimy o zmianę powyższego punktu, która pozwoli odwołującemu złożyć ofertę z rozwiązaniem lepszym niż wymagane obecnie, nadając mu następujące brzmienie:

|     |                                                                                                                                                                                                                                       |                           |  |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|
| 19. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań głowy i szyi posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie | Tak;<br>podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|

|                           |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|
| z nomenklaturą producenta |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|

Dotyczy: pkt. nr 20 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |  |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------------|
| 20. | <p>Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 32 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta</p> <p><b>lub</b></p> <p>Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 15 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta dostarczona wraz z rozwiązaniem wykorzystującym algorytmy deep-learning do usuwania szumu z obrazu (zwiększania SNR) w akwizycjach 2D i 3D na zaoferowanej cewce (AiCE, AIR Recon DL lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta MR – Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązanie pochodzące od producenta rezonansu, zintegrowane ze skanerem)</p> | Tak;<br>podać nazwę cewki lub zestawu cewek |  | Bez punktacji |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------------|

W tym przypadku mamy do czynienia z identyczną sytuacją jak w zakresie punktu 19. Zamawiający opisując parametr wymagany dopuścił dwa skrajne rozwiązania, tj.: cewkę wielokanałową do badań całego kręgosłupa posiadającą w badanym obszarze min. 32 elementy i cewkę posiadającą w badanym obszarze min. 15 elementów, która ma być wspomagana dodatkowymi algorytmami – rozwiązanie stosowane tylko i wyłącznie przez jednego producenta tj.: **firmę Canon**. Powyższy zapis skutecznie eliminuje z postępowania urządzenie, oferowane przez odwołującego, które jest wyposażone w cewkę wielokanałową typu matrycowego przeznaczoną do badań całego kręgosłupa posiadającą w badanym obszarze min. 24 elementy obrazujące jednocześnie i pozwalającą na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację zapisu pkt. 20 na następujący:

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |  |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|
| 20. | <p>Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań całego kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 24 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z</p> | Tak;<br>podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|

|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| nomenklaturą producenta |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|

Dotyczy pkt. nr 21 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |  |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------------|
| 21. | <p>Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 48 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycję równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta</p> <p><b>lub</b></p> <p>Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 23 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycję równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta dostarczona wraz z rozwiązaniem wykorzystującym algorytmy deep-learning do usuwania szumu z obrazu (zwiększania SNR) w akwizycjach 2D i 3D na zaoferowanej cewce (AiCE, AIR Recon DL lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta MR – Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązanie pochodzące od producenta rezonansu, zintegrowane ze skanerem)</p> | Tak;<br>podać nazwę cewki lub zestawu cewek |  | Bez punktacji |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------------|

Opis parametru zawarty w punkcie 21 pozwala złożyć ofertę wykonawcom z urządzeniem wyposażonym w cewkę do badań centralnego układu nerwowego posiadającą 48 lub 23 elementy obrazujące (**tylko urządzenie firmy Canon**) co skutecznie uniemożliwia złożenie oferty odwołującemu, którego urządzenie jest wyposażenie w cewkę z 40 elementami obrazującymi. Ponownie mamy do czynienia z sytuacją (jak w pkt. 19 i 20), w której Zamawiający w sposób sztuczny ogranicza konkurencję umożliwiając złożenie oferty z rozwiązaniem gorszym od rozwiązania które może zaoferować odwołujący – w związku z czym wnosimy o zmianę treści punktu nr 21 i nadanie mu następującego brzmienia:

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |  |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------------|
| 21. | <p>Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca w badanym obszarze min. 40 elementów obrazujących i pozwalająca na</p> | Tak;<br>podać nazwę cewki lub zestawu cewek |  | Bez punktacji |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|---------------|

|  |                                                                                                 |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

**Dotyczy pkt. nr 24 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |  |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|
| 24. | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub elastyczna ze specjalnym pozycjonerem pozwalającym unieruchomić badany staw, do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak;<br>podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|

Zamawiający w ww. punkcie wymaga aby cewka do badań stawu kolanowego posiadała min. 15 elementów obrazujących. Tak skonstruowany wymóg uniemożliwia odwołującemu złożenie konkurencyjnej oferty co w naszej ocenie jest działaniem celowym. Oferowane przez odwołującego rozwiązanie nie znacznie odbiega od opisu Zamawiającego i nie ma praktycznie żadnego wpływu na proces diagnostyczny. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania cewki elastycznej, która (nawet wyposażona w 15 elementów) nie dostarczy porównywalnych jakościowo obrazów w porównaniu z cewką sztywną z mniejszą ilością elementów obrazujących (którą posiada odwołujący). Dlatego też oraz biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający w punktach 19, 20, 21 skrajnie obniżył wygania dotyczące parametrów poszczególnych cewek wskazując jednocześnie na rozwiązanie konkretnego producenta (**Canon**) wnosimy o zmianę powyższego punktu na następujący:

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |  |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|
| 24. | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub elastyczna ze specjalnym pozycjonerem pozwalającym unieruchomić badany staw, do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 12 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak;<br>podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|

**Dotyczy pkt. nr 25 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |  |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|
| 25. | Cewka wielokanałowa dedykowana sztywna lub dedykowana sztywna z elastycznymi końcówkami lub elastyczna ze specjalnym pozycjonerem pozwalającym unieruchomić badany staw, do badań barku, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak;<br>podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|

Identycznie jak w przypadku pkt. 24, Zamawiający w sposób sztuczny ograniczył krąg potencjalnych wykonawców którzy mogą w niniejszym postępowaniu złożyć ofertę wskazując, że zaoferowana cewka do badań barku musi być wyposażona w min. 15 elementów obrazujących. Rezonans magnetyczny oferowany

przez odwołującego jest wyposażony w cewkę do badań barku z 12 elementami obrazującymi. Niewielka różnica w ilości elementów obrazujących (3) nie ma kompletnie żadnego wpływu na jakość wykonywanego badania. Ponadto jak wykazaliśmy powyżej Zamawiający formułując opis parametrów technicznych dopuścił możliwość złożenia oferty ze znacznie gorszymi rozwiązaniami, które mają o wiele większe znaczenie dla procesu diagnostycznego.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę treści parametru na następujący:

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |  |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|
| 25. | Cewka wielokanałowa dedykowana szytwna lub dedykowana szytwna z elastycznymi końcówkami lub elastyczna ze specjalnym pozycjonerem pozwalającym unieruchomić badany staw, do badań barku, posiadająca w badanym obszarze min. 12 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak;<br>podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|

**Dotyczy pkt. nr 26 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|
| 26. | Cewka wielokanałowa dedykowana szytwna lub elastyczna ze specjalnym pozycjonerem pozwalającym unieruchomić badany staw, do badań nadgarstka, posiadająca w badanym obszarze min. 15 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak;<br>podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|

Opis parametru w punkcie 26 to kolejny przykład parametru, który ogranicza konkurencję w przedmiotowym postępowaniu. W tym przypadku zastosowanie ma również argumentacja wskazana w odniesieniu do parametrów opisanych w punktach 24 i 25. Zamawiający ponownie ograniczył możliwość złożenia ofert wykonawcom (odwołujący), którzy mogą zaoferować cewkę przeznaczoną do badań nadgarstka, która umożliwi Zamawiającemu wykonanie badania diagnostycznego w odpowiedniej jakości.

Wnosimy o zmianę parametru określonego w pkt. 26 na następujący:

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |  |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|
| 26. | Cewka wielokanałowa dedykowana szytwna lub elastyczna ze specjalnym pozycjonerem pozwalającym unieruchomić badany staw, do badań nadgarstka, posiadająca w badanym obszarze min. 12 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak;<br>podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|

**Dotyczy pkt. nr 28 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem**

|     |                                                                                                                                                               |                                                 |  |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|---------------|
| 28. | Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 16 | Tak;<br>Podać nazwy cewek oraz wymiary i liczbę |  | Bez punktacji |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|---------------|

|  |                                                                                                                                                           |                                           |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
|  | elementów obrazujących jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | elementów obrazujących każdej z nich [cm] |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|

Zamawiający w ww. punkcie wymaga zaoferowania elastycznych cewek do zastosowań uniwersalnych. Cewki uniwersalne w praktycznie każdym systemie rezonansu magnetycznego stanowią opcję dodatkową, ponieważ producenci dysponują cewkami dedykowanymi przeznaczonymi do konkretnego badania, które Zamawiający opisał w specyfikacji. Wymaganie przez Zamawiającego cewek uniwersalnych z min. 16 elementami obrazującymi jest wymogiem sztucznym, który uniemożliwia odwołującemu złożenie ważnej oferty.

W przypadku gdyby Zamawiający chciał wykonywać badania z użyciem innych cewek dedykowanych do konkretnych struktur anatomicznych powinien wymagać konkretnej cewki.

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o modyfikację treści punktu 28 i dodanie pkt. 28a co w konsekwencji pozwoli Zamawiającemu na wykonanie innych badań:

|     |                                                                                                                                                                                                                                            |                           |  |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|
| 28. | Cewki elastyczne do zastosowań uniwersalnych, posiadające w badanym obszarze min. 4 elementy obrazujące jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak;<br>Podać nazwę cewki |  | Bez punktacji |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |  |                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|------------------------------|
| 28a. | Cewka dedykowana do stawów skroniowo – żuchwowych, posiadająca w badanym obszarze min. 4 elementy obrazujące jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub odpowiednio do nazewnictwa producenta | Tak/Nie<br>Jeżeli tak,<br>Podać nazwę cewki |  | Nie – 0 pkt.<br>Tak – 5 pkt. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|------------------------------|

**Dotyczy pkt. nr 96 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem**

|     |                                                                                                                                                   |                     |  |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|
| 96. | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie wazone T1, T2 i FLAIR (BLADE, Propeller lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak;<br>podać nazwę |  | Bez punktacji |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|

Zamawiający w ww. punkcie wskazał konkretne rozwiązanie uniemożliwiając odwołującemu złożenie oferty, podczas gdy urządzenie oferowane przez odwołującego posiada technikę redukcji artefaktów ruchowych w T2 i FLAIR i w żaden sposób nie zmniejsza to możliwości diagnostycznych.

Dlatego też wnosimy o zmianę powyższego parametru na:

|     |                                                                                                                                               |                     |  |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|
| 96. | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie wazone T2 i FLAIR (BLADE, Propeller lub odpowiednio do nazewnictwa producenta) | Tak;<br>podać nazwę |  | Bez punktacji |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|

**Dotyczy pkt. nr 118 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem**

|      |                                                          |                     |  |               |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|
| 118. | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN | Tak;<br>podać nazwę |  | Bez punktacji |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|

Opis parametru wskazany przez Zamawiającego ma charakter zawiązujący (użycie zwrotu Steady State) i w sposób sztuczny ogranicza konkurencję uniemożliwiając odwołującemu złożenie oferty. Rozwiązanie oferowane przez odwołującego jest wyposażone w technologię, która umożliwia sekwencję 3D do badań drobnych struktur OUN więc funkcjonalność wskazana przez Zamawiającego zostanie zrealizowana.

W związku z powyższym wyносimy o modyfikację ww. punktu i nadanie mu następującego brzmienia:

|      |                                             |                     |  |               |
|------|---------------------------------------------|---------------------|--|---------------|
| 118. | Sekwencja 3D do badań drobnych struktur OUN | Tak;<br>podać nazwę |  | Bez punktacji |
|------|---------------------------------------------|---------------------|--|---------------|

**Dotyczy pkt. nr 119 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem**

|      |                                                                                 |                     |  |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|
| 119. | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów | Tak;<br>podać nazwę |  | Bez punktacji |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|

Podobnie jak w punkcie 119 Zamawiający poprzez konkretny zapis (użycie zwrotu Steady State), uniemożliwił odwołującemu złożenie oferty pomimo faktu, że oferowane przez odwołującego urządzenie jest wyposażone w technologię, która umożliwia sekwencję 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów. Dlatego też wносimy o modyfikację powyższego punktu na:

|      |                                                                    |                     |  |               |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|
| 119. | Sekwencja 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów | Tak;<br>podać nazwę |  | Bez punktacji |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------|

**Dotyczy pkt. nr 149 – 181 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem**

Zamawiający w punktach 149 – 156 opisuje szczegółowo wymagania związane z serwerem aplikacyjnym, a w punktach 157- 181 wymagania związane z ze sprzętem i oprogramowaniem stacji postprocesingowych. Rozwiązanie opisane przez Zamawiającego pozbawia odwołującego możliwości wzięcia udziału w przedmiotowym postępowaniu pomimo faktu, że oferowany przez nas system rezonansu magnetycznego pod względem funkcjonalnym spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

W oferowanym przez odwołującego systemie zastosowane jest rozwiązanie stacji „stand-alone” oparte o w pełni niezależne i autonomiczne stacje lekarskie. Zamawiający wymaga natomiast rozwiązania klient-serwer. Podkreślić należy, że oferowane przez odwołującego rozwiązanie jest w pełni kompatybilne w zakresie oferowanych aplikacji i pod wieloma względami znacząco lepsze od wymagań stawianych przez Zamawiającego (brak pływających licencji, dostępność wszystkich aplikacji na wszystkich stacjach itp.).

Biorąc po uwagę powyższe wносimy o rozszerzenie zapisów określonych w pkt. 149-181 i dodanie jako alternatywy następującego rozwiązania:

|                                                                                                                                                                                                       |     |  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------|
| <b>Stacje robocze postprocesingowe – 3 szt.</b><br>- CPU – procesor co najmniej 4 rdzeniowy<br>- min. 64 GB pamięci<br>- dysk SSD – min. 3,8TB<br>-monitor min. 24” o rozdzielczości min. 1920 x 1200 | Tak |  | Bez punktacji |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stacje robocze wyposażone w następujące oprogramowanie:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Możliwość załadowania badań min. 4 różnych pacjentów z funkcją przełączania pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagającego zamykania załadowanych badań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Możliwość wykonania badań porównawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rekonstrukcje 3D typu MPR w tym wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rekonstrukcje 3D typu MIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rekonstrukcje 3D typu VRT z predefiniowaną paletą ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniającą typy badań i obszary anatomiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nomenklaturą Oferenta).                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pomiary geometryczne (odległości, kąty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT i MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Automatyczne porównywanie badań CT płuc w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego), realizujące: automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika.<br>automatyczne zaznaczenie kolorem na serii płucnej z badania bieżącego wszelkich zmian względem serii płucnej z badania poprzedniego.<br>Zaznaczenie automatyczne, nie wymagające czynności ze strony użytkownika. |
| Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatyczne usunięcie struktur kostnych</li> <li>• Automatyczne usunięcie stołu</li> <li>• identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości</li> <li>• rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia,</li> <li>• pomiar średnicy i obwodu naczynia,</li> <li>• pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej</li> </ul> rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia                               |
| Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT umożliwiające <ul style="list-style-type: none"> <li>• pomiary zmian zgodnie z klasyfikacją RECIST/WHO,</li> <li>• porównywanie badań z 2 punktów czasowych,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• rejestrację/fuzję obrazów,</li> <li>• podgląd w 3D w widokach MIP i VRT,</li> </ul>                                                                 |
| hybrydową łączną ocenę z użyciem funkcjonalności onkologicznych i naczyniowych.                                                                                                              |
| Oprogramowanie do fuzji obrazów z tomografią komputerowej, rezonansu magnetycznego i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR                                                    |
| Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR kolana, kręgosłupa, bioder, głowy i naczyń                                                                                        |
| Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: dedykowany workflow umożliwiający jednocześnie przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 |
| Oprogramowanie do oceny badań MR piersi, realizujące: dedykowany workflow umożliwiający jednocześnie przeglądanie serii anatomicznych, serii dynamicznych z kontrastem                       |
| Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem                                                                                                                                                |
| DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE                                                                                                                                                                     |
| DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE                                                                                                                                                                   |
| DICOM 3.0 – DICOM PRINT                                                                                                                                                                      |
| DICOM 3.0 – Storage Commitment                                                                                                                                                               |

#### ZARZUT NR 2 – parametry oceniane premiujące rozwiązanie konkretnego producenta

Jednym z kryteriów oceny ofert określonym przez Zamawiającego jest „PARAMETRY TECHNICZNE” w ramach którego Zamawiający będzie przyznawał punkty za konkretne parametry techniczne, wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ.

W tym przypadku Zamawiający tak skonstruował zapisy, że praktycznie jedynym wykonawcą, który otrzyma zdecydowaną większość punktów w ramach ww. kryterium będzie ten który zaoferuje w swojej ofercie urządzenie firmy **Canon**, co praktycznie pozbawia innych wykonawców realnych szans na pozyskanie zamówienia – nawet w przypadku uwzględnienia wszystkich postulatów określonych w pierwszej części odwołania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na parametry opisane przez Zamawiającego w punktach: 52, 56, 66, 73, 82, 91, których brzmienie jest praktycznie identyczne.

Zamawiający we wszystkich tych punktach wielokrotnie premiuje jedno i to samo rozwiązanie, wykorzystujące algorytmy deep-learning do usuwania szumu z obrazu (zwiększanie SNR) w badaniach neurologicznych w akwizycjach 2d i 3D co w ewidentny i jednoznaczny sposób premiuje tylko i wyłącznie wykonawcę, który może zaoferować w swojej ofercie rozwiązanie firmy **Canon**.

Dlatego też wnosimy o usunięcie poniższych punktów z Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem.

#### Pkt. nr 52 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 52. | Rozwiązanie wykorzystujące algorytmy deep-learning do usuwania szumu z obrazu (zwiększania SNR) w badaniach neurologicznych w akwizycjach 2D i 3D (AiCE, AIR Recon DL lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta MR – Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązanie pochodzące od producenta rezonansu, zintegrowane ze skanerem) | Tak / Nie<br>Jeżeli tak –<br>podać nazwę | Nie – 0 pkt.<br>Tak – 1 pkt. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|

**Pkt. nr 56 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |  |                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------------------------|
| 56. | Rozwiązanie wykorzystujące algorytmy deep-learning do usuwania szumu z obrazu (zwiększania SNR) w obrazowaniu dyfuzyjnym (AiCE, AIR Recon DL lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta MR – Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązanie pochodzące od producenta rezonansu, zintegrowane ze skanerem) | Tak / Nie |  | Nie – 0 pkt.<br>Tak – 2 pkt. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------------------------|

**Pkt. nr 66 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |  |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|
| 66. | Rozwiązanie wykorzystujące algorytmy deep-learning do usuwania szumu z obrazu (zwiększania SNR) w obrazowaniu angiograficznym bez kontrastu (AiCE, AIR Recon DL lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta MR – Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązanie pochodzące od producenta rezonansu, zintegrowane ze skanerem) | Tak / Nie<br>Jeżeli tak –<br>podać nazwę |  | Nie – 0 pkt.<br>Tak – 2 pkt. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|

**Pkt. nr 73 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |  |                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|
| 73. | Rozwiązanie wykorzystujące algorytmy deep-learning do usuwania szumu z obrazu (zwiększania SNR) w badaniach serca w akwizycjach 2D i 3D (AiCE, AIR Recon DL lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta MR – Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązanie pochodzące od producenta rezonansu, zintegrowane ze skanerem) | Tak / Nie<br>Jeżeli tak –<br>podać nazwę |  | Nie – 0 pkt.<br>Tak – 2 pkt. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|

**Pkt. nr 82 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |  |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|
| 82. | Rozwiązanie wykorzystujące algorytmy deep-learning do usuwania szumu z obrazu (zwiększania SNR) w badaniach tułowia w akwizycjach 2D i 3D (AiCE, AIR Recon DL lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta MR – Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązanie pochodzące od producenta rezonansu, zintegrowane ze skanerem) | Tak / Nie<br>Jeżeli tak –<br>podać nazwę |  | Nie – 0 pkt.<br>Tak – 2 pkt. |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|

**Pkt. nr 91 Załącznika nr 1 Formularz cenowy - rezonans magnetyczny 1.5T wraz z wyposażeniem**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |  |                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|
| 91. | System rekonstrukcji wykorzystujący algorytmy deep-learning do usuwania szumu z obrazu w badaniach stawów w akwizycjach 2D i 3D (AiCE, AIR Recon DL lub równoważne, zgodnie z nomenklaturą producenta MR – Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązanie pochodzące od producenta rezonansu, zintegrowane ze skanerem) | Tak / Nie<br>Jeżeli tak –<br>podać nazwę |  | Nie – 0 pkt.<br>Tak – 2 pkt. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------|

**ZARZUT NR 3 – sposób prowadzenia postępowania naruszający przepisy ustawy Pzp.**

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę Krajowej Izby Odwoławczej na sposób prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który znacząco odbiega o przyjętych standardów.

Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej niepełną dokumentację dot. niniejszego postępowania w dniu 28 grudnia 2020 r. nie zamieszczając (w naszej ocenie celowo) najważniejszego dokumentu składającego się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, tj. Opisu przedmiotu zamówienia.

Przywołany dokument został udostępniony wykonawcom dopiero 15 marca 2021 roku czyli po upływie 2,5 miesiąca od dnia publikacji *Ogłoszenia o zamówieniu*, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy Pzp, który brzmi:

*Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.*

oraz art. 36 ust 1 pkt. 3) ustawy Pzp, w którym czytamy:

*Specyfikacja zawiera co najmniej: opis przedmiotu zamówienia (...)*

Ponadto w wyniku powyższych naruszeń potencjalni wykonawcy zostali pozbawieni prawa wynikającego z art. 38 ust. 1 Pzp, czyli zwrócenia się w terminie do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień, który obowiązywałby Zamawiającego do udzielenia odpowiedzi.

Solve Medical Sp. z o. o. pomimo upływu wszystkich terminów przewidzianych ustawą Pzp zwróciła się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienia treści SIWZ, natomiast Zamawiający w przekazanych odpowiedziach na 30 zadanych pytań, merytorycznie odpowiedział na jedno, natomiast w pozostałych odpowiedziach brzmiała: *W związku z uwzględnieniem odwołania Zamawiający zmodyfikował Załącznik nr 1 – Formularz cenowy, w zakresie wymaganych parametrów technicznych, i opublikował go na stronie <https://szpitalwysmaz.pl/> (zmodyfikowany Załącznik nr 1 z dnia 19.04.2021 r.).*

W związku z powyższym sam sposób prowadzenia przez Zamawiającego przedmiotowego postępowania narusza w naszej ocenie przepisy ustawy Pzp co w konsekwencji winno prowadzić do jego unieważnienia.

Reasumując uwzględnienie w całości niniejszego odwołania oraz modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z ww. żadaniami wpłynie jedynie na zwiększenie liczby wykonawców mogących wziąć udział w postępowaniu, co niewątpliwie przyczyni się do większej konkurencyjności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Solve Medical Sp. z o.o.**  
ul. Walentego Lewandowskiego 8 lok. 48  
15-124 Białystok  
NIP: 542-335-20-69  
KRS: 0000775245

Szymon Zambrzycki  
PREZES Zarządu

Załączniki:

- 1) Dowód wniesienia wpisu od odwołania,
- 2) Odpis z KRS,
- 3) Dowód przekazania kopii odwołania zamawiającemu.

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

## KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 28.04.2021 godz. 15:58:09

Numer KRS: 0000775245

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

|                                               |                 |                                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 05.03.2019      |                                                                                 |                      |
| Ostatni wpis                                  | Numer wpisu     | 6                                                                               | Data dokonania wpisu |
|                                               | Sygnatura akt   | BI.XII N5-REJ.KRS/9939/20/122                                                   |                      |
|                                               | Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |                      |

## Dział 1

| Rubryka 1 - Dane podmiotu                                                                                     |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.Oznaczenie formy prawnej                                                                                    | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ               |
| 2.Numer REGON/NIP                                                                                             | REGON: 382752860, NIP: 5423352068                     |
| 3.Firma, pod którą spółka działa                                                                              | SOLVE MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 4.Dane o wcześniejszej rejestracji                                                                            | -----                                                 |
| 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE                                                   |
| 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?                                                 | NIE                                                   |

| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu |                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Siedziba                            | kraj POLSKA, woj. PODLASKIE, powiat BIAŁYSTOK, gmina BIAŁYSTOK, miejsc. BIAŁYSTOK                         |
| 2.Adres                               | ul. WALENTEGO LEWANDOWSKIEGO, nr 6, lok. 46, miejsc. BIAŁYSTOK, kod 15-124, poczta BIAŁYSTOK, kraj POLSKA |
| 3.Adres poczty elektronicznej         | S.ZAMBRZYCKI@GMAIL.COM                                                                                    |
| 4.Adres strony internetowej           | SOLVEMEDICAL.PL                                                                                           |

| Rubryka 3 - Oddziały |  |
|----------------------|--|
| Brak wpisów          |  |

| Rubryka 4 - Informacje o umowie                   |   |               |
|---------------------------------------------------|---|---------------|
| 1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 04.03.2019 R. |

Szymon Zambrzycki  
PREZES ZARZĄDU



| Rubryka 5                                                                                                                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.Czas, na jaki została utworzona spółka                                                                                                               | NIEOZNACZONY            |
| 2.Oznaczenie pisma Innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki                                                          | -----                   |
| 3.Wspólnik może mieć:                                                                                                                                  | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
| 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? | *****                   |
| 5.Czy obligatorlusze mają prawo do udziałów w zysku?                                                                                                   | *****                   |

| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|-------------------------------------|
| Brak wpisów                         |

| Rubryka 7 - Dane wspólników |                                                |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                           | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma                   | ZAMBRZYCKI                                                                         |
|                             | 2.Imiona                                       | SZYMON                                                                             |
|                             | 3.Numer PESEL/REGON                            | 85040317118                                                                        |
|                             | 4.Numer KRS                                    | *****                                                                              |
|                             | 5.Posiadane przez wspólnika udziały            | 90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
|                             | 6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE                                                                                |
| 2                           | 1.Nazwisko / Nazwa lub firma                   | SZEKALSKA                                                                          |
|                             | 2.Imiona                                       | MARZENA                                                                            |
|                             | 3.Numer PESEL/REGON                            | 80092013845                                                                        |
|                             | 4.Numer KRS                                    | *****                                                                              |
|                             | 5.Posiadane przez wspólnika udziały            | 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH             |
|                             | 6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE                                                                                |

| Rubryka 8 - Kapitał spółki                     |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| 1.Wysokość kapitału zakładowego                | 10 000,00 ZŁ |
| Podrubryka 1<br>Informacja o wniesieniu aportu |              |
| Brak wpisów                                    |              |

| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|-------------------------|
| Brak wpisów             |

| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|--------------------------|
|                          |

Szymon Zambrzycki  
PREZES Zarządu

Brak wpisów

## Dział 2

| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu                         | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. |                |
| Podrubryka 1<br>Dane osób wchodzących w skład organu     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 1                                                        | 1. Nazwisko / Nazwa lub Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ZAMBRZYCKI     |
|                                                          | 2. Imiona                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SZYMON         |
|                                                          | 3. Numer PESEL/REGON                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85040317118    |
|                                                          | 4. Numer KRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ****           |
|                                                          | 5. Funkcja w organie reprezentującym                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREZES ZARZĄDU |
|                                                          | 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?                                                                                                                                                                                                                                       | NIE            |
|                                                          | 7. Data do jakiej została zawieszona                                                                                                                                                                                                                                                                            | -----          |

## Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

## Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

## Dział 3

| Rubryka 1 - Przedmiot działalności                     |   |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47, 74, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy    | 1 | 62, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA       |
|                                                        | 2 | 68, 2, , WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI                                         |
|                                                        | 3 | 70, 2, , DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM                                                                          |
|                                                        | 4 | 71, 12, , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE                                   |
|                                                        | 5 | 86, 90, D, DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA                                                                                 |

## Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

| Rodzaj dokumentu       | Nr kolejny w polu | Data złożenia | Za okres od do              |
|------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|
| 1. Wzmianka o złożeniu | 1                 | 15.10.2020    | OD 04.03.2019 DO 31.12.2019 |

Szymon Zambrzycki  
PREZES ZARZĄDU

|                                      |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| rocznego sprawozdania<br>finansowego |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|--------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego |
|-------------------------------------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|------------------------------------------------------|

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe | 31.12.2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|

## Dział 4

|                        |
|------------------------|
| Rubryka 1 - Zaległości |
|------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                            |
|----------------------------|
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|----------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

## Dział 5

|                     |
|---------------------|
| Rubryka 1 - Kurator |
|---------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

## Dział 6

|                        |
|------------------------|
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

|                                                               |
|---------------------------------------------------------------|
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---------------------------------------------------------------|

|             |
|-------------|
| Brak wpisów |
|-------------|

Szymon Zambrzycki  
PREZES ZARZĄDU



## Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

## Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

## Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

## Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów


## Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

## Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 28.04.2021

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [ekrs.ms.gov.pl](http://ekrs.ms.gov.pl)  
Szymon Zambrzycki  
PREZES ZARZADU

28.04.2021 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PIS OD ODWOŁANIA, ZNAK SPRAWY 33/20; Materiały i usłu... -15 000,

PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY od  
SOLVE MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
UL. WALENTEGO LEWANDOWSKIEGO 6 M.46  
15-124 BIAŁYSTOK

Do  
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Na rachunek  
60 1010 1010 0081 3622 3100 0000

Z rachunku nadawcy  
87 1140 2004 0000 3202 7857 7461  
mBiznes konto Standard

Bank odbiorcy  
NBP O/Okr. w Warszawie


Tytuł przelewu

PIS OD ODWOŁANIA, ZNAK SPRAWY 33/2020, ZAKUP APARATU RTG, USG ORAZ REZONANSU MAGNETYCZNEGO DLA SZPITALA  
OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZ.

Kwota operacji  
15 000,00 PLN

Data operacji  
28.04.2021

Data księgowania  
28.04.2021

  
Szymon Zambrzycki  
PREZES ZARZĄDU